



V Trenčíne, dňa 22.2.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 2

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Nasal High Flow systém pre deti a dospelých
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 05.02.2021, pod č. 2021/S 025-058560 a vo Vestníku VO č. 40/2021 zo dňa 08.02.2021 pod. sp. zn. č. 11298 - MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 2-1

položka č. 6 - Ovládač vibračného nebulizátoru s integrovanou batériou a režimom pre kontinuálnu prevádzku.

Otázka znie, či nebulizátor má byť súčasťou prístroja high flow, alebo môže byť dodaný ako samostatný prístroj?

Odpoveď 2-1:

Nebulizátor má byť súčasťou prístroja high flow.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa