



V Trenčíne, dňa 15.03.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 1

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 12.02.2021, pod č. 2021/S 030-071847 a vo Vestníku VO č. 47/2021 dňa 15.02.2021 pod sp.zn.č. 13197-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 1-1

Zdvih dosky stola v rozsahu minimálne 620 - 1 160 mm

Bude verejný obstarávateľ akceptovať hodnotu 600-1100mm? Výškový rozdiel 60 mm je neopodstatnený a pre všetky typy operácií je výškové nastavenie 500 mm do maximálnej výšky 1100 mm dostatočný.

Odpoveď 1-1:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám. Pre využiteľnosť operačného stola aj počas operácie chrbtice, kedy je dôležitá čo najvyššia poloha, verejný obstarávateľ pristúpil k úprave hodnoty technického parametra, ktorá po úprave znie „minimálne 620-1 150 mm“. Verejný obstarávateľ má za to, že aj na základe informácií získaných z prieskumu trhu pred vyhlásením verejného obstarávania, takúto hodnotu technického parametra spĺňajú na trhu minimálne traja výrobcovia.

Otázka 1-2

Sklony pre chrbtový diel spodný minimálne $-55^{\circ} / +70^{\circ}$

Bude verejný obstarávateľ akceptovať hodnotu $\pm 60^{\circ}$? Nakoľko v medicínskej praxi je sklon $+ 60^{\circ}$ dostatočný pre všetky typy operácií a tento parameter chápeme ako diskriminačný s cieľom vyradiť ďalších potencionálnych uchádzačov - nakoľko tento parameter spĺňa jeden konkrétny výrobca.

Odpoveď 1-2:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a pristúpil k úprave hodnoty technického parametra, ktorá po úprave znie „minimálne $-50^{\circ} / +70^{\circ}$ “. Verejný obstarávateľ má za to, že aj na základe informácií získaných z prieskumu trhu pred vyhlásením verejného obstarávania, takúto hodnotu technického parametra spĺňajú na trhu minimálne traja výrobcovia.



Otázka 1-3

Počet úrovni nastavenia rýchlosti polohovania dosky stola na ručnom ovládači 4 úrovne
Bude verejný obstarávateľ akceptovať hodnotu 3 úrovne? V praxi je dostatočné nastavenie troch úrovni nakoľko rozdeľuje umožňuje nastaviť jednotlivé úrovne podľa váhy pacienta a ďalší medzistupeň je zbytočný s cieľom zvýhodniť konkrétneho uchádzača.

Odpoveď 1-3:

Verejný obstarávateľ trvá na požadovanej hodnote technického parametra z dôvodu častého používania „0“ polohy, flex polohy, reflex polohy a polohy „plážového kresla“. Verejný obstarávateľ má za to, že aj na základe informácií získaných z prieskumu trhu pred vyhlásením verejného obstarávania, takúto hodnotu technického parametra spĺňajú na trhu minimálne traja výrobcovia.

Otázka 1-4

Diaľkový bezkáblový ovládač s možnosťami: voľba dielu hlavnej dosky pre zadefinovanie rýchlosti, voľba zadefinovaných predvolených polôh, uloženie nastavenej polohy do pamäte, alarmové a oznamovanie hlásenia, indikácia stavu nabitia batérií, farebne odlišené diely hlavnej dosky stola. Ovládanie a hlásenia na displeji v slovenskom resp. českom jazyku. áno
Bude verejný obstarávateľ akceptovať ovládanie v anglickom jazyku?
Nakoľko na diaľkovom ovládači sa uvádzajú väčšinou numerické hodnoty príde nám podmienka slovenského alebo českého jazyka neopodstatnená.

Odpoveď 1-4:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať ovládanie v anglickom jazyku.

Upravenú technickú špecifikáciu verejný obstarávateľ prikladá k vysvetleniu súťažných podkladov 1 a zároveň zverejňuje v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu v systéme JOSEPHINE.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Prílohy: 1-Uprava-FNTN-2021-15-ŠF-NZ-Operačný stôl-SP-p2-TŠ