



V Trenčíne, dňa 01.03.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 1

**Označenie verejného obstarávania:**

Verejný obstarávateľ	<b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>
Predmet zákazky:	<b>Infúzna technika</b>
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 12.02.2021, pod č. 2021/S 030-071844 a vo Vestníku VO č. 47/2021 zo dňa 15.02.2021 pod. sp. zn. č. 13195 - MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

**Otázka 1-1**

V prílohe č.2 Technická špecifikácia, bod 37 sa požaduje technický parameter: prednastavený objem bolusu min. od 0,1 - 1000 ml/hod. Je tento parameter uvedený správne? Objem bolusu býva štandardne zadaný v ml a nie v ml/hod. O riadok nižšie, v riadku 38, je taktiež uvedený „prednastavený objem bolusu“, ale už s iným požadovaným parametrom.

**Odpoveď 1-1:**

Verejný obstarávateľ na základe prehodnotenia požiadavky vypúšťa z Technickej špecifikácie parameter:

36 Prednastavený objem bolusu min. od 0,1 – 1 000 ml/hod

Upravenú technickú špecifikáciu prikladá k vysvetleniu súťažných podkladov 1.

**Otázka 1-2**

V prílohe č.2 - Technická špecifikácia, bod 52 sa požaduje: „Dokovacia stanica poskytuje pre inf. techniku: spoločné napájanie, sieťové prepojenie do centrálnej stanice, centrálny alarm pre personál“.

Pre splnenie časti „sieťové prepojenie do centrálnej stanice, centrálny alarm pre personál“ je potrebné ponúknuť aj pumpy, aj dokovaciu stanicu v prevedení Smart. Žiadny iný parameter nevyžaduje toto prevedenie. Smart pumpy a dokovacia stanica sú u všetkých výrobcov výrazne drahšie, než klasické pumpy a dokovacia stanica.

Trvá verejný obstarávateľ na časti „sieťové prepojenie do centrálnej stanice, centrálny alarm pre personál“?



### Odpoveď 1-2:

Áno, dokovacia stanica má mať centrálné riadenie, tak ako je uvedené v technickej špecifikácii SP.

### **Otázka 1-3**

Dovoľujeme si požiadať o doplnenie KZ v rozsahu vzťahu založeného na zhodnom postupe, o nový odsek v KZ, Článku V. Zmluvné sankcie a zodpovednosť za škodu.

Nový odsek Čl. V., KZ by znel nasledovne:

V prípade omeškania kupujúceho so splnením peňažného záväzku podľa tejto Kúpnej zmluvy, má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z nezaplatenej kúpnej ceny tovaru alebo jej časti za každý aj začatý deň omeškania s riadnym splnením peňažného záväzku.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať doplnenie nového odseku do Čl. V. KZ?

### Odpoveď 1-3:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať doplnenie nového odseku do čl. V. kúpnej zmluvy - sankcie, nakoľko zmluva obsahuje štandardnú úpravu vzájomných vzťahov aj pri iných verejných obstarávaníach.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník  
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa