

Všetkým zájemcom

V Bratislave, 25.3.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „Základné medicínske zariadenia“ I. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Základné medicínske zariadenia“ zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 12.3. 2021 pod č. 2021/S 011-021597 a vo vestníku UVO č. 67/2021 zo dňa 15.03.2021 pod č. MST-15479.

ODPOVEDE NA DORUČENÉ OTÁZKY PRE ČASŤ 1 SERVOVENTILÁTORY

Otázka č.1

..... žiadame o spresnenie resp. vysvetlenie nasledovných údajov:

Vzhľadom k pandemickej situácii požadujete, aby servoventilátor mal aj funkciu terapie vysokoprietokovým kyslíkom "Highflow" O2?

Odpoveď č. 1

Možnosť terapie high flow oxygen je esenciálna v období pandémie COVID 19, u pacientov na servoventilátore lekári verejného obstarávateľa zavádzajú najprv podporné systémy neinvazívnej ventilácie via mask, kde vedia použiť high flow oxygen ako pridanú hodnotu a dokážu pacienta podporiť i s vyšším inspiračným tlakom, čo nedokážu realizovať pri bežnom prístroji high flow bez servoventilátora. Verejný obstarávateľ preto akceptuje návrh záujemcu a **bude vyžadovať, aby servoventilátor mal funkciu vysokoprietokového kyslíka tzv. Highflow O2.**

V tomto kontexte verejný obstarávateľ upravuje technickú špecifikáciu danej časti predmetu zákazky.

Otázka č.2

... žiadame o spresnenie resp. vysvetlenie nasledovných údajov:

V prílohe č. 1 špecifikácia č. 1 Servoventilátor požadujete v bode 43. dodávku do 45 kalendárnych dní od obdržania objednávky.

Opäť vzhľadom na pandemickú situáciu nemôžeme garantovať dodávku takéhoto typu prístroja v tak krátkom čase. Môžeme ako uchádzač ponúknuť dlhšiu dodáciu lehotu - 90 dní od obdržania objednávky?

Odpoveď č. 2

Vzhľadom k súčasnej prebiehajúcej pandémie a akútnej potrebe prístrojov, považuje obstarávateľ lehotu dodania min. 90 dní za príliš dlhú. Obstarávateľ navrhuje upraviť lehotu dodania **na najneskôr do 60 kalendárnych dní** odo dňa obdržania objednávky.

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 1 Servoventilátory.

PRE ČASŤ 7 INFÚZNE PUMPY, LINEÁRNE DÁVKOVAČE A DOKOVACIA STANICA

Otázka č. 1

... prosím o informáciu, či bude obstarávateľ akceptovať v časti č. 7 Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica, pri položke č.3 - Dokovacia stanica "Možnosť použitia celkovej zostavy pre min. 8 prístrojov" Podľa našich doterajších skúseností z praxe je 8 prístrojov úplne postačujúce v rámci jednej dokovacej stanice.

- Požadovaná hodnota – Možnosť použitia celkovej zostavy pre min. 9 prístrojov (dávkovačov, púmp).
- Navrhovaná hodnota – Možnosť použitia celkovej zostavy pre min. 8 prístrojov (dávkovačov, púmp).

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ **neakceptuje** navrhovanú zmenu parametra. V priemere používame v našej nemocnici 9,4 lineárnych dávkovačov/pacient v intenzívnej starostlivosti pre najťažších pacientov v sepe. Títo pacienti tvoria prevažnú väčšinu našich pacientov v tomto pandemickom období. Ale septickí pacienti sú na intenzívnom oddelení po celý rok, takže potreba vysokého počtu lineárnych dávkovačov je trvalá. Doteraz maximálny počet lineárnych dávkovačov na jedného pacienta sme potrebovali 11. Nie je to až taká zriedkavá výnimka. Verejný obstarávateľ **trvá** na pôvodnej technickej požiadavke, minimálne 9 lineárnych dávkovačov/púmp.

Otázka č. 2

V prílohe č.1 - Technická špecifikácia - položku č. 1 - infúzne pumpy, v **bode 2.** bode je požadovaný nasledovný parameter:

- „Možnosť použitia pre parenterálne podávanie a podávanie transfúzie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy)“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať parameter v nasledovnom znení:

- „Možnosť použitia pre parenterálne podávanie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy)“

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ **akceptuje** zmenu parametra a upravuje nasledovne:

2.	Možnosť použitia pre parenterálne podávanie a podávanie transfúzie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy)
----	--

Otázka č. 3

V prílohe č.1 - Technická špecifikácia - **položku č. 1 - infúzne pumpy, v bode 10.** je požadovaný nasledovný parameter:

- „Výpočet rýchlosti dávky v g, mg, µg, mmol, mEq, kcal v závislosti na hmotnosti pacienta a čase“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať parameter v nasledovnom znení:

- „Výpočet rýchlosti dávky v mg, µg, mmol, mEq, IU, v závislosti na hmotnosti pacienta a čase– t.j. bez výpočtu v g a kcal “?

Odpoveď č. 3

Verejný obstarávateľ **akceptuje** zmenu parametra nasledovne:

10.	Výpočet rýchlosti dávky v g mg, µg, mmol, mEq, kcal v závislosti na hmotnosti pacienta a čase
-----	---

Otázka č. 4

V prílohe č.1 - Technická špecifikácia - položku č. 1 - infúzne pumpy, v **bode 13.** je požadovaný nasledovný parameter:

- „Možnosť zadať zoznam až 3000 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 25 kategórií“.

Máme za to, že 2000 liekov je nad rámec štandardného používania a hodnota 3000 je v praxi nevyužiteľná.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať parameter v nasledovnom znení:

- „Možnosť zadať zoznam až 2000 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 25 kategórií“?

Odpoveď č. 4

Verejný obstarávateľ **akceptuje** túto zmenu parametra a upravuje technickú špecifikáciu nasledovne:

13.	Možnosť zadať zoznam až 2000 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 25 kategórií
-----	--

Otázka č. 5

V prílohe č.1 - Technická špecifikácia - pre položku č. 2 - **lineárne dávkovače**, v **bode 8.** je požadovaný nasledovný parameter: „Výpočet rýchlosti dávky v g, mg, µg, mmol, mEq, kcal v závislosti na hmotnosti pacienta a čase“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať parameter v nasledovnom znení: „Výpočet rýchlosti dávky v mg, µg, mmol, mEq, IU, v závislosti na hmotnosti pacienta a čase - t.j. bez vyjadrenia v g a kcal“?

Odpoveď č. 5

Verejný obstarávateľ **akceptuje** zmenu parametra a upravuje technickú špecifikáciu nasledovne:

8.	Výpočet rýchlosti dávky v g -mg, µg, mmol, mEq, kcal v závislosti na hmotnosti pacienta a čase
----	--

Otázka č. 6

V prílohe č.1 - Technická špecifikácia - pre položku č. 2 - **lineárne dávkovače**, v **bode 11.** je požadovaný nasledovný parameter:

- „Možnosť zadať zoznam až 3000 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 25 kategórií“.

Máme za to, že 2000 liekov je nad rámec štandardného používania a hodnota 3000 je v praxi nevyužiteľná.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať parameter v nasledovnom znení:

- „Možnosť zadať zoznam až 2000 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 25 kategórií“?

Odpoveď č. 6

Verejný obstarávateľ **akceptuje** zmenu parametra a upravuje technickú špecifikáciu nasledovne:

11.	Možnosť zadať zoznam až 2000 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 25 kategórií
-----	--

Otázka č. 7

V prílohe č.1 - Technická špecifikácia - pre položku č. 2 - **lineárne dávkovače**, v **bode 16.** je požadovaný nasledovný parameter: „Akumulátor s kapacitou na cca 10 hodín prevádzky (pri rýchlosti 5ml/h), automatické dobíjanie akumulátoru pri pripojení do napájacej siete“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať parameter v nasledovnom znení: „Akumulátor s kapacitou minimálne 6 hodín prevádzky (pri rýchlosti 5ml/h), automatické dobíjanie akumulátoru pri pripojení do napájacej siete“?

Odpoveď č. 7

Verejný obstarávateľ plánuje, že infúzne pumpy a lineárne dávkovače budú využívané na jednotkách OAIM, OAMIS, ktoré by mali byť zabezpečené v prípade event. výpadku el. prúdu. Verejný obstarávateľ preto **akceptuje** túto zmenu parametra a upravuje technickú špecifikáciu nasledovne:

16.	Akumulátor s kapacitou na minimálne 6 hodín prevádzky (pri rýchlosti 5ml/h), automatické dobíjanie akumulátoru pri pripojení do napájacej siete
-----	--

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 7 Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacie stanice a v dôsledku úpravy technických špecifikácií posúva lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

V. r.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania

Prílohy:

- Príloha č. 1 časť 1 Špecifikácia č.1 Servoventilátor_MI_úprava 25_3
- Príloha č. 2 časť 1 Špecifikácia č.7 Infúzne pump._MI_úprava 25_3