

Všetkým zájemcom

V Bratislave, 26.3.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „Základné medicínske zariadenia“ - II. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Základné medicínske zariadenia“ zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 12.3. 2021 pod č. **2021/S 011-021597** a vo vestníku UVO č. 67/2021 zo dňa 15.03.2021 pod č. **MST-15479**.

ODPOVEDE NA DORUČENÉ OTÁZKY PRE ČASŤ 5 VIDEOGASTROENTEROLOGICKÁ ZOSTAVA

Otázka č.1

..... žiadame o rozšírenie parametru „80 Dezinfekčný proces na báze glutaraldehydu“.

..... Celosvetový trend je prechod z bázy GTA, t.j. glutaraldehydu na bázu PAA, t.j. kyseliny peroctovej. Výhody PAA bázy sú nasledovné: Proces dezinfekcie je výrazne kratší. Mikrobiocídne efektívnejší – likviduje aj väčšinu sporov baktérií, teda pre pacientov je bezpečnejší. počas procesu sa netvorí potencionálny biofilm. Proces je ekologickejší.

Navrhujeme parameter upraviť nasledovne: „Dezinfekčný proces na báze glutaraldehydu alebo kyseliny peroctovej“

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ akceptuje zmenu a upravuje technický parameter nasledovne:

80	Dezinfekčný proces na báze glutaraldehydu alebo na báze PAA
----	--

Otázka č.2

... žiadame o rozšírenie parametru „81 Chemická dezinfekcia endoskopu presným dávkovaním objemu glutaraldehydu pre zachovanie validného dezinfekčného cyklu“. Parameter súvisí s predošlým parametrom 80 Dezinfekčný proces na báze glutaraldehydu. Navrhujeme parameter upraviť nasledovne: „Chemická dezinfekcia endoskopu presným dávkovaním objemu glutaraldehydu alebo kyseliny peroctovej pre zachovanie validného dezinfekčného cyklu“

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ akceptuje zmenu a upravuje technický parameter nasledovne:

81	Chemická dezinfekcia endoskopu presným dávkovaním objemu glutaraldehydu alebo PAA pre zachovanie validného dezinfekčného cyklu
----	---

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 5 VIDEOGASTROENTEROLOGICKÁ ZOSTAVA.

S úctou

v. r.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania

Prílohy:

- Príloha č. 1 časť 1 Špecifikácia č. 5 VIDEOGASTROENTEROLOGICKÁ ZOSTAVA _MI_úprava 25_3