

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 2

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Predmet zákazky: „Endoskopické zostavy“

Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

JUDr. Andrea Uhlárová, vedúca OPaK

Členovia komisie:

MUDr. Mária Kafková, zástupkyňa prednostu ORL

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., prednosta KHCH

MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA, prednosta KDCH

Beáta Siváková, EO

Ing. Anna Javorová, OVO

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

<i>P. č.</i>	<i>Obchodné meno uchádzača</i>	<i>Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača</i>
1.	RADIX spol. s r.o.	Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica
2.	ULTRAMED s.r.o.	Š. Moysesova 431/14 965 01 Žiar nad Hronom

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: -

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Verejný obstarávateľ v stanovenej lehote obdržal vysvetlenie ponuky od oboch uchádzačov: RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica a ULTRAMED s.r.o., Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom.

Uchádzač RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica vo svojom vysvetlení potvrdil, že procesor, kamerová snímacia hlavica, svetelný zdroj, insuflátory, irigačné – odsávacie zariadenie a inštrumentárium sú od jedného výrobcu, pričom zároveň predložil vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky doplnený v súlade s uvedeným vysvetlením. Dotknutý uchádzač ďalej vysvetlil nezrovnalosť v lehote dodania a doplnil konateľom podpísané kalkulácie zmluvnej ceny. Dotknutý uchádzač tiež akceptoval opravu zrejmych matematických chýb v častiach č.2 a č.3.

Z dôvodu, že dotknutý uchádzač vo svojom vysvetlení doplnil chýbajúce informácie a správne podpísané dokumenty, riadne vysvetlil nezrovnalosť a akceptoval opravu zrejmych matematických chýb, komisia doručené vysvetlenie akceptovala.

Uchádzač ULTRAMED s.r.o., Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom vo svojom vysvetlení uviedol, že v prílohe prikladá prospektový materiál špeciálne k ponúkanému typu 4K LCD monitora OLYMPUS LMD-X310S, ktorý ponúka vysoké rozlíšenie 4096 x 2160 pixelov, pričom priložil uvedený prospektový materiál, položkovité cenové ponuky pre časti č.2 a č.3, kúpne zmluvy s prílohami pre všetky 3 časti, vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky pre časť č.1 a produktové listy pre časti č.2 a č.3.

V priložených dokumentoch doplnil obchodné názvy, resp. typové označenie jednotlivých ponúknutých zariadení vo všetkých troch častiach predmetu zákazky a jednotkové ceny po položkách predmetu zákazky pre časti č.2 a č.3, pričom boli opomenuté jednotkové ceny po položkách predmetu zákazky pre časť č.1 (nebol priložený ani samostatný dokument, ani neboli tieto zapracované v prílohe č.1 priloženej kúpnej zmluvy).

Zároveň dotknutý uchádzač vo svojej odpovedi týkajúcej sa rozlíšenia monitora v časti č.1 uviedol rozlíšenie 4096 x 2160 pixelov, pričom z uvedeného nie je zrejmé, či ním ponúknutý monitor OLYMPUS LMD-X310S umožňuje aj požadované nižšie rozlíšenia:

1.4 vysoké rozlíšenie obrazu HDTV min. 1920x1080 pixelov	1920x1200
1.5 vysoké rozlíšenie obrazu full 4K min. 3840x2160 pixelov	3840x2160

Zároveň bolo zistené, že v priloženom prospektovom materiáli pre monitor OLYMPUS LMD-X310S je uvedený pomer strán 17:9, pričom vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pre časť č.1, t.j. v prílohe č.4a, uviedol pomer strán 16:9, ktorý bol zároveň verejným obstarávateľom požadovaný ako minimálny technicko-medicínsky parameter.

Zároveň bolo zistené, že v doručenom vysvetlení v doplnenej položkovitej cenovej ponuke, kúpnej zmluve a produktovom liste pre časť č.2 uviedol priemer optiky WA4KL530 požadovanej podľa bodu 10.3 minimálnej technickej špecifikácie „5,4 mm“, pričom v ponuke pôvodne uviedol priemer 5,5 mm.

Zároveň bolo zistené, že v doručenom vysvetlení v doplnenej položkovitej cenovej ponuke, kúpnej zmluve a produktovom liste pre časť č.3:

- pri monitore podľa bodu 2., ktorý má mať uhlopriečku 30-32 palcov, uviedol názov „LMD-BARCO 226 26“ 4K“ a pri monitore podľa bodu 3., ktorý má mať uhlopriečku 24-28 palcov, uviedol názov „LMD-X310S Sony 31“ 4K“, čo sa javí ako zámena názvov monitorov v dôsledku chyby v písaní;
- v bode 3.2 „uhlopriečka 24-28 palcov“ uviedol „áno, 28 palcov“, pričom na základe doplneného obchodného názvu „LMD-BARCO 226 26“ 4K“, ktorý je uvedený aj v položkovitej cenovej ponuke, by mala byť uhlopriečka monitora 26 palcov;
- v doplnenej položkovitej cenovej ponuke uviedol priemer optiky WA50374B požadovanej podľa bodu 9.1 minimálnej technickej špecifikácie „5,4 mm“, pričom vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky, t.j. v prílohe č.4a, v kúpnej zmluve a v produktovom liste uviedol priemer „5,5 mm“;
- v doplnenej položkovitej cenovej ponuke uviedol názov pojazdného stojana požadovaného podľa bodu 15. minimálnej technickej špecifikácie „WM-NP2 Set 5 Workstation, rameno, držiak klávesnice“, pričom v kúpnej zmluve a v produktovom liste uviedol názov „Olympus WM-NP3“.

Z uvedených dôvodov bude dotknutý uchádzač v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požiadaný o vysvetlenie predloženej ponuky a vysvetlenia ponuky, t.j.:

- o doplnenie opomenutých cien po položkách predmetu zákazky, vrátane jednotkových cien zariadení v € bez DPH pre časť č.1;
- o vysvetlenie, či ním ponúknutý monitor OLYMPUS LMD-X310S v časti č.1 umožňuje aj požadované nižšie rozlíšenia;
- o vysvetlenie, ktorý pomer strán ponúknutého monitora OLYMPUS LMD-X310S v časti č.1 je správny, resp. z akého dôvodu bol pomer strán v prílohe č. 4a uvedený odlišne od prospektu;
- o vysvetlenie, aký je skutočný priemer optiky WA4KL530 ponúknutej v časti č.2 podľa bodu 10.3;
- o vysvetlenie, či sú v časti č.3 názvy monitorov uvedené v správnom poradí;
- o vysvetlenie, aká je v časti č.3 správna veľkosť menšieho monitora;
- o vysvetlenie, aký je v časti č.3 správny priemer optiky WA50374B ponúknutej podľa bodu 9.1;
- o vysvetlenie, aký je v časti č.3 správny názov pojazdného stojana ponúknutého podľa bodu 15.

Vysvetlenie ponuky bude potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, inak bude jeho ponuka vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Komisia bude pokračovať vo vyhodnotení ponúk po doručení vysvetlenia od dotknutého uchádzača, resp. po uplynutí stanovenej lehoty.

Komisia:

Predseda komisie:

JUDr. Andrea Uhlárová
vedúca Oddelenia práva a kontroly

Členovia komisie:

MUDr. Mária Kafková
zástupkyňa prednostu Kliniky
otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie

MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA
prednosta Kliniky detskej chirurgie

Beáta Siváková
Ekonomický odbor

Ing. Anna Javorová
Odbor verejného obstarávania

V Martine, dňa: 21.5.2021