

Všetkým zájemcom

V Bratislave, 17.3.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní – II . kolo

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým záujemcom odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie uplatnené v zákazke s názvom „**Základné medicínske zariadenia**“ vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Ú. vestníku EÚ dňa 5.3. 2021 pod č. 2021/S 045-110444 a vo vestníku UVO č. 62/2021 zo dňa 8.3.2021 pod č. MST-14915.

ODPOVEDE NA DORUČENÉ OTÁZKY PRE ČASŤ 6 UMÝVAČKA NÁSTROJOV

Otázka č. 1

... bude obstarávateľ akceptovať v časti č. 6 Umývačka nástrojov - ovládanie priamo na prístroji pomocou tlačidiel. Uvedený parameter nemá žiadny vplyv ani obmedzenia na funkčnosť a prevádzku prístroja.

Požadovaná hodnota

Dotykové ovládanie.

Navrhovaná hodnota

Dotykové ovládanie alebo ovládanie pomocou tlačidiel

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ neakceptuje navrhované rozšírenie hodnoty parametra na ovládanie pomocou tlačidiel z dôvodu ich možnosti zanesenia vody alebo dezinfekčných prostriedkov a tým zníženie sterility prostredia. Verejný obstarávateľ preto vyžaduje dotykové ovládanie pomocou displeja, keďže ide o vhodnejšiu a lepšiu manipuláciu s prístrojom.

S úctou

v. r.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou procesu verejného obstarávania