

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 9.3.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „Základné medicínske zariadenia“ – II. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Základné medicínske zariadenia“ zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 19.2. 2021 pod č. 2021/S 038– 094546 a vo vestníku UVO č. 55/2021 zo dňa 25.2. 2021 pod č. MST – 14215.

PRE ČASŤ 5 INFÚZNA TECHNIKA

Otázka č. 1

Bude verejný obstarávateľ akceptovať parameter v nasledovnom znení: „Výpočet rýchlosti dávky v mg, µg, mmol, mEq, IU, v závislosti na hmotnosti pacienta a čase – t.j. bez výpočtu v kcal“?

V prílohe č.1 - Technická špecifikácia - položku č. 1 - infúzne pumpy, v bode 10 je požadovaný nasledovný parameter: „Výpočet rýchlosti dávky v g, mg, µg, mmol, mEq, **kcal** v závislosti na hmotnosti pacienta a čase“.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ **akceptuje** navrhovanú zmenu parametra a upravuje technickú špecifikáciu nasledovne:

10.	Výpočet rýchlosti dávky v g mg, µg, mmol, mEq, kcal v závislosti na hmotnosti pacienta a čase
-----	---

Otázka č. 2

Bude verejný obstarávateľ akceptovať parameter v nasledovnom znení: „Výpočet rýchlosti dávky v mg, µg, mmol, mEq, IU, v závislosti na hmotnosti pacient a čase“ t.j. bez výpočtu v kcal?

V prílohe č.1 - Technická špecifikácia - pre položku č. 2 - lineárne dávkovače, v bode 8. je požadovaný nasledovný parameter: „Výpočet rýchlosti dávky v g, mg, µg, mmol, mEq, **kcal** v závislosti na hmotnosti pacienta a čase“.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ **akceptuje** túto zmenu parametra a upravuje technickú špecifikáciu nasledovne:

8.	Výpočet rýchlosti dávky v g mg, µg, mmol, mEq, kcal v závislosti na hmotnosti pacienta a čase
----	--

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 5 Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacie stanice a v dôsledku úpravy technickej špecifikácie posúva lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

V. I.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania

Príloha č. 1 Svidník_spec č. 5 Inf. Pumpy_úprava_9.3.21

