



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Náše číslo
FNsP FDR/RVO/670/2021/12588

Vybavuje
Alena Wagnerová
+421 48 441 3886

Banská Bystrica
24.03.2021

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP III.

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	Ultrazvukové sonografické prístroje v počte 3 ks vrátane súvisiacich služieb
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	VEREJNÁ SÚŤAŽ § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 57/2021 zo dňa 28.02.2021, 14398 - MST; a v Úradnom vestníku Európskej únie 2021/S 040-097471 z dňa 26.02.2021.

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázky týkajúce sa Časti I. predmetu zákazky

Otázka záujemcu č. 1:

Riadok 1.2. - Verejný obstarávateľ požaduje Uhlopriečka obrazovky monitora min. 22"“. Otázka č.1: Viacerí výrobcovia disponujú i u najvyššej triedy prístrojov monitormi s veľmi vysokou diagnostickou kvalitou zobrazenia a s obrazovkou o uhlopriečke 21,5" Takýto monitor považujeme za viac ako ekvivalentný k požadovanému monitoru. Zároveň sme toho názoru, že rozdiel vo veľkosti uhlopriečky 0,5" je nepostrehnuteľný voľným okom a že nemá žiadny vplyv na kvalitu vyšetrenia a diagnostiku pacienta. Žiadame preto verejného obstarávateľa o vysvetlenie či bude akceptovať prístroj s uhlopriečkou obrazovky monitora o veľkosti min. 21,5"“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ **prehodnotil** svoju požiadavku a súhlasí s požiadavkou záujemcu, nakoľko rozdiel vo veľkosti uhlopriečky 0,5" je nepostrehnuteľný voľným okom a že nemá žiadny vplyv na kvalitu vyšetrenia a diagnostiku pacienta. Dolná hranica uhlopriečky monitora 21,5" zodpovedá zároveň najvyšším kategóriám USG pre gynekológiu podľa špecifikácie MZ SR.