

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 7. apríla 2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní – II. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „**Základné medicínske zariadenia**“ zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 12.3. 2021 pod č. **2021/S 050-0123440** a vo vestníku UVO č. 67/2021 zo dňa 15.03.2021 pod č. MST-15480.

PRE ČASŤ 2 HEMODIALYZAČNÝ PRÍSTROJ

Otázka č. 1

Požadovaná hodnota:

P.č.2 - „Farebná LCD obrazovka s dotykovým ovládaním s údajmi o terapii, grafické zobrazenie prevádzkových tlakov“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj s farebnou LCD obrazovkou aj bez dotykového ovládania?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej technickej požiadavke a **neakceptuje** navrhované riešenie. Požadované dotykové ovládanie spĺňa požiadavky personálu na komfort, rýchlosť a presnosť ovládania prístroja.

Otázka č. 2

Požadovaná hodnota:

P.č. 7 - „Čítačka čiarových/QR kódov alebo externá čítačka“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj bez čítačky čiarových kódov alebo externej čítačky, pričom zadávanie údajov je zabezpečené prostredníctvom obslužného SW?

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej technickej požiadavke a **neakceptuje** navrhované technické riešenie. Požiadavka na čítačku čiarových resp. QR kódov je z dôvodu rýchlosti zadania vstupných údajov, eliminácie rizika nákazy personálu a minimalizácie chýb pri zadávaní vstupných informácií personálom (napr. pri zadávaní kódov ručne). Personál pracujúci na COVID oddeleniach vykonáva

množstvo úkonov pri náročných podmienkach, a to najmä v prípade veľkého výskytu pacientov, preto je potrebné zvážiť pri kúpe prístrojov aj efektívnosť času vynaloženého na obsluhu prístrojov personálom.

Otázka č. 3

Požadovaná hodnota:

P.č.11 - „Zabudovaný záložný akumulátor pre minimálne 15 min. núdzovej prevádzky“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj so zabudovaným záložným akumulátorom, kde je zabezpečená núdzová prevádzka 2 min., pričom dlhší čas (15 min.) núdzovej prevádzky by bol zabezpečený prostredníctvom záložného zdroja el. energie (UPS) ?

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej technickej požiadavke a **neakceptuje** navrhované vypustenie danej požiadavky. Záložný zdroj je potrebný z dôvodu náročnosti priestorového usporiadania a zníženia stresovej situácie personálu pri náhlom výpadku elektrického prúdu. Personál pracujúci na COVID oddeleniach vykonáva množstvo úkonov pri náročných podmienkach, a to najmä v prípade veľkého výskytu pacientov, preto je potrebné zvážiť pri kúpe prístrojov aj efektívnosť času vynaloženého na obsluhu prístrojov personálom. Verejný obstarávateľ je toho názoru, že 2 min. núdzová prevádzka nevytvára dostatočný časový priestor personálu na primeranú reakciu v neočakávanej situácii s rizikom poškodenia zdravia pacienta.

Otázka č. 4

Požadovaná hodnota:

P.č.13 - „Minimálny rozsah prístupového tlaku (arteriálny) -300 až +300mmHg pre bezproblémové pripojenie prístroja do okruhu ECMO“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať minimálny rozsah prístupového tlaku (arteriálny) -250 až +350 mmHg?

Pre veno-arteriálne alebo veno-venózne pripojenie na ECMO je podstatná horná hranica arteriálneho tlaku.

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ akceptuje zmenu parametra a upravuje technickú požiadavku nasledovne:

13.	Minimálny rozsah prístupového tlaku (arteriálny) -250 až +300mmHg pre bezproblémové pripojenie prístroja do okruhu ECMO
-----	--

Otázka č. 5**Požadovaná hodnota:**

P.č.15 - „Komunikácia s obsluhou v slovenskom jazyku“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj, ktorý umožňuje komunikáciu s obsluhou v českom jazyku?

... Pre prácu s prístrojom je český jazyk na komunikáciu s obsluhou postačujúci a plne zrozumiteľný. Verejný obstarávateľ akceptuje aj Návod na použitie prístroja v českom jazyku.

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ akceptuje zmenu parametra a upravuje technické požiadavky nasledovne:

15.	Komunikácie s obsluhou v slovenskom alebo českom jazyku
-----	--

Otázka č. 6**Požadovaná hodnota:**

P. č. 21 - „Krvný systém detekcie nepriechodnosti alebo nepripojenia snímačov prevádzkových tlakov“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj, ktorý má krvný systém detekcie nepriechodnosti alebo nepripojenia snímačov prevádzkových tlakov zabezpečený iným spôsobom napr. pomocou kontroly tlakových kriviek počas jednotlivých fáz prevádzky, t. j. počas predplnenia, liečby, pripojenia a odpojenia pacienta a recirkulácie?

K nepriechodnosti tlakových snímačov nemôže dôjsť vďaka špeciálnej konštrukcii snímačov a tlakových korúnok na hadicovom sete. Odpojenie od tlakových snímačov alarmuje prístroj počas liečby na základe nulových prevádzkových tlakov.

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ akceptuje zmenu parametra a upravuje technickú požiadavku nasledovne:

21.	Krvný systém detekcie nepriechodnosti alebo nepripojenia snímačov prevádzkových tlakov
-----	---

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 2 Hemodializačný prístroj a súčasne primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk.

Záverom si verejný obstarávateľ úctivo dovoľuje požiadať záujemcov, aby svoje právo žiadať o vysvetlenie zverejnených podkladov uplatňovali aktívne, počas celej lehoty na predkladanie ponúk, nie v predposledný deň lehoty na predkladanie ponúk, pretože verejný obstarávateľ vzhľadom na vyťaženie lekárov nemusí byť schopný posúdiť otázku a pripraviť odpovede do 1 pracovného dňa.

Zároveň sa kladením otázok na poslednú chvíľu predlžuje lehota na predkladanie ponúk, čím sa de facto oddŕaľuje nákup prístrojov určených k zvládnutiu pandémie a skvalitneniu liečby pacientov. Verejný obstarávateľ touto prosbou nespochybňuje právo záujemcov naďalej klásť otázky, avšak úctivo prosí o ich doručenie bezodkladne, pretože nemocnice potrebujú tieto prístroje k zvládaniu pandémie skôr ako skončí samotná pandémia.

v. r.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou procesu verejného obstarávania

Prílohy

Príloha č. 1 časť 2_ Špecifikácia Hemodialyzačný prístroj_ úprava 7.4.21