



Bratislava, 03.03.2021

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov

Vo verejnom obstarávaní ku výzve č. 26 - „Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu“ zadávanej v rámci dynamického nákupného systému „Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby“ vyhlásenom v Úradnom vestníku EÚ dňa 26.06.2020 pod značkou 2020/S 122-298838 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 136/2020 zo dňa 29.06.2020 pod značkou 23030 – MUT, bola dňa 03.03.2021 doručená nasledovná otázka:

Otázka č. 1:

Na základe opisu predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje respirátory s 3-panelovou konštrukciou avšak chceme sa spýtať, či bude akceptovať aj lepší ekvivalent, t. j. respirátory so 4-panelovou konštrukciou, za predpokladu splnenia normy a ostatnej špecifikácie?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ záväzne stanovil požiadavky na konštrukciu respirátora, ktorú zdôraznil aj ilustračným obrázkom. Verejný obstarávateľ **upresňuje**, že požiadavku na konštrukciu respirátora **vyhodnotí ako dodržanú** aj v prípade, ak bude **stredový panel** pozdĺžne rozdelený na samostatné časti (samozrejme, iba za predpokladu, že požiadavka na tvar, ako aj všetky ostatné stanovené požiadavky, budú dodržané).

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj, v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania