

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 29.3.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní – I . kolo

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým záujemcom odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie uplatnené v zákazke s názvom „**Vybavenie operačných sál a USG prístroj**“ vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Ú. vestníku EÚ dňa 19.3. 2021 pod č. 2021/S 055-136048 a vo vestníku UVO č. 72/2021 zo dňa 22.3.2021 pod č. MST-16010.

ODPOVEDE NA DORUČENÉ OTÁZKY PRE ČASŤ 4 PÔRODNÝ STÔL POLOHOVATEĽNÝ

Otázka č. 1

Bude verejný obstarávateľ akceptovať pre časť č. 4 Pôrodný stôl polohovateľný nasledujúce parametre:

- Požadovaná hodnota – Celková šírka bez klbov od 980mm do 1000mm
- Navrhovaná hodnota – Celková šírka bez klbov od 965mm do 1000mm

Odpoveď č. 1

Verejnému obstarávateľovi **akceptuje** zmenu technického parametru a upravuje ho nasledovne:

2.	Celková šírka bez klbov od 965 mm do 1000mm
----	--

Otázka č. 2

Bude verejný obstarávateľ akceptovať pre časť č. 4 Pôrodný stôl polohovateľný nasledujúce parametre:

- Požadovaná hodnota – Minimálna výška vrátane čalúnenia min. 580mm
- Navrhovaná hodnota – Minimálna výška vrátane čalúnenia min. 550mm

Odpoveď č. 2

Verejnému obstarávateľovi **akceptuje** zmenu technického parametru a upravuje ho nasledovne:

3.	Minimálna výška vrátane čalúnenia min. 550 mm
----	--

Otázka č. 3

Bude verejný obstarávateľ akceptovať pre časť č. 4 Pôrodný stôl polohovateľný nasledujúce parametre:

- Požadovaná hodnota – Držiak ovládača na oboch stranách postele
- Navrhovaná hodnota – Držiak ovládača na oboch stranách postele alebo ovládanie v bočniciach postele

Odpoveď č. 3

Verejnému obstarávateľovi **akceptuje** zmenu technického parametru a upravuje ho nasledovne:

17.4

Držiak ovládača na oboch stranách postele, **alebo ovládanie v bočniciach postele**

Otázka č. 4

Požadovaná hodnota – Manuálne výškové nastavenie podnožného dielu min. 225mm

Navrhovaná hodnota:

Vynechanie tejto požiadavky, nakoľko existuje pôrodné lôžko, u ktorého je možné nastaviť výšku podnožného dielu. Vzhľadom k jeho konštrukcii je to nutná vlastnosť.

Uvedené požadované parametre majú minimálne odchýlky v rozmeroch čo nijako neovplyvní funkciu ani technické parametre lôžka a na základe doterajšej praxe sú ponúkané parametre plne vyhovujúce pre pôrodné oddelenia na celom našom území. Taktiež úprava technickým parametrov umožní transparentnejší výber dodávateľa, nakoľko nebude špecifikácia viazaná iba na jeden typ pôrodného lôžka a tým pádom aj úsporu financií obstarávateľa.

Odpoveď č. 4

Verejný obstarávateľ **akceptuje** navrhovanú zmenu a **vypúšťa** uvedený parameter z technickej špecifikácie.

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 4 PÔRODNÝ STÔL POLOHOVATEĽNÝ

S úctou

V. I.

Osoba poverená realizáciou
procesu verejného obstarávania

Príloha č. 1 Špecifikácia č. 4 Pôrodný stôl polohovateľný _SNV_ 30_3_21_úprava

—