

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 15.4.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní – IV . kolo

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým záujemcom odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie uplatnené v zákazke s názvom „**Vybavenie operačných sál a USG prístroj**“ vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Ú. vestníku EÚ dňa 19.3. 2021 pod č. **2021/S 055-136048** a vo vestníku UVO č. 72/2021 zo dňa 22.3.2021 pod č. **MST-16010**.

ODPOVEDE NA DORUČENÉ OTÁZKY PRE ČASŤ 6 USG RÁDIOLOGICKÉ

Otázka č. 1

V technickej špecifikácii pre časť 6 USG rádiologické v bode 13.14 sa uvádza:

„Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) alebo typu strain s farebným mapovaním, umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde“

..... požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či aj elastografia typu strain s farebným mapovaním musí umožňovať kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde?

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ odpovedal na otázku, týkajúcu sa daného parametra v II. kole vysvetlení zverejnených podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní, dňa 9.4.2021, v ktorom akceptoval navrhovanú zmenu a súčasne zverejnil aj upravenú technickú špecifikáciu pre parameter 13.14 v tejto časti predmetu zákazky (USG rádiologické). Upravený daný parameter znie nasledovne:

13.14	Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) alebo typu strain s farebným mapovaním , umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde
-------	--

Úprava technického parametra je formulovaná gramaticky tak, aby bolo zrejmé, že pre oba typy (shear wave alebo strain) elastografie je požadovaná kvantitatívna analýza v kPa s farebným elastogramom v B-móde. Verejný obstarávateľ teda potvrdzuje, že aj elastografia typu strain s farebným mapovaním musí umožňovať kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde.

Otázka č. 2

V časti 6. USG rádiologické je v riadku č. 14.3. požadovaná Lineárna sondu s frekvenčným rozsahom min. (5 - 18) MHz a počtom elementov 192.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať lineárnu sondu typu matrix (najvyššia trieda) s frekvenčným rozsahom 4 - 15 MHz a počtom elementov viac ako 1000?

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ neakceptuje navrhovanú zmenu a trvá na frekvenčnom rozsahu sondy hlavne so zreteľom na portfólio vyšetrení, určených pre túto lineárnu sondu - jedná sa o prsníkovú sondu a podľa „*guidelines*“ je odporučený vyšší frekvenčný rozsah ako 15 MHz.

Záverom si verejný obstarávateľ úctivo dovoľuje požiadať záujemcov, aby svoje právo žiadať o vysvetlenie zverejnených podkladov uplatňovali aktívne, počas celej lehoty na predkladanie ponúk, nie v posledné dni lehoty na predkladanie ponúk, pretože verejný obstarávateľ vzhľadom na vytáženie lekárov nemusí byť schopný posúdiť otázku a pripraviť odpovede do 1 pracovného dňa. Zároveň sa kladením otázok na poslednú chvíľu predlžuje lehota na predkladanie ponúk, čím sa de facto oddiaľuje nákup prístrojov určených k zvládnutiu pandémie a skvalitneniu liečby pacientov. Verejný obstarávateľ touto prosbou nespochybňuje právo záujemcov naďalej klásť otázky, avšak úctivo prosí o ich doručenie bezodkladne, pretože nemocnice potrebujú tieto prístroje k zvládaniu pandémie skôr ako skončí samotná pandémia.

S úctou

V. I.

Osoba poverená realizáciou
procesu verejného obstarávania