

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 19.4.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní – V . kolo

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým záujemcom odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie uplatnené v zákazke s názvom „**Vybavenie operačných sál a USG prístroj**“ vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Ú. vestníku EÚ dňa 19.3. 2021 pod č. **2021/S 055-136048** a vo vestníku UVO č. 72/2021 zo dňa 22.3.2021 pod č. **MST-16010**.

ODPOVEDE NA DORUČENÉ OTÁZKY PRE ČASŤ 1 PARNÝ STERILIZÁTOR JEDNODVEROVÝ

Otázka č. 1

..... ku špecifikácii časti č.1: Parný sterilizátor jednodverový. V zadání bodu 4 je uvedené - tlaková nádoba v zmysle PED 97/23/EC. Tento predpis už bol zrušený novým predpisom 2014/68/EU. Prosím o úpravu tohoto parametru.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ ďakuje záujemcovi za upozornenie na nesprávne uvedený odkaz na predpis a upravuje znenie daného parametra nasledovne:

4	Komora z nerezovej ocele delená na umiestnenie 4 ks sterilizačných kontajnerov tlaková nádoba v zmysle 2014/68/EU .
---	--

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 1 Parný sterilizátor jednodverový.

ODPOVEDE NA DORUČENÉ OTÁZKY PRE ČASŤ 2 STERILIZAČNÉ KONTAJNERY

Otázka č. 1

..... v časti 2 – Sterilizačné (chirurgické kontajnery) kontajnery:

- v prípade jednej položky požadovaný rozmer je "Min. 7 ks, Drôtený kôš min. 540 x 240 x 30 mm", ponúkaný rozmer je 540x240x40 mm. Keďže je v požiadavke uvedené "min.", predpokladám, že rozdiel 1 cm nebude problém, keď je rozmer kompatibilný s rozmerom kontajnerov a tento rozdiel je v tomto prípade zanedbateľný.

Podľa možnosti a potreby žiadame o zmenu parametrov.

Odpoveď č. 1

Záujemcom ponúkaný rozmer 540x240x40 mm podľa názoru verejného obstarávateľa spĺňa uvádzanú technickú požiadavku, keďže rozmery uvádzané v parametri č. 11 sú zašpecifikované ako minimálne rozmery. Úprava technickej špecifikácie nie je z tohto dôvodu potrebná.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou
procesu verejného obstarávania

Príloha č. 1 Špecifikácia č. 1 Parný ster_SNV_uprava_19.4