

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 26.4.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní – VI . kolo

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým záujemcom odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie uplatnené v zákazke s názvom „**Vybavenie operačných sál a USG prístroj**“ vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Ú. vestníku EÚ dňa 19.3. 2021 pod č. **2021/S 055-136048** a vo vestníku UVO č. 72/2021 zo dňa 22.3.2021 pod č. **MST-16010**.

ODPOVEDE NA DORUČENÉ OTÁZKY PRE ČASŤ 4 PÔRODNÝ STÔL POLOHOVATEĽNÝ

Otázka č. 1

..... požiadať o úpravu technickej špecifikácie k súťažným podkladom na predmet zákazky „Vybavenie operačných sál a USG prístroj“, V časti č. 4: Pôrodný stôl polohovateľný:

V bode 13. požadujete „Trieda ochrany I“.

Z tohto dôvodu by som chcel opätovne požiadať o úpravu technickej špecifikácie na „Trieda ochrany I alebo II“. Trieda ochrany II je vyšší stupeň ochrany a preto nerozumieme prečo verejný obstarávateľ trvá na triede ochrany I.

Podľa normy sú 4 triedy ochrany:

Zariadenie triedy ochrany 0 : Sú to zariadenia len zo základnou izoláciou, ktorá chráni pred úrazom v základnej prevádzke a nemá ochranu pri poruche. Zariadenia sa považujú za nebezpečné, ich prevádzka sa povoľuje len v priestore s nevodivým okolím. Na Slovensku sa nesmú používať.

Zariadenie triedy ochrany I : Sú to zariadenia, ktoré majú základnú izoláciu, ktorá zabezpečuje základnú ochranu a ochranné pospájanie zabezpečuje ochranu pri poruche. Na ochrannú svorku PE sa pripojí ochranný vodič siete. Označenie PE musí byť pevné, nie na skrutkách. Ak má zariadenie triedy ochrany I také zariadenie, ktoré pri prevádzke musíme chytiť, tak musia mať dvojitz izoláciu.

Zariadenie triedy ochrany II : je to zariadenie so základnou izoláciou zabezpečujúcu základnú ochranu, s prídavnou izoláciou zabezpečujúcu ochranu pri poruchách alebo zariadenie ktoré má zosilnenú izoláciu, ktorá zabezpečuje základnú ochranu aj ochranu pri poruche. Kryt nesmie obsahovať skrutky a pod. z izolačného materiálu, ktoré by sa dali nahradiť skrutkami kovovými. Vodivé časti sa nesmú pripojiť na ochranný vodič. Zariadenie sa musí označiť grafickou značkou dvojitej izolácie (dvojitz štvorec), ktorá sa umiestni v blízkosti informácie o napájaní.

Zariadenie triedy ochrany III : nemá prvok na pripojenie ochranného vodiča, ktorý nie je potrebný, lebo zariadenie je vybavené obvody SELV a PELV, v ktorých najvyššie napätie nepresahuje predpísané hodnoty malého bezpečného napätia (50V stried. a 100V js).

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ **akceptuje** navrhovanú zmenu parametra nasledovne:

13.	Trieda ochrany min. I
-----	------------------------------

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 4 Pôrodný stôl polohovateľný.

ODPOVEDE NA DORUČENÉ OTÁZKY PRE ČASŤ 5 VYŠETROVACIE SVETLO MOBILNÉ K PÔRODNÉMU STOLU**Otázka č. 1**

..... pre časť 5 chceme požiadať o úpravu formulácie v bode č. 3.
Verejný obstarávateľ upravil tento parameter tak, že ho momentálne nespĺňa pravdepodobne žiaden výrobca.
Táto úprava parametra bola pravdepodobne spôsobená zle naformulovanou otázkou.
Bude verejný obstarávateľ akceptovať zmenu formulácie na: „Fokusovateľné pole v min. rozsahu 14-25cm“?

Odpoveď č. 1

Verejnému obstarávateľovi **akceptuje** zmenu technického parametra a upravuje ho nasledovne:

3.	Fokusovateľné pole v min. rozsahu 14-25cm
----	--

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 5 VYŠETROVACIE SVETLO MOBILNÉ

ODPOVEDE NA DORUČENÉ OTÁZKY PRE ČASŤ 6 USG RÁDIOLOGICKÉ**Otázka č. 1**

.....bude verejný obstarávateľ v časti č. 6 USG Rádiologické v bode 14.2.1 akceptovať frekvenčný rozsah sondy 6-23MHz namiesto 5-18MHz? Získa tým väčší rozsah 18 vs 23 MHz, pričom spodná hranica 5 vs 6 MHz je blízko požadovanej hodnoty

Odpoveď č. 1

Verejnému obstarávateľovi **neakceptuje** dodanie lineárnej sondy s vyšším frekvenčným rozsahom a trvá na pôvodnej požiadavke zadanej v technickej špecifikácii. Požadovaný technický parameter v plnej miere zohľadňuje portfólio spektra požadovaných a realizovaných vyšetrení naprieč celým vekovým rozpätím pacientov.

S úctou

V. r.

Osoba poverená realizáciou
procesu verejného obstarávania

Príloha č. 1 Špecifikácia č. 4 Pôrodný stôl poloh_SNV_26.4.21_úprava

Príloha č. 2 Špecifikácia č. 5 vyšetrovacie svetlo _SNV_ 23.4.21_úprava