

Všetkým zájemcom

V Bratislave, 3.5.2021

## VEC

### Vysvetlenie zverejnených podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní – VII . kolo

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým záujemcom odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie uplatnené v zákazke s názvom „**Vybavenie operačných sál a USG prístroj**“ vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Ú. vestníku EÚ dňa 19.3. 2021 pod č. **2021/S 055-136048** a vo vestníku UVO č. 72/2021 zo dňa 22.3.2021 pod č. **MST-16010**.

## ODPOVEDE NA DORUČENÉ OTÁZKY PRE ČASŤ 4 PÔRODNÝ STÔL POLOHOVATELNÝ

### Otázka č. 1

.....požaduje parameter č.10: „Elektrické nastavenie uhla sedacieho dielu min. (od 0° do 15°)“. Bude verejný obstarávateľ akceptovať Elektrické nastavenie uhla sedacieho dielu min. od 0° do 12°, ktoré spĺňa požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky ?

### Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ **akceptuje** navrhovanú zmenu parametra nasledovne:

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Elektrické nastavenie uhla sedacieho dielu min. (od 0° do <b>12°</b> ) |
|-----|------------------------------------------------------------------------|

**Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 4 Pôrodný stôl polohovateľný.**

## ODPOVEDE NA DORUČENÉ OTÁZKY PRE ČASŤ 5 VYŠETROVACIE SVETLO MOBILNÉ K PÔRODNÉMU STOLU

### Otázka č. 1

..... požaduje parameter č.3: „Fokusovateľné pole min 14 cm - 25 cm“. Bude verejný obstarávateľ akceptovať Fokusovateľné pole v rozsahu 15 cm - 25 cm, ktoré spĺňa požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky?

### Odpoveď č. 1

Verejnému obstarávateľovi **akceptuje** zmenu technického parametru a upravuje ho nasledovne:

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 3. | Fokusovateľné pole v min. rozsahu 15-25cm |
|----|-------------------------------------------|

**Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 5 VYŠETROVACIE SVETLO MOBILNÉ**

S úctou

V. I.

Osoba poverená realizáciou  
procesu verejného obstarávania

Príloha č. 1 Špecifikácia č. 4 Pôrodný stôl poloh\_SNV\_3.5.21\_úprava

Príloha č. 2 Špecifikácia č. 5 vyšetrovacie svetlo \_SNV\_ 3.5.21\_úprava