

Názov zákazky:

Skiagrafické pracovisko s digitálnym RTG skiagrafickým prístrojom, PACS systémom a diagnostickou stanicou

Vyhlásené VO: VVO č. 99/2021, zo dňa 28.04.2021, č. 22541 - WYT

Verejný obstarávateľ: Poliklinika „Veľké Kapušany n.o.“ Zoltána Fábryho 20, 079 01 Veľké Kapušany

VYSVETLENIE Č. 1 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV ZO DŇA 04.05.2021

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 03.05.2021 doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch alebo v inej dokumentácii na vypracovanie ponuky (ďalej len „súťažné podklady“) na vyššie uvedený predmet zákazky prostredníctvom IS JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ v súlade s bodom 11. časti A1. Súťažných podkladov týmto poskytuje vysvetlenie k jednotlivým otázkam žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

V dokumente „4a_priloha_k_SP_tecnicka_specifikacia_ponuka.xlsx“, v časti 1. Digitálny RTG skiagrafický prístroj - 1 ks, požadujete „Rozlíšenie aktívnej plochy detektora min. 3,5 lp/mm“.

Vzhľadom na vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2018Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarovania je vyžadované priestorové rozlíšenie požadované $\geq 2,5$ lp/mm. Vami požadovaná podmienka nekorešponduje s touto požiadavkou a diskriminuje väčšinu svetových výrobcov zobrazovacej techniky.

Z tohoto dôvodu sa chceme opýtať či budete akceptovať aj detektor s hodnotou 3,3 lp/mm, čo plne zodpovedá účelu, na ktorý bude detektor určený a zároveň zodpovedá aj spomenutej vyhláške. Akceptovanie našej požiadavky nemá vplyv na kvalitu zobrazenia a ani obmedzenie účelu, na ktorý je zariadenie určené. Zároveň týmto umožníte vstúpiť do VO aj našej spoločnosti a tým dosiahnete hospodárnejší výsledok tohto VO.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že citovaná vyhláška MZ SR č. 101/2018 Zz. stanovuje minimálne priestorové rozlíšenie, t.j. $\geq 2,5$ lp/mm, zároveň pri vysokom kontraste „musí byť“ najmenej 2,5 lp/mm. Verejný obstarávateľ v prípravnej fáze vyhláseného verejného obstarávania dôsledne venoval pozornosť vymedzeniu predmetu zákazky (vrátane technických požiadaviek, funkčných a výkonnostných charakteristík jednotlivých parametrov) overením v prieskume trhu. Uskutočnený prieskum trhu potvrdil okruh potenciálnych dodávateľov, ktorí vo svojom portfóliu ponúkajú produkty s parametrom požadovanej hodnoty verejným obstarávateľom, čím podľa verejného obstarávateľa nedochádza k obmedzovaniu účasti hospodárskych subjektov a sú vytvorené podmienky pre čestnú hospodársku súťaž.

Z toho dôvodu verejný obstarávateľ trvá na požadovanej hodnote parametra - t.j. min. 3,5 lp/mm.

Otázka č. 2:

V dokumente „4a_priloha_k_SP_tecnicka_specifikacia_ponuka.xlsx“, v časti 1. Digitálny RTG skiagrafický prístroj - 1 ks, požadujete „Rozlíšenie detektora min. 3000x3000 pixelov“.

Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2018Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarovania je vyžadované priestorové rozlíšenie požadované $\geq 2,5$ lp/mm. Vami požadovaná veľkosť pixelu matematicky nekorešponduje s touto požiadavkou a diskriminuje väčšinu svetových výrobcov zobrazovacej techniky.

Z tohoto dôvodu sa chceme opýtať či budete akceptovať aj detektor s hodnotou 2836 x 2832 pixelov, čo plne zodpovedá účelu, na ktorý bude detektor určený a zároveň zodpovedá aj spomenutej vyhláške. Akceptovanie našej požiadavky nemá vplyv na kvalitu zobrazenia a ani obmedzenie účelu, na ktorý je zariadenie určené. Zároveň týmto umožníte vstúpiť do VO aj našej spoločnosti a tým dosiahnete hospodárnejší výsledok tohto VO.

Odpoveď č. 2:

Verejným obstarávateľom nebude akceptovaný detektor s hodnotou 2836 x 2832 pixelov z dôvodu, že medicínsko- technickými parametrami, ktoré vymedzil v zadávaní zákazky, požaduje prístroj istej kvalitatívnej kategórie, pri ktorej navrhované rozlíšenie považuje za nedostatočné.

Z uvedeného dôvodu trvá verejný obstarávateľ na požadovanej hodnote parametru – t.j. 3000 x 3000 pixelov.

Otázka č. 3:

V dokumente „4a_priloha_k_SP_tecnicka_specifikacia_ponuka.xlsx“ , v časti 1 . Digitálny RTG skiagrafický prístroj - 1 ks, požadujete „Rozsah elevácie stola min. 40 cm“.

Nami ponúkané zariadenie má rozsah elevácie stola 28 cm. Daný rozsah pracuje v rozmedzí od 57cm do 85,0 cm a tak postačuje na účel pre ktorý sa elevácia požaduje. Z tohto dôvodu sa chceme opýtať či budete akceptovať aj rozsah elevácie stola 28 cm.

Akceptovanie našej požiadavky nemá vplyv na kvalitu zobrazenia a ani obmedzenie účelu, na ktorý je zariadenie určené. Zároveň týmto umožníte vstúpiť do VO aj našej spoločnosti a tým dosiahnete hospodárnejší výsledok tohto VO.

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ konštatuje, že požiadavkou na zmenu hodnoty požadovaného parametru dochádza k 30% - nej zmene, ktorá by v konečnom dôsledku znamenala zhoršenie technických parametrov obstarávaného prístroja. Zámerom verejného obstarávateľa okrem hospodárnosti je obstaráť taký produkt, ponúkaný na trhu, ktorý bude spĺňať kritérium „najlepšia hodnota za vynaložené finančné prostriedky“, ale bude mať najefektívnejší životný cyklus a v konečnom dôsledku produkt, ktorý nebude technologicky a funkčne „zastaralý“.

Z uvedeného dôvodu trvá verejný obstarávateľ na požadovanej hodnote parametra t.j. min. 40 cm.

Otázka č. 4:

V dokumente „4a_priloha_k_SP_tecnicka_specifikacia_ponuka.xlsx“ , v časti 2. príslušenstvo: PACS systém (Picture Archiving and Communicating System) so serverom a záložným zdrojom - 1 ks, požadujete „Užívateľské rozhranie v slovenskej prípadne českej lokalizácii“.

Nami ponúkaný PACS má jednoduché užívateľské rozhranie v anglickom jazyku. Zároveň k nemu dodávame slovenský návod. Z tohto dôvodu sa chceme opýtať či budete akceptovať rozhranie v angličtine so slovenským návodom.

Akceptovanie našej požiadavky nemá vplyv na kvalitu zobrazenia a ani obmedzenie účelu, na ktorý je zariadenie určené. Zároveň týmto umožníte vstúpiť do VO aj našej spoločnosti a tým dosiahnete hospodárnejší výsledok tohto VO.

Odpoveď č.4:

PACS systém je neoddeliteľnou súčasťou reťazca procesu a jeho bezproblémové ovládanie je veľmi dôležitou časťou plynulej práce RTG pracoviska. Je vo výlučnej kompetencii verejného obstarávateľa vymedziť predmet zákazky a to s ohľadom aj na cieľovú skupinu budúcich užívateľov obstarávaného prístrojového vybavenia-personál. Personál RTG pracoviska nemá žiadnu zákonnú povinnosť ovládať anglický jazyk a pre plynulosť, efektívnosť práce personálu RTG pracoviska a v konečnom dôsledku aj istého „komfortu“ vyšetrovaného pacienta verejný obstarávateľ požaduje slovenskú alebo českú lokalizáciu. Z uvedených dôvodov verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom zadaní t.j. „Užívateľské rozhranie v slovenskej prípadne českej lokalizácii“.