

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor verejného obstarávania

Limbová 2, 837 52 Bratislava

všetkým záujemcom

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo
Z054209-2018

Vybavuje/ linka
Ing. Vetráková, kl. 322

Bratislava
25.10.2018

Vec: **Vysvetlenie - doplnenie súťažných podkladov**

V zmysle metodického usmernenia č. 10197-5000/2016 zo dňa 01.07.2016, verejný obstarávateľ upravuje súťažné podklady na predmet zákazky „**RTG mobilné digitálne s C-ramenom**“ v časti **B. 1 Opis predmetu zákazky pre Skupinu 3: RTG4 mobilný digitálny s C-ramenom, CMOS detektor- intervenčná rádiológia a kardiológia** v technickej špecifikácii, nasledovne:

„**Výstupný výkon generátora minimálne 12KW (~~minimálne 15KW~~)**“.

Ďakujeme za porozumenie

S pozdravom

JUDr. Miroslav BOHÁČ
riaditeľ odboru verejného obstarávania