

Vyhodnotenie Prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len "PTK") a stanovenie definitívnych POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 02/2020 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať definované požiadavky na predmet zákazky.

V rámci PTK bolo oslovených 17 potencionálnych dodávateľov, z ktorých predložili svoju ponuku 5 potencionálni dodávateľia. Oznamenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.

1.2 CPV:

Časť č. 1  
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál  
33696500-0 Laboratórne činidlá  
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Časť č. 2  
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál  
33696500-0 Laboratórne činidlá  
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Časť č. 3  
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál  
33696500-0 Laboratórne činidlá  
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Časť č. 4  
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál  
33696500-0 Laboratórne činidlá  
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Časť č. 5  
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál  
33696500-0 Laboratórne činidlá  
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Časť č. 6  
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál  
33696500-0 Laboratórne činidlá  
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

Tovar

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:

- Časť č. 1 Dodávky diagnostických reagensov pre základné biochemické a imunochemické vyšetrenia vrátane spotrebného materiálu, kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov a pre oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejného obstarávateľa.
- Časť č. 2 Dodávky diagnostických reagensov pre vyšetrenie krvného obrazu a diferenciácie leukocytov (tzv. diferenciálu Le) vrátane spotrebného materiálu, kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov pre oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejného obstarávateľa.
- Časť č. 3 Dodávky spotrebného materiálu pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy vrátane kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov pre oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejného obstarávateľa.
- Časť č. 4 Dodávky spotrebného materiálu pre vyšetrenia moču vrátane kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov pre oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejného obstarávateľa.
- Časť č. 5 Dodávky spotrebného materiálu pre vyšetrenia glykemických profilov vrátane kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov pre oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejného obstarávateľa.
- Časť č. 6 Dodávky spotrebného materiálu pre vyšetrenia osmolality vrátane kontrol a kalibrátorov pre oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejného obstarávateľa.

3. ROZDELENIE, OTVÁRANIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY:

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky je rozdelený na 6 samostatných častí.

ČASŤ č. 1	Diagnostické reagencie pre základné biochemické a imunochemické vyšetrenia	MJ	Požadovaný počet MJ
Položka číslo	Názov položky predmetu zákazky		
Položka č. 1	Diagnostické reagencie pre základné biochemické vyšetrenia	testy	8 480
Položka č. 2	Diagnostické reagencie pre imunochemické vyšetrenia	testy	61 800
ČASŤ č. 2	Diagnostické reagencie pre základné hematologické vyšetrenia		
Položka číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ
Položka č. 1	Hematologické vyšetrenia - KO s DIF	testy	36 000
Položka č. 2	Hematologické vyšetrenia - KO bez DIF	testy	96 000
ČASŤ č. 3	Spotrebný materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy		
Položka číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ
Položka č. 1	Spotrebný materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy	balenia a kusy	3 624 bal. a 86 400 ks
ČASŤ č. 4	Spotrebný materiál pre vyšetrenia moču		
Položka číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ
Položka č. 1	Moč chemicky + močový sediment	testy	10 000
ČASŤ č. 5	Spotrebný materiál pre vyšetrenia glykemických profilov		
Položka číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ
Položka č. 1	Glukóza (Glu)	testy	180 000
ČASŤ č. 6	Spotrebný materiál pre vyšetrenia osmolality		
Položka číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ
Položka č. 1	Osmolalita	testy	15 000

3.2 Otváranie predmetu zákazky

Nepožaduje sa otváranie PZ.

3.3 Dostupnosť na trhu:

Bežná dostupnosť  Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK	Cardioservice s.r.o.	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	ODŮVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
Časť č. 1 Diagnostické reagencie pre základné biochemické a imunochemické vyšetrenia	Časť č. 1 - Diagnostické reagencie pre základné biochemické a imunochemické vyšetrenia	Nová hodnota: Časť č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické a imunochemické vyšetrenia Nová hodnota: Položka č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické vyšetrenia	Odôvodnenie: Doplnené slovo "spotrebný materiál". V cenovej ponuke dodávateľa je nacenený aj spotrebný materiál. Odôvodnenie: Doplnené slovo "spotrebný materiál". V cenovej ponuke dodávateľa je nacenený aj spotrebný materiál.
Položka č. 1 - Diagnostické reagencie pre základné biochemické vyšetrenia	Položka č. 1		
1. Enzýmy Stanovovaný parameter	xxx	1. Enzýmy Stanovovaný parameter	
1.1 Lipáza (LIPL)	spĺňa	1.1 Lipáza (LIPL)	
2. Substraty Stanovovaný parameter	xxx	2. Substraty Stanovovaný parameter	
2.1 Iron binding capacity (IBCT)	spĺňa	2.1 Iron binding capacity (IBCT)	
2.2 Glycated hemoglobin (A1C)	spĺňa	2.2 Glycated hemoglobin (A1C)	
2.3 sLDL (sLDL)	spĺňa	2.3 sLDL (sLDL)	
3. Špecifické proteíny Stanovovaný parameter	xxx	3. Špecifické proteíny Stanovovaný parameter	
3.1 Transferín (TRNF)	spĺňa	3.1 Transferín (TRNF)	
4. Uchádzač stanoví predpokladaný počet diagnostických reagensov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.	spĺňa	4. Nová hodnota: Požaduje sa dodať predpokladaný počet diagnostických reagensov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.	
5. Uchádzač stanoví predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.	spĺňa	5. Nová hodnota: Požaduje sa dodať predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.	
6. Uchádzač stanoví predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.	spĺňa	6. Nová hodnota: Požaduje sa dodať predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.	
7. Uchádzač stanoví predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.	spĺňa	7. Nová hodnota: Požaduje sa dodať predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.	
8. Uchádzač stanoví predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.	spĺňa	8. Nová hodnota: Požaduje sa dodať predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.	
9. Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.	spĺňa	9. Požaduje sa, aby dodávané reagencie a spotrebný materiál v čase dodania nemali uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.	
10. Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s expiračnou dobou minimálne 3 mesiace.	spĺňa	10. Hodnota sa vypúšťa.	Odôvodnenie: Expiračná doba uvedená v bode 9.
11. Požaduje sa, aby dodávané reagencie boli aplikovateľné na prístroj typ DIMENSION EXL with LM Integrated Chemistry System, výrobu Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.	spĺňa	11. Nová hodnota: Požaduje sa, aby dodávané reagencie a spotrebný materiál boli aplikovateľné na prístroj typ DIMENSION EXL with LM Integrated Chemistry System, výrobu Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.	Odôvodnenie: Doplnené slovo "spotrebný materiál". V cenovej ponuke dodávateľa je nacenený aj spotrebný materiál.
Položka č. 2 - Diagnostické reagencie pre imunochemické vyšetrenia	Položka č. 2 - Diagnostické reagencie pre imunochemické vyšetrenia	Nová hodnota: Položka č. 2 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia	Odôvodnenie: Doplnené slovo "spotrebný materiál". V cenovej ponuke dodávateľa je nacenený aj spotrebný materiál.
1. Stanovovaný parameter	xxx	1. Stanovovaný parameter	
1.1 Vancomycín (VANCO)	spĺňa	1.1 Vancomycín (VANCO)	
1.2 anti-HBs 2 (aHBs2)	spĺňa	1.2 anti-HBs 2 (aHBs2)	
1.3 Myoglobín (MYO)	spĺňa	1.3 Myoglobín (MYO)	
1.4 CK-MB (CK-MB)	spĺňa	1.4 CK-MB (CK-MB)	

1.5	Vitamin B12 (VB12)	800	splňa	1.5	Vitamin B12 (VB12)	800	
1.6	Kyselina listová (FOLA)	800	splňa	1.6	Kyselina listová (FOLA)	800	
1.7	HIV Ag,Ab 1,2 (HIV Ag/Ab)	4 800	splňa	1.7	HIV Ag,Ab 1,2 (HIV Ag/Ab)	4 800	
1.8	Syphilis (SYPH)	4 800	splňa	1.8	Syphilis (SYPH)	4 800	
2.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet diagnostických reagencií na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		splňa	2.	<b>Nová hodnota:</b> Požaduje sa <b>dodať</b> predpokladaný počet diagnostických reagencií na predpokladaný počet testov na 48 mesiacov.		
3.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		splňa	3.	<b>Nová hodnota:</b> Požaduje sa <b>dodať</b> predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na obdobie 48 mesiacov.		
4.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		splňa	4.	<b>Nová hodnota:</b> Požaduje sa <b>dodať</b> predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
5.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		splňa	5.	<b>Nová hodnota:</b> Požaduje sa <b>dodať</b> predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
6.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		splňa	6.	<b>Nová hodnota:</b> Požaduje sa <b>dodať</b> predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
7.	Požaduje sa, aby dodávané reagenty v čase dodania nemali uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.		splňa	7.	Požaduje sa, aby dodávané reagenty a <b>spotrebný materiál</b> v čase dodania nemali uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.		
8.	Požaduje sa, aby dodávané reagenty uchádzač dodal s expiračnou dobou minimálne 3 mesiace.		splňa	8.	<b>Hodnota sa vypúšťa.</b>		Odôvodnenie: Expiračná doba uvedená v bode 7.
9.	Požaduje sa, aby dodávané reagenty boli aplikovateľné na prístroj typ ADVIA Centaur CP Immunoassay System, výrobcu Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.		splňa	9.	Požaduje sa, aby dodávané reagenty a <b>spotrebný materiál</b> boli aplikovateľné na prístroj typ ADVIA Centaur CP Immunoassay System, výrobcu Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.		Odôvodnenie: Doplnené slovo "spotrebný materiál". V cenovej ponuke dodávateľa je nacený aj spotrebný materiál.

Dodávateľ SPLNIL / NESPLNIL (definitívne požiadavky na predmet zákazky)

SPLNIL

Pôvodné požiadavky poskytnuté potenciálnym dodávateľom v rámci PTK		MED solution s.r.o.		DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY		ODÔVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt splňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.  V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty		Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky			
<b>Časť č. 2 Diagnostické reagenty pre základné hematologické vyšetrenia</b>		<b>Časť č. 2 - Diagnostické reagenty pre základné hematologické vyšetrenia</b>		<b>Časť č. 2 - Spotrebný materiál pre základné hematologické vyšetrenia</b>			
1.	Stanovovaný parameter	Predpokladaný počet testov na 4 roky	xxx	1.	Stanovovaný parameter	Predpokladaný počet testov na 4 roky	
1.1	Hematologické vyšetrenia KO s DIF	36 000	splňa	1.1	Hematologické vyšetrenia KO s DIF	36 000	
1.2	Hematologické vyšetrenia KO bez DIF	96 000	splňa	1.2	Hematologické vyšetrenia KO bez DIF	96 000	
xxx	xxx	xxx	xxx	2.	<b>Nová hodnota:</b> Požaduje sa <b>spotrebný materiál pre základné hematologické vyšetrenia krvného obrazu a diferenciácie leukocytov (tzv. diferenciálu Le).</b>		Odôvodnenie: Doplnená funkčná špecifikácia z bodu 2 PTK.
2.	Krvné obrázky:		xxx	3.	Krvné obrázky:		
2.1	BASO, WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HCT, MCV, RDW-SD, RDW-CV, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV, PDW-SD		splňa	3.1	BASO, WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HCT, MCV, RDW-SD, RDW-CV, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV, PDW-SD		
3.	Predpokladaný pomer vyšetrení:		xxx	4.	Predpokladaný pomer vyšetrení:		
3.1	20% KO s DIF		splňa	4.1	20% KO s DIF		
3.2	80% KO bez DIF		splňa	4.2	80% KO bez DIF		
4.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet diagnostických reagencií na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		splňa	5.	<b>Hodnota sa vypúšťa.</b>		Odôvodnenie: Z cenovej ponuky dodávateľa vyplývalo, že na vykonanie hematologických vyšetrení je potrebný len spotrebný materiál.
5.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		splňa	6.	<b>Nová hodnota:</b> Požaduje sa <b>dodať</b> predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
6.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		splňa	7.	<b>Nová hodnota:</b> Požaduje sa <b>dodať</b> predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
7.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		splňa	8.	<b>Nová hodnota:</b> Požaduje sa <b>dodať</b> predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
8.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		splňa	9.	<b>Nová hodnota:</b> Požaduje sa <b>dodať</b> predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
9.	Požaduje sa, aby dodávané reagenty v čase dodania nemali uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.		splňa	10.	<b>Nová hodnota:</b> Požaduje sa, aby <b>spotrebný materiál</b> v čase dodania nemali uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.		Odôvodnenie: Z cenovej ponuky dodávateľa vyplývalo, že na vykonanie hematologických vyšetrení je potrebný len spotrebný materiál.
10.	Požaduje sa, aby dodávané krvné kontroly a kalibrátory uchádzač dodal s expiračnou dobou minimálne 2 mesiace.		splňa	11.	Požaduje sa, aby dodávané krvné kontroly a kalibrátory uchádzač dodal s expiračnou dobou minimálne 2 mesiace.		
11.	Požaduje sa, aby dodávané reagenty boli aplikovateľné na prístroj typ BC 6000, výrobcu Mindray Ltd., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.		splňa	12.	<b>Nová hodnota:</b> Požaduje sa, aby <b>spotrebný materiál</b> bol aplikovateľný na prístroj typ BC 6000, výrobcu Mindray Ltd., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.		Odôvodnenie: Z cenovej ponuky dodávateľa vyplývalo, že na vykonanie hematologických vyšetrení je potrebný len spotrebný materiál.

Dodávateľ SPLNIL / NESPLNIL (definitívne požiadavky na predmet zákazky)

SPLNIL

Pôvodné požiadavky poskytnuté potenciálnym dodávateľom v rámci PTK		Unotech s.r.o.		Eurolab Lambda s.r.o.		DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY		ODÔVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt splňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.  V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty		Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt splňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.  V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty		Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky			
<b>Časť č. 3 Spotrebný materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy</b>		<b>Časť č. 3 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy</b>		<b>Časť č. 3 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy</b>		<b>Časť č. 3 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy</b>			
1.	Požaduje sa spotrebný materiál:	Predpokladaný počet balení a kusov na 4 roky	xxx	xxx	1.	<b>Nová hodnota:</b> Požaduje sa <b>spotrebný materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy:</b>	Predpokladaný počet balení a kusov na 4 roky	Odôvodnenie: Doplnená funkčná špecifikácia z bodu 2 PTK.	
1.1	<b>ABR - Krvné plyny</b> Membrány referenčnej elektródy pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (Ref. Membr. Kit, 4 ks)	24 bal.	splňa	splňa	1.1	<b>ABR - Krvné plyny</b> Membrány referenčnej elektródy pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (Ref. Membr. Kit, 4 ks)	24 bal.		
1.2	<b>ABR - Krvné plyny</b> Membrány elektródy CO2 pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (pCO2 Membr. Kit, 4 ks)	16 bal.	splňa	splňa	1.2	<b>ABR - Krvné plyny</b> Membrány elektródy CO2 pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (pCO2 Membr. Kit, 4 ks)	16 bal.		
1.3	<b>ABR - Krvné plyny</b> Membrány kyslíkovej elektródy pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (pO2 Membr. Kit, 4 ks)	24 bal.	splňa	splňa	1.3	<b>ABR - Krvné plyny</b> Membrány kyslíkovej elektródy pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (pO2 Membr. Kit, 4 ks)	24 bal.		
1.4	<b>ABR - Minerály</b> Membrány elektródy Na pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (Na Membr. Kit, 4 ks)	16 bal.	splňa	splňa	1.4	<b>ABR - Minerály</b> Membrány elektródy Na pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (Na Membr. Kit, 4 ks)	16 bal.		
1.5	<b>ABR - Minerály</b> Membrány elektródy K pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (K Membr. Kit, 4 ks)	16 bal.	splňa	splňa	1.5	<b>ABR - Minerály</b> Membrány elektródy K pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (K Membr. Kit, 4 ks)	16 bal.		
1.6	<b>ABR - Minerály</b> Membrány elektródy Cl pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (Cl Membr. Kit, 4 ks)	16 bal.	splňa	splňa	1.6	<b>ABR - Minerály</b> Membrány elektródy Cl pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (Cl Membr. Kit, 4 ks)	16 bal.		
1.7	<b>ABR - Minerály</b> Membrány elektródy Ca2+ pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (Ca2+ Membr. Kit, 4 ks)	16 bal.	splňa	splňa	1.7	<b>ABR - Minerály</b> Membrány elektródy Ca2+ pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (Ca2+ Membr. Kit, 4 ks)	16 bal.		
1.8	Membrány elektródy Glu pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (Glukóza (Glu) Membr. Kit, 4 ks)	32 bal.	splňa	splňa	1.8	Membrány elektródy Glu pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (Glukóza (Glu) Membr. Kit, 4 ks)	32 bal.		
1.9	Membrány elektródy La pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (Laktát (La) Membr. Kit, 4 ks)	64 bal.	splňa	splňa	1.9	Membrány elektródy La pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátoru, 4 ks v balení (Laktát (La) Membr. Kit, 4 ks)	64 bal.		
1.10	Čistiaci roztok pre odstránenie proteínov z fibrínu v systéme analyzátoru, 4 ks v balení (Cleaning solution with Streptokinase, 175 ml)	192 bal.	splňa	splňa	1.10	<b>Nová hodnota:</b> Čistiaci roztok pre odstránenie proteínov z fibrínu v systéme analyzátoru (Cleaning solution with Streptokinase, 175 ml)	192 bal.	Odôvodnenie: Odstránená hodnota "4 kusy v balení". (1 balenie = 175ml).	
1.11	Kalibračný roztok pre jednobodovú kalibráciu ABR analyzátoru (Cal 1 solution, 200 ml, ROW)	424 bal.	splňa	splňa	1.11	Kalibračný roztok pre jednobodovú kalibráciu ABR analyzátoru (Cal 1 solution, 200 ml, ROW)	424 bal.		
1.12	Kalibračný roztok pre dvojbodovú kalibráciu ABR analyzátoru (Cal 2 solution, 200 ml)	248 bal.	splňa	splňa	1.12	Kalibračný roztok pre dvojbodovú kalibráciu ABR analyzátoru (Cal 2 solution, 200 ml)	248 bal.		
1.13	Preplachový roztok meracích komôr a hadičiek ABR analyzátoru (Rinse solution, 600 ml, ROW)	1 352 bal.	splňa	splňa	1.13	Preplachový roztok meracích komôr a hadičiek ABR analyzátoru (Rinse solution, 600 ml, ROW)	1 352 bal.		
1.14	Čistiaci roztok (Hypochlorite Solution, 100 ml)	8 bal.	splňa	splňa	1.14	Čistiaci roztok (Hypochlorite Solution, 100 ml)	8 bal.		
1.15	Kalibrátor na určenie oximetrie (Hb Cal Solution, 4 amp.)	16 bal.	splňa	splňa	1.15	Kalibrátor na určenie oximetrie (Hb Cal Solution, 4 amp.)	16 bal.		
1.16	Odpadový kontajner meraných vzoriek (Waste Container, 600 ml)	656 bal.	splňa	splňa	1.16	Odpadový kontajner meraných vzoriek (Waste Container, 600 ml)	656 bal.		
1.17	Kalibračný plyn jednobodovej kalibrácie ABR analyzátoru (Cal1 gas, ROW)	184 bal.	splňa	splňa	1.17	Kalibračný plyn jednobodovej kalibrácie ABR analyzátoru (Cal1 gas, ROW)	184 bal.		
1.18	Kalibračný plyn dvojbodovej kalibrácie ABR analyzátoru (Cal2 gas, ROW)	184 bal.	splňa	splňa	1.18	Kalibračný plyn dvojbodovej kalibrácie ABR analyzátoru (Cal2 gas, ROW)	184 bal.		
1.19	Papier na tlač výsledkov, 8 ks v balení (Thermal paper, 8 rolls per unit)	120 bal.	splňa	splňa	1.19	Papier na tlač výsledkov, 8 ks v balení (Thermal paper, 8 rolls per unit)	120 bal.		
1.20	Striekačky, (safePICO aspirator - box)	86 400 ks	splňa	splňa	1.20	<b>Nová hodnota:</b> Striekačky (safePICO aspirator - box/100 ks)	864 bal.	Odôvodnenie: Doplnená hodnota "100 ks".	

1.21	Tesnenie na vstupe (Inlet Gasket)	16 bal.	spĺňa	spĺňa	1.21	Tesnenie na vstupe (Inlet Gasket)	16 bal.
2.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		spĺňa	spĺňa	2	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa dodať</b> predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.	
3.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		spĺňa	spĺňa	3	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa dodať</b> predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.	
4.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		spĺňa	spĺňa	4	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa dodať</b> predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.	
5.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		spĺňa	spĺňa	5	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa dodať</b> predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.	
6.	Požaduje sa, aby spotrebný materiál v čase dodania nemal uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.		spĺňa	spĺňa	6	Požaduje sa, aby spotrebný materiál v čase dodania nemal uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.	
7.	Požaduje sa, aby dodávané kontroly a kalibrátory uchádzač dodal s expiračnou dobou minimálne 2 mesiace.		spĺňa	spĺňa	7	Požaduje sa, aby dodávané kontroly a kalibrátory uchádzač dodal s expiračnou dobou minimálne 2 mesiace.	
8.	Požaduje sa, aby spotrebný materiál bol aplikovateľný na prístroj typ ABL 800 Flex, výrobcu Radiometer, ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.		spĺňa	spĺňa	8.	Požaduje sa, aby spotrebný materiál bol aplikovateľný na prístroj typ ABL 800 Flex, výrobcu Radiometer, ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.	

**Dodávateľ SPLNIL / NESPLNIL (definitívne požiadavky na predmet zákazky)**

**SPLNIL**

Pôvodné požiadavky poskytnuté potenciálnym dodávateľom v rámci PTK			Eurolab Lambda s.r.o.	Medista s.r.o.	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY			ODŮVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky			Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.  V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.  V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky			
Časť č. 4 Spotrebný materiál pre vyšetrenia moču			Časť č. 4 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia moču	Časť č. 4 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia moču	Časť č. 4 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia moču			
xxx			xxx	xxx	xxx			
1.	Stanovovaný parameter	Predpokladaný počet testov na 4 roky	xxx		1.1	Stanovovaný parameter	Predpokladaný počet testov na 4 roky	
1.1	Moč chemický + močový sediment	10 000	spĺňa	spĺňa	1.1.1	Moč chemický + močový sediment	10 000	
xxx	xxxx		xxx	xxx	2.	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa spotrebný materiál pre vyšetrenia moču.</b>		Odôvodnenie: Doplnená funkčná špecifikácia z bodu 2 PTK.
2.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		spĺňa	spĺňa	3.	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa dodať</b> predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
3.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		spĺňa	spĺňa	4.	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa dodať</b> predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
4.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		spĺňa	spĺňa	5.	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa dodať</b> predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
5.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		spĺňa	spĺňa	6.	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa dodať</b> predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
6.	Požaduje sa, aby spotrebný materiál v čase dodania nemal uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.		spĺňa	spĺňa	7.	Požaduje sa, aby spotrebný materiál v čase dodania nemal uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.		
7.	Požaduje sa, aby dodávané kontroly a kalibrátory uchádzač dodal s expiračnou dobou minimálne 2 mesiace.		spĺňa	spĺňa	8.	Požaduje sa, aby dodávané kontroly a kalibrátory uchádzač dodal s expiračnou dobou minimálne 2 mesiace.		
8.	Požaduje sa, aby spotrebný materiál bol aplikovateľný na prístroj typ FUS 2000, výrobcu Dirui Industrial Co, Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.		spĺňa	spĺňa	9.	Požaduje sa, aby spotrebný materiál bol aplikovateľný na prístroj typ FUS 2000, výrobcu Dirui Industrial Co, Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.		

**Dodávateľ SPLNIL / NESPLNIL (definitívne požiadavky na predmet zákazky)**

**SPLNIL**

Pôvodné požiadavky poskytnuté potenciálnym dodávateľom v rámci PTK			Eurolab Lambda s.r.o.	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY			ODŮVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky			Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.  V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky				
Časť č. 5 Spotrebný materiál pre vyšetrenia glykemických profilov			Časť č. 5 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia glykemických profilov	Časť č. 5 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia glykemických profilov				
xxx			xxx	xxx				
1.	Stanovovaný parameter	Predpokladaný počet testov na 4 roky	xxx	xxx	1.1	Stanovovaný parameter	Predpokladaný počet testov na 4 roky	
1.1	Glukóza (Glu)	180 000	spĺňa	spĺňa	1.1.1	Glukóza (Glu)	180 000	
xxx	xxx		xxx	xxx	2.	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa spotrebný materiál pre vyšetrenia glykemických profilov.</b>		Odôvodnenie: Doplnená funkčná špecifikácia z bodu 2 PTK.
2.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		spĺňa	spĺňa	3.	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa dodať</b> predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
3.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		spĺňa	spĺňa	4.	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa dodať</b> predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
4.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		spĺňa	spĺňa	5.	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa dodať</b> predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
5.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		spĺňa	spĺňa	6.	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa dodať</b> predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
6.	Požaduje sa, aby spotrebný materiál v čase dodania nemal uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.		spĺňa	spĺňa	7.	Požaduje sa, aby spotrebný materiál v čase dodania nemal uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.		
7.	Požaduje sa, aby dodávané kontroly a kalibrátory uchádzač dodal s expiračnou dobou minimálne 2 mesiace.		spĺňa	spĺňa	8.	Požaduje sa, aby dodávané kontroly a kalibrátory uchádzač dodal s expiračnou dobou minimálne 2 mesiace.		
8.	Požaduje sa, aby spotrebný materiál bol aplikovateľný na prístroj typ SUPER GL 2, Senzor glucose 3000 samples for Ga/GL/GL2, výrobcu Dr. Muller Gerätebau GmbH, ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.		spĺňa	spĺňa	9.	Požaduje sa, aby spotrebný materiál bol aplikovateľný na prístroj typ SUPER GL 2, Senzor glucose 3000 samples for Ga/GL/GL2, výrobcu Dr. Muller Gerätebau GmbH, ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.		

**Dodávateľ SPLNIL / NESPLNIL (definitívne požiadavky na predmet zákazky)**

**SPLNIL**

Pôvodné požiadavky poskytnuté potenciálnym dodávateľom v rámci PTK			Eurolab Lambda s.r.o.	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY			ODŮVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky			Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.  V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky				
Časť č. 6 Spotrebný materiál pre vyšetrenia osmolality			Časť č. 6 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia osmolality	Časť č. 6 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia osmolality				
xxx			xxx	xxx				
1.	Stanovovaný parameter	Predpokladaný počet testov na 4 roky	xxx	xxx	1.1	Stanovovaný parameter	Predpokladaný počet testov na 4 roky	
1.1	Osmolalita	15 000	spĺňa	spĺňa	1.1.1	Osmolalita	15 000	
xxx	xxx		xxx	xxx	2.	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa spotrebný materiál pre vyšetrenia osmolality.</b>		Odôvodnenie: Doplnená funkčná špecifikácia z bodu 2 PTK.
2.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		spĺňa	spĺňa	3.	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa dodať</b> predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
3.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		spĺňa	spĺňa	4.	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa dodať</b> predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
4.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		spĺňa	spĺňa	5.	<b>Nová hodnota:</b> <b>Požaduje sa dodať</b> predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.		
5.	Požaduje sa, aby spotrebný materiál v čase dodania nemal uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.		spĺňa	spĺňa	6.	Požaduje sa, aby spotrebný materiál v čase dodania nemal uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.		
6.	Požaduje sa, aby dodávané kontroly a kalibrátory uchádzač dodal s expiračnou dobou minimálne 2 mesiace.		spĺňa	spĺňa	7.	Požaduje sa, aby dodávané kontroly a kalibrátory uchádzač dodal s expiračnou dobou minimálne 2 mesiace.		

7. Požaduje sa, aby dodávané reagencie boli aplikovateľné na prístroj typ Osomat 3000, výrobcu Gonotec GmbH., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.	splňa	8. <b>Nová hodnota:</b> Požaduje sa, aby <b>spotrebný materiál</b> bol aplikovateľný na prístroj typ Osomat 3000, výrobcu Gonotec GmbH., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.	Odôvodnenie: Z cenovej ponuky dodávateľa vyplýva, že na vykonanie hematologických vyšetrení je potrebný len spotrebný materiál.
--	-------	--	--

**Dodávateľ SPLNIL / NESPLNIL (definitívne požiadavky na predmet zákazky)**

**SPLNIL**

**5. MINIMÁLNE OSOBNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZY:**

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potenciálnym dodávateľom v rámci PTK	Cardioservice s.r.o.	MED solution s.r.o.	Eurolab Lambda s.r.o.	Unotech s.r.o.	Medista s.r.o.	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZY
Požaduje sa:	Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje, resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)					Požaduje sa:
1.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzavretie rámcovej dohody na dodanie: „Diagnostických reagencií a spotrebného materiálu pre oddelenie laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.“ v súlade s ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ust. § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzavretie rámcovej dohody s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže (ďalej len „RD“) na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre nadlimitnú zákazku vyhlásenú v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania.
3.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky je uzavretie RD so všetkými úspešnými uchádzačmi ako predávajúcimi. RD nezakladá žiadnemu z úspešných uchádzačov priame právo na plnenie predmetu RD.
4.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po elektronickej aukcii (ďalej len „vitazný uchádzač“), bude písomne verejným obstarávateľom obznanený, že jeho ponuku prijíma a zároveň ho vyzval na uzatvorenie RD a jej plnenie.
5.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Vitazný uchádzač potvrdí záväznosť plnenia RD zaslaním podpísanej Prílohy č. 4 – Prijatie výzvy na plnenie RD (ďalej len „Príloha č. 4“) súťažných podkladov. Príloha č. 4 sa pre vitazného uchádzača stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto RD. Vitazný uchádzač ako predávajúci je povinný poskytovať kupujúcemu dohodnuté plnenie podľa tejto RD, a to počnúc dňom uvedeným v Prílohe č. 4.
6.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len „objednávka“) objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
7.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa dodanie tovaru:
7.1	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,
7.2	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
7.3	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,
7.4	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti rámcovej dohody),
7.5	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
8.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požadovať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).
9.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
10.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
11.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a diietických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len „legislatívna zmena ceny“, d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len „zoznam zdravotnej poisťovne“.
12.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 dní od účinnosti zmeny, objednávateľovi o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.
13.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: objedávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ: 13.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúkanej ceny. 13.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody.
14.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto rámcovej dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatčnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto rámcovej dohody a nižšou cenou.
14.1	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 10. tejto RD.
15.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
16.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/z Zoznamu kategorizovaných SZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
17.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
18.	akceptujem	neuveďené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 12.-17. tejto časti rámcovej dohody.





18.	Predávajúci je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázať použiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade kupujúcemu zodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Predávajúci je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázať použiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade kupujúcemu zodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu vznikla porušením tejto povinnosti.
-----	--	------------	-----------	------------	------------	------------	--

6. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

<p>Všetky ponúkané produkty uvedené v Prílohe č. 1 a 2 musia spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so Zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň musia byť označené značkou CE, čím dané označenie deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a rovnako deklaruje, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.</p> <p>Na preukázanie splnenia verejným obstarávateľom stanovenej požiadavky sa požaduje predložiť v všetkých ponúkaných produktoch uvedených v Prílohe č. 1 a 2 <b>neoverenú fotokópiu ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „ES vyhlásenie o zhode.“</b></p>	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem
<p>Všetky ponúkané produkty uvedené v Prílohe č. 1 a 2 (ak je to relevantné) musia byť zaregistrované/zaevidované v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, resp. ich terapeutické použitie povolí MZ SR v zmysle platnej legislatívy.</p> <p>Na preukázanie splnenia verejným obstarávateľom stanovenej požiadavky sa požaduje predložiť v všetkých ponúkaných produktoch uvedených v Prílohe č. 1 a 2 <b>neoverenú fotokópiu Potvrdenia ŠUKL - výstup z databázy registrovaných liekov, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Potvrdenia ŠUKL“.</b></p>	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem
<p><b>Príbalový leták, resp. metodický list</b> pre jednotlivé stanovované parametre uvedené v Prílohe č. 1 obsahujúci všetky atribúty potrebné na stanovenie pracovného postupu, zloženie diagnostickej súpravy, vinovú dĺžku, linearitu, prípadné interferencie. Uvedený doklad musí byť predložený v slovenskom jazyku. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Príbalový leták/metodický list“</p>	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem
<p><b>Karta bezpečnostných údajov podľa aktuálne platnej legislatívy pre lie dodávané tovary,</b> ktoré:</p> <p>a) obsahujú látku alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná podľa nariadenia CLP alebo</p> <p>b) obsahujú látku, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) podľa kritérií uvedených v prílohe XIII nariadenia REACH alebo</p> <p>c) obsahujú látku, ktorá je zahrnutá do zoznamu kandidátskych látok na prípadnú autorizáciu podľa článku 59 ods. 1 nariadenia REACH z akýchkoľvek iných dôvodov. (článok 31 ods. 1 nariadenia REACH)</p> <p>d) za určitých podmienok, v prípade niektorých zmesí, nespĺňajú kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečné podľa nariadenia CLP, ale aj tak sa vyžaduje vyhotovenie KBU, alebo sa vyžaduje, aby bola KBU k dispozícii na požiadanie (článok 31 ods. 3 nariadenia REACH a poznámky k tabuľkám 3.4.6, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.3 a 3.9.4 prílohy I k nariadeniu CLP).</p> <p>Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Karta bezpečnostných údajov“.</p> <p>Uchádzač berie na vedomie ustanovenie článku 31 ods. 9 nariadenia REACH, podľa ktorého má právnu povinnosť poskytnúť aktualizované verzie KBU všetkým príjemcom, ktorým bola látka alebo zmes dodaná počas predchádzajúcich 12 mesiacov. Uchádzač v uvedenom prípade doručí aktualizované znenie KBU kupujúcemu do 5 pracovných dní odo dňa kedy bola KBU aktualizovaná.</p>	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem
<p>Doklad s názvom <b>"Zoznam predpokladaného počtu diagnostických reagenცი, kalibrátorov, prevádzkových roztokov, kontrol a spotrebného materiálu"</b>, pre všetky produkty uvedené v Prílohe č. 1 a 2, v ktorom uchádzač napr. pri reagenცი, resp. spotrebnom materiáli uvedie minimálne: obchodný názov ponúkaného produktu, veľkosť balenia (počet testov), ŠUKL kód (ak je to relevantné), názov parametra, na vyšetrenie ktorého je určený, jednotkovú cenu balenia v EUR bez DPH, sadzbu DPH, jednotkovú cenu balenia v EUR s DPH a predpokladaný počet balení na obdobie 48 mes.</p> <p>Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Zoznam predpokladaného počtu diagnostických reagenცი, kalibrátorov, prevádzkových roztokov, kontrol a spotrebného materiálu“.</p>	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem
<p><b>Kontaktné údaje</b> na Klientske pracovisko uchádzača - tzv. „Hotline“, „Helpdesk“, „Call centrum ...“ pre potreby plnenia zmluvy. Požadovaný doklad musí uchádzač</p>	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem