

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SZ\_TO\_RZ\_08Vybavuje / linka  
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum  
Trnava/ 14.01.2019

Vec: **Oznámenie o úprave technickej špecifikácie a predĺžení lehoty na predkladanie ponúk**

**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**, so sídlom Pavlova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S197 zo dňa 12.10.2018 pod značkou 2018/S 197-444890 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **205/2018 z 15.10.2018 pod zn. 14654 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Rádiologické zariadenia**“.

Verejný obstarávateľ upravuje technickú špecifikáciu pre časť 1 predmetu zákazky CT prístroj v požiadavke č. 1 nasledovne:

*Nový (nie repasovaný) multidetektorový počítačový tomograf s rekonštrukciou 128 vrstiev umožňujúci diagnostické vyšetrenia vrátane vyšetrení za použitia kontrastných látok aplikovaných injektorom kontrastných látok. Injektor kontrastných látok musí byť súčasťou dodávky CT prístroja a musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: automatický tlakový injektor s peristaltickou pumpou, s možnosťou aplikácie dvoch rôznych kontrastných látok; dodanie na stropnom závese; rýchlosť prietoku v intervale 0,1-10 ml/s, väčší rozsah prípustný; možnosť použitia min. 1 ks fľaše alebo vaku s fyziologickým roztokom; možnosť použitia min. 2 ks fliaš/balení s rôznou kontrastnou látkou v originálnych obaloch súčasne bez potreby výmeny spotrebného materiálu; ovládanie - dva ovládacie panely (injektor a riadiaca miestnosť), terminál pre obsluhu - farebná dotyková obrazovka, bezdrôtová komunikácia terminálu s ovládacou konzolou - bez obmedzenia obsluhujúceho personálu.*

Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom upravené znenie prílohy č. 1.1 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 05.02.2019 do 9:00 s následným neverejným otváraním ponúk o 11:00.

S pozdravom

.....

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie