

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_TO_RZ_02Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 24.10.2018

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti**

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., so sídlom Pavlova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S197 zo dňa 12.10.2018 pod značkou 2018/S 197-444890 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **205/2018 z 15.10.2018 pod zn. 14654 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Rádiologické zariadenia**“.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 1 predmetu zákazky CT prístroj.

Otázka č. 1:

Parameter por. č. 28 a 29 v časti „Ovládacia stanica operátora multidetektorového počítačového tomografu s minimálnou špecifikáciou“ a parameter por. č. 30 v časti „Aplicačné softvérové vybavenie ovládacej stanice operátora multidetektorového počítačového tomografu s minimálnou špecifikáciou“

V časti „Ovládacia stanica operátora multidetektorového počítačového tomografu s minimálnou špecifikáciou“ verejný obstarávateľ pod poradovým č. 28 a 29 uvádza 1 ks ovládacej stanice operátora multidetektorového počítačového tomografu a 1 ks postprocessingovej stanice pre operátora multidetektorového počítačového tomografu. V časti „Aplicačné softvérové vybavenie ovládacej stanice operátora multidetektorového počítačového tomografu s minimálnou špecifikáciou“ pod poradovým č. 30 uvádza Druhá konzola pre operátora pre post procesingové úpravy.

Uchádzač žiada o vysvetlenie či sa v parametri č. 30 jedná len o softvérové vybavenie druhej konzoly pre operátora pre procesingové úpravy, ktorá je uvedené ako hardvér v bode č. 29, alebo sa jedná o ďalšiu samostatnú konzolu (hardvér), t.j. či verejný obstarávateľ celkovo požaduje dve konzoly (jedna ovládacia a jedna procesingová) alebo požaduje celkovo tri konzoly (jedna ovládacia a dve procesingové).

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ požaduje celkový počet konzol - 3 konzoly (položka 30 je ďalšia konzola) a to konkrétne:

- 1 ks ovládacej stanice operátora multidetektorového počítačového tomografu.
- 1 ks postprocessingovej stanice pre operátora multidetektorového počítačového tomografu.
- 1 ks pracovná stanica pre lekára na báze klient-server pre diagnostiku a postprocessing s minimálnou špecifikáciou.

Ak by boli dodané len dve konzoly narušila by sa plynulosť práce – keďže niektoré náročnejšie hodnotenia môžu trvať aj desiatky minút.

S pozdravom

.....

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie