

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SZ\_TO\_VOS\_01Vybavuje / linka  
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum  
Trnava/ 07.11.2018

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti**

**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**, so sídlom Pavlova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S197 zo dňa 12.10.2018 pod značkou 2018/S 197-444935 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **205/2018 z 15.10.2018 pod zn. 14652 – MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Vybavenie operačných sál**“.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 1 predmetu zákazky.

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

**Otázka č. 1:**

Bude verejný obstarávateľ akceptovať v časti č.1 elektrokoagulácie, ponuku na elektrochirurgický generátor bez pokročilej bipolárnej technológie spolu s generátorom pokročilej bipolárnej technológie?

**Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať v časti č.1 elektrokoagulácie, ponuku na elektrochirurgický generátor bez pokročilej bipolárnej technológie spolu s generátorom pokročilej bipolárnej technológie.

**Otázka č. 2:**

V prílohe č. 1.1 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 1: Elektrochirurgická jednotka, p. č. 5 požaduje verejný obstarávateľ "Autostop min. pre pokročilú bipolárnu koaguláciu"

Rôzni výrobcovia majú rôzne riešenia pre signalizáciu skoagulovaného tkaniva, napr. akustický signál. Žiadame upraviť parameter a umožniť "alebo signál stavu skoagulovaného tkaniva". Zdôvodnenie:

Nami ponúknuté prevedenie požadovanej zostavy na základe dlhodobých praktických skúseností, klinických štúdií, certifikačných procesov spĺňa požiadavky na maximálnu kvalitu,

funkcionalitu, ergonomiu ponúknutého zariadenia v danej medicínskej oblasti vzhľadom na anatomicko - fyzikálne možnosti a s akcentom na bezpečnosť pacienta. Autostopom nastavený čas nemusí byť dostačujúci pre dosiahnutie očakávaného koagulačného efektu.

**Odpoveď č. 2:**

Verejný obstarávateľ považuje za dôležité, aby pokročilá bipolárna koagulácia bola vybavená funkciou autostop, keďže pri tejto koagulácii nedochádza ku koagulácii tkaniva, ale ku sealingu tkaniva, kde o výslednom stave zvaru, musí rozhodnúť generátor a nie lekár.

Preto verejný obstarávateľ nebude meniť špecifikáciu zákazky.

**Nakoľko nedopatrením nebola v Oznámení uvedená lehota viazanosti ponúk verejný obstarávateľ ju doplnil korigendom k Oznámeniu.**

**Doplnený bod oznámenia:**

**IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané**

**Ponuka musí platiť do: 30.09.2019**

S pozdravom

.....

**Daniel Mikušček**

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie