

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_TO_ZMZ_03Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 14.11.2018

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 2**

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., so sídlom Pavlova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S197 zo dňa 12.10.2018 pod značkou 2018/S 197-444869 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **205/2018 z 15.10.2018 pod zn. 14657 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Základné medicínske zariadenia**“.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre všetky časti predmetu zákazky.

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

Otázka č. 20:

žiadame o upresnenie k "Zoznamu dokladov na užívanie tovaru", ktoré dokumenty je potrebné doložiť pri predkladaní ponuky. Táto podmienka je totiž v Návrhu kúpnej zmluvy v čl. 2, ods. 2.6. (ii) definovaná len alternatívne (napr. ...a iné) a nie explicitným výpočtom. Z dostupných podkladov nie je jasné, ktoré dokumenty je nutné predkladať.

Odpoveď č. 20:

Je na zodpovednosti uchádzača aby dodal všetky relevantné dokumenty/doklady, ktoré sa týkajú tovaru a sú požadované platnou legislatívou nevyhnutné na uvedenie prístroja do prevádzky a jeho používanie.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 2 predmetu zákazky Laparoskopická veža.

Otázka č. 21:

Pre časť č. 2 - Laparoskopická veža - položka č. 49 - Ovládanie nastavení prostredníctvom dotykového displeja.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ovládanie nastavení elektrochirurgickej jednotky pomocou tlačidiel?

Odpoveď č. 21:

Verejný obstarávateľ upravil uvedenú požiadavku „*Ovládanie nastavení prostredníctvom dotykového displeja alebo pomocou tlačidiel*“.

Otázka č. 22:

Pre časť č. 2 - Laparoskopická veža - položka č. 47 - Možnosť rozšírenia pre použitie pokročilých bipolárnych inštrumentov.

Čo konkrétnejšie rozumie verejný obstarávateľ pod pojmom "pokročilé bipolárne inštrumenty"

Odpoveď č. 22:

Pokročilé bipolárne sú inštrumenty umožňujúce zvar (sealling) tkaniva, ciev a následné prerušenie.

S pozdravom

.....

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie