

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_TO_ZMZ_05Vybavuje / linka
Mikušček/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 06.12.2018

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 3**

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., so sídlom Pavlova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S197 zo dňa 12.10.2018 pod značkou 2018/S 197-444869 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **205/2018 z 15.10.2018 pod zn. 14657 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Základné medicínske zariadenia**“.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre všetky časti predmetu zákazky.

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

Otázka č. 23:

chceli by sme Vás poprosiť o dovysvetlenie odpovedi č.1 z otázok uchádzačov kde uvádzate, že spôsob preukazovania splnenia podmienok účasti za subdodávateľa podľa § 32 ZVO, je na uchádzačovi.

Bude verejný obstarávateľ požadovať všetky potrebné dokumenty podľa § 32 ZVO za subdodávateľa ešte v lehote na predkladanie ponúk, alebo až od úspešného uchádzača pri podpise zmluvy?

Odpoveď č. 23:

Uvedená skutočnosť je obsiahnutá v bode 29 súťažných podkladov.

„29.3. Verejný obstarávateľ nevyžaduje v ponuke uviesť zoznam subdodávateľov, ktorí sú uchádzačovi známi v čase predkladania ponuky. Najneskôr v momente uzatvorenia zmluvy, ktorá je výsledkom tejto súťaže v jednotlivých častiach predmetu zákazky, predloží úspešný uchádzač v príslušnej časti predmetu zákazky zoznam všetkých subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy podľa požiadaviek uvedených v zmluve

29.4. Verejný obstarávateľ vyžaduje od subdodávateľov, aby disponovali oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Táto skutočnosť sa preukazuje podľa pravidiel uvedených v kúpnej zmluve. To neplatí pre subdodávateľov, ktorých kapacity alebo zdroje boli využívané k preukázaniu splnenia



podmienok účasti. Tieto osoby musia spĺňať v plnom rozsahu požiadavky podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

Otázka č. 24:

Taktiež by sme poprosili potvrdiť odpoveď č.2 kde uvádzate, že VO bude požadovať preukázanie zápisu do registra partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa týka iba uchádzačov a ich subdodávateľov, pokiaľ výsledná suma na jednu zmluvu nepresiahne 100 000 Eur bez DPH?

Odpoveď č. 24:

Uvedená skutočnosť je obsiahnutá v bode 28 súťažných podkladov.

28.1.1. Zabezpečenie právoplatného zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.. Tento zápis sa vzťahuje na všetky osoby podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na zák. č. 315/2016 Z. z., a to aj vo vzťahu k subdodávateľom, na ktorých sa podľa citovaného zákona táto povinnosť vzťahuje.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 2 predmetu zákazky Laparoskopická veža.

Otázka č. 25:

Vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 07.11.2018 sme obdržali negatívnu odpoveď k nasledovnej otázke:

"Otázka č. 7

V prílohe č. 1.2 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 2: Laparoskopická veža, p. č. 9 (Laparoskopická 4K UHD TV kamerová hlava) požaduje verejný obstarávateľ "Prenos signálu prostredníctvom optického kábla" Prenos dát po optike z kamerovej hlavy do jednotky optickým káblom nie je z hľadiska kvality zobrazenia nevyhnutný a používa to iba niektorý výrobca. Žiadame tento parameter vypustiť. Bude zadávateľ akceptovať prevedenie bez prenosu signálu cez optický kábel?"

Predmetného obstarávania by sme sa radi zúčastnili, preto vás opätovne žiadame o vysvetlenie negatívnej odpovede a prehodnotenie stanoviska. Vzhľadom na to, že sa jedná o jediný parameter, ktorý nespĺňame, pri čom tento neovplyvňuje technickú, medicínsku alebo užívateľskú použiteľnosť, považujeme tento prvok za diskriminačný, s prihliadnutím k faktu, že naopak technológia optických káblov je náchylnejšia na možnosť poškodenia zalomením, považujeme takúto špecifikáciu za účelovú. Väčšina svetových producentov sa z dôvodu technických vlastností tomuto riešeniu vyhýba a používa technológiu zhodnú so súčasnými štandardami. Kvalita nasnímaného obrazu závisí jedine od optiky, svetla, čipu na ktorý sa sníma, a spracovaní videojedinotkou.

Prenos nasnímaného do jednotky/úložiska môže byť hocikým káblom s dostatočnou priepustnosťou a rýchlosťou dát, pri vzdialenosti 5m nehrá rolu u správne tieneneho kábla. Význam fibroptických vlákien je na väčšie vzdialenosti, pri ktorých CU naráža na fyzikálne



zákony. Žiadame vypustiť parameter, resp. umožniť "alebo prenos signálu prostredníctvom elektrického kábla" vzhľadom na uvedené fakty.

Odpoveď č. 25:

Verejný obstarávateľ na základe odborného vysvetlenia uchádzača opätovne prehodnotil pôvodné požiadavky a navrhované riešenie „prenos signálu prostredníctvom elektrického kábla“ prijíma t.z. upravuje položku č.9. „Prenos signálu prostredníctvom optického alebo elektrického kábla“.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 3 predmetu zákazky Artroskopická veža.

Otázka č. 25:

Vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 07.11.2018 sme obdržali pozitívnu odpoveď k nasledovnej otázke, ale požiadavka sa v súťažných podkladoch neupravila:

"Otázka č. 16:

V prílohe č. 1.3 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 3: Artroskopická veža, p. č. 3 (Artroskopická 4K UHD TV kamera) požaduje verejný obstarávateľ "Ovládanie funkcií kamery prostredníctvom dotykového displeja alebo dotykového tabletu, alebo tlačidlom ovládanie konzoly"

Bude zadávateľ akceptovať ovládanie prostredníctvom klávesnice a tlačidiel kamerovej hlavy? Zdôvodnenie:

Možnosť nastavenia programovateľných ovládačov funkcií pomocou dotykovej plochy klávesnice. Modulový systém kamery je veľkosti (výšky 6 cm) čo by znemožňovalo efektívne využiť displej takej veľkosti. Ovládanie funkcií z programovateľnej kamerovej hlavy, klávesnice, a s nastavením automatických funkcií plne nahrádza riešenie dotykovým displejom. Za dotykové riešenie je možno považovať použitie dotykovej plochy klávesnice. Efektívnejšie je ale použitie prednastavených kláves klávesnice.

Odpoveď č. 16:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať ovládanie prostredníctvom klávesnice a tlačidiel kamerovej hlavy."

Odpoveď č. 25:

Verejný obstarávateľ požiadavku aj v súťažných podkladoch, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č.3: Artroskopická veža, položku. č.3: „Ovládanie funkcií kamery prostredníctvom dotykového displeja alebo dotykového tabletu alebo tlačidlom ovládanie konzoly alebo prostredníctvom klávesnice a tlačidiel kamerovej hlavy“

S pozdravom

.....
Daniel Mikuščík

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie