

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SZ\_TO\_ZMZ\_01Vybavuje / linka  
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum  
Trnava/ 07.11.2018

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti**

**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**, so sídlom Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S197 zo dňa 11.10.2018 pod značkou 2018/S 197-444869 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **205/2018 z 15.10.2018 pod zn. 14657 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Základné medicínske zariadenia**“.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre všetky časti predmetu zákazky.

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

**Otázka č. 1:**

Musi subdodávateľ tiež splnať podmienky účasti podľa §32 ZVO, resp. musí byť zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predkladať vyplnený jednotný európsky dokument?

**Odpoveď č. 1:**

Subdodávateľ musí v každom prípade spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ZVO, spôsob preukazovania je už na uchádzačovi.

**Otázka č. 2:**

Ako si je treba vysvetľovať ods.9.11. Navrhu kupnej zmluvy ohľadom Partnerov verejného sektora? Musí byť v case podavnej ponuky subdodávateľ zapísaný tiež v tomto registri?

**Odpoveď č. 2:**

Verejný obstarávateľ bude požadovať preukázanie zápisu do registra partnerov verejného sektora pri poskytnutí súčinnosti k podpisu zmluvy v súlade s bodom 28 súťažných podkladov.

**Otázka č. 3:**

Je potrebné pri predkladaní ponuky vyplňovať prílohy v Navrhú kupnej zmluvy (príloha c.3,4,5)?

**Odpoveď č. 3:**

Tak ako je uvedené v bode 20.2.2. uchádzač predkladá podpísaný návrh zmluvy a vyplnenú prílohu č. 4. Ostatné prílohy sa budú vyžadovať až od úspešného uchádzača.

**Otázka č. 4:**

Ak ano, prosíme o vysvetlenie k požadovaným údajom uvedených v tabuľke (Datum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, Datum schválenia navrhovaného subdodavateľa, Datum ukončenia plnenia schváleného subdodavateľa).

**Odpoveď č. 4:**

Vid' odpoveď č. 3.

**Otázka č. 5:**

v Navrhú kupnej zmluve chýbajú prílohy c.1 a c.2. Co je ich obsahom?

**Odpoveď č. 5:**

Tak ako je uvedené v poznámke pod čiarou v návrhu kúpnej zmluvy – Príloha č. 1 je Špecifikácia predmetu zákazky teda prílohy č. 1.1 až 1.7 súťažných podkladov a Príloha č. 2 je Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk teda príloha č. 3.1 z 3.7 súťažných podkladov.

**Otázka č. 6:**

poprosím Vás o termín, dokiaľ treba zložiť finančné prostriedky na bankový účet VO ?

**Odpoveď č. 6:**

Tak ako je uvedené v bode 17.4.2.1. súťažných podkladov „*Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.*“

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 2 predmetu zákazky Laparoskopická veža.



### Otázka č. 7

V prílohe č. 1.2 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 2: Laparoskopická veža, p. č. 9 (Laparoskopická 4K UHD TV kamerová hlava) požaduje verejný obstarávateľ "Prenos signálu prostredníctvom optického kábla"

Prenos dát po optike z kamerovej hlavy do jednotky optickým káblom nie je z hľadiska kvality zobrazenia nevyhnutný a používa to iba niektorý výrobca. Žiadame tento parameter vypustiť. Bude zadávateľ akceptovať prevedenie bez prenosu signálu cez optický kábel?

Zdôvodnenie:

Nami ponúknuté prevedenie požadovanej zostavy na základe dlhodobých praktických skúseností, klinických štúdií, certifikačných procesov spĺňa požiadavky na maximálnu kvalitu, funkčnosť, ergonómiu ponúknutého zariadenia v danej medicínskej oblasti. Z hľadiska zobrazenia prenos dát cez optický kábel nič neovplyvňuje, dôležité je rozlíšenie a prenos nasnímaného obrazu z kamerovej hlavy do jednotky. Ďalšou podmienkou kvalitného zobrazenia v požadovanom rozlíšení je dostatočné osvetlenie, čo v prípade vysokovýkonného LED 300 svetelného zdroja s kvalitným optickým/svetelným káblom je na základe praktických skúseností dosiahnuteľné už pri 50% výkone.

### Odpoveď č. 7:

Verejný obstarávateľ **nebude** akceptovať prevedenie bez prenosu signálu cez optický kábel.

### Otázka č. 8:

V prílohe č. 1.2 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 2: Laparoskopická veža, p. č. 36 (Insuflátor) požaduje verejný obstarávateľ "Maximálny výkon insuflátora min. 35 l/min."

Z uvedeného nie je jasné, či požadovaná hodnota má byť minimálna alebo maximálna. Bude zadávateľ akceptovať výkon 40l/min?

Zdôvodnenie:

Nami ponúknuté prevedenie požadovanej zostavy na základe dlhodobých praktických skúseností, klinických štúdií, certifikačných procesov spĺňa požiadavky na maximálnu kvalitu, funkčnosť, ergonómiu ponúknutého zariadenia v danej medicínskej oblasti vzhľadom na anatomicko - fyzikálne možnosti a s akcentom na bezpečnosť pacienta.

### Odpoveď č. 8:

Špecifikácia je formulovaná presne. Verejný obstarávateľ **bude akceptovať** výkon 40ml/ h.

### Otázka č. 9:

V prílohe č. 1.2 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 2: Laparoskopická veža, p. č. 40 (Insuflátor) požaduje verejný obstarávateľ "Možnosť prepnutia do režimu insuflácie dutín malých rozmerov"

Žiadame uviesť "senzibilný, resp. šetrný" mód. Zdôvodnenie:



Výrobcovia používajú rôzne názvy pre tento senzibilný mód. V našom prípade ide o "detský mód". V praxi tento mód slúži na ochranu pacienta pred prípadným prekročením znesiteľných výkonov pre prietok alebo tlak vzhľadom na anatomické pomery operovanej časti tela.

### Odpoveď č. 9:

Verejný obstarávateľ nebude meniť špecifikácie zákazky. V danom prípade **bude akceptovať** šetrný mód.

### Otázka č. 10:

V prílohe č. 1.2 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 2: Laparoskopická veža, p. č. 41 (Elektrochirurgická jednotka) požaduje verejný obstarávateľ "Maximálny vysokofrekvenčný výkon min. 300 W"

Z uvedeného nie je jasné, či požadovaná hodnota má byť minimálna alebo maximálna. Bude zadávateľ akceptovať výkon 400W?

Zdôvodnenie:

Nami ponúknuté prevedenie požadovanej zostavy na základe dlhodobých praktických skúseností, klinických štúdií, certifikačných procesov spĺňa požiadavky na maximálnu kvalitu, funkcionality, ergonomiu ponúknutého zariadenia v danej medicínskej oblasti vzhľadom na anatomicko - fyzikálne možnosti a s akcentom na bezpečnosť pacienta.

### Odpoveď č. 10:

Špecifikácia je formulovaná presne. Verejný obstarávateľ **bude akceptovať** výkon 400W.

### Otázka č. 11:

V prílohe č. 1.2 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 2: Laparoskopická veža, p. č. 53 (Elektrochirurgická jednotka) požaduje verejný obstarávateľ "Vrátane mobilného stojana"

Trvá zadávateľ na dodaní extra vozíka? Navrhujeme vypustiť túto požiadavku, alebo možnosť uloženia do pracovnej stanice.

Zdôvodnenie:

Na základe našich skúseností z hľadiska ergonomie a manipulácie je výhodnejšie mať všetky prístroje v rámci pracovnej stanice na jednom mobilnom vozíku, čo značne uľahčí premiestňovanie kompletnej zostavy a je šetrnejší vzhľadom k priestorovým podmienkam.

### Odpoveď č. 11:

Ak bude možné uložiť elektrochirurgickú jednotku do stojana laparoskopickej veže, potom vlastný mobilný stojan pre elektrochirurgickú jednotku nie je nutný.



## Otázka č. 12:

V prílohe č. 1.2 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 2: Laparoskopická veža, p. č. 54 (Irigačné zariadenie) požaduje verejný obstarávateľ "Max. prietok min. 1 L/min."

Z uvedeného nie je jasné, či požadovaná hodnota má byť minimálna alebo maximálna. Bude zadávateľ akceptovať výkon 2,5l/min?

Zdôvodnenie:

Nami ponúknuté prevedenie požadovanej zostavy na základe dlhodobých praktických skúseností, klinických štúdií, certifikačných procesov spĺňa požiadavky na maximálnu kvalitu, funkcionality, ergonómiu ponúknutého zariadenia v danej medicínskej oblasti vzhľadom na anatomicke - fyzikálne možnosti a s akcentom na bezpečnosť pacienta.

## Odpoveď č. 12:

Verejný obstarávateľ **bude** akceptovať výkon 2,5l/min.

## Otázka č. 13:

V prílohe č. 1.2 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 2: Laparoskopická veža, p. č. 56 (Odsávacie zariadenie) požaduje verejný obstarávateľ "Max. výkon min. 30 l/min."

Z uvedeného nie je jasné, či požadovaná hodnota má byť minimálna alebo maximálna. Bude zadávateľ akceptovať výkon 30l/min?

Zdôvodnenie:

Nami ponúknuté prevedenie požadovanej zostavy na základe dlhodobých praktických skúseností, klinických štúdií, certifikačných procesov spĺňa požiadavky na maximálnu kvalitu, funkcionality, ergonómiu ponúknutého zariadenia v danej medicínskej oblasti vzhľadom na anatomicke - fyzikálne možnosti a s akcentom na bezpečnosť pacienta.

## Odpoveď č. 13:

Špecifikácia je formulovaná presne. Verejný obstarávateľ bude akceptovať výkon odsávacieho zariadenia 30l/min.

## Otázka č. 14:

V prílohe č. 1.2 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 2: Laparoskopická veža, p. č. 59 (Odsávacie zariadenie) požaduje verejný obstarávateľ "Vrátane vozíka"

Trvá zadávateľ na dodaní extra vozíka? Navrhujeme vypustiť túto požiadavku, alebo možnosť uloženia do pracovnej stanice.

Zdôvodnenie:

Na základe našich skúseností z hľadiska ergonomie a manipulácie je výhodnejšie mať všetky prístroje v rámci pracovnej stanice na jednom mobilnom vozíku, čo značne uľahčí premiestňovanie kompletnej zostavy a je šetrnejší vzhľadom k priestorovým podmienkam.



## Odpoveď č. 14:

Ak bude možné uložiť odsávaciu jednotku do stojana laparoskopickej veže, potom vlastný mobilný stojan pre odsávaciu jednotku nie je nutný.

## Otázka č. 15:

V prílohe č. 1.2 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 2: Laparoskopická veža, p. č. 61 (Odsávacie zariadenie) požaduje verejný obstarávateľ "Objem 1 sekretnej nádoby min. 3 litre"

Žiadame upraviť na min 2,5l. Zdôvodnenie:

Ponúkame 2,5l/1 ks, pri čom je možnosť sériového prepojenia odsávacích nádob s neobmedzeným množstvom prepojiteľných nádob. Takto dosiahnuteľný objem je min 5l/2ks bez nutnosti manipulácie so zbernými Ponúkame 2,5l/1 ks, pri čom je možnosť sériového prepojenia odsávacích nádob s neobmedzeným množstvom prepojiteľných nádob. Takto dosiahnuteľný objem je min 5l/2ks bez nutnosti manipulácie so zbernými nádobami.

## Odpoveď č. 15:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať objem sekretnej nádoby aj 2,5l.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 3 predmetu zákazky Artroskopická veža.

## Otázka č. 16:

V prílohe č. 1.3 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 3: Artroskopická veža, p. č. 3 (Artroskopická 4K UHD TV kamera) požaduje verejný obstarávateľ "Ovládanie funkcií kamery prostredníctvom dotykového displeja alebo dotykového tabletu, alebo tlačidlóvé ovládanie konzoly"

Bude zadávateľ akceptovať ovládanie prostredníctvom klávesnice a tlačidiel kamerovej hlavy? Zdôvodnenie:

Možnosť nastavenia programovateľných ovládačov funkcií pomocou dotykovej plochy klávesnice. Modulový systém kamery je veľkosti ( výšky 6 cm) čo by znemožňovalo efektívne využiť displej takej veľkosti. Ovládanie funkcií z programovateľnej kamerovej hlavy, klávesnice, a s nastavením automatických funkcií plne nahrádza riešenie dotykovým displejom. Za dotykové riešenie je možno považovať použitie dotykovej plochy klávesnice. Efektívnejšie je ale použitie prednastavených kláves klávesnice.

## Odpoveď č. 16:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať ovládanie prostredníctvom klávesnice a tlačidiel kamerovej hlavy.





## Otázka č. 17:

V prílohe č. 1.3 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 3: Artroskopická veža, p. č. 40 (Shaver) požaduje verejný obstarávateľ "Násadec na shaver rúčku min. 10 ks, štartovací balík 2 základných typov: min. 5 ks synovialny nadstavec 5mm, min. 5 ks kostný nadstavec / fréza 5mm"

Uvedené číselné hodnoty sú pevne stanovené bez uvedenia akceptovateľnej odchýlky, resp. požiadavky na minimálnu alebo maximálnu hodnotu. Bude zadávateľ akceptovať \*5ks synovialny nadstavec 4,2mm, 120mm, 5ks kostný 5,5mm, 120mm?

Zdôvodnenie:

Nami ponúknuté prevedenie požadovanej zostavy na základe dlhodobých praktických skúseností, klinických štúdií, certifikačných procesov spĺňa požiadavky na maximálnu kvalitu, funkcionality, ergonomiu ponúknutého zariadenia v danej medicínskej oblasti vzhľadom na anatomicke - fyzikálne možnosti a s akcentom na bezpečnosť pacienta.

## Odpoveď č. 17:

Áno, verejný obstarávateľ upravil uvedený parameter.

## Otázka č. 18:

V prílohe č. 1.3 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 3: Artroskopická veža, p. č. 47 (Duálna artroskopická pumpa) požaduje verejný obstarávateľ "Max. tlak min. 150 mmHg"

Z uvedeného nie je jasné, či požadovaná hodnota má byť minimálna alebo maximálna. Bude zadávateľ akceptovať tlak 20 až 200 mmHg, podľa módu +90%?

Zdôvodnenie:

Nami ponúknuté prevedenie požadovanej zostavy na základe dlhodobých praktických skúseností, klinických štúdií, certifikačných procesov spĺňa požiadavky na maximálnu kvalitu, funkcionality, ergonomiu ponúknutého zariadenia v danej medicínskej oblasti vzhľadom na anatomicke - fyzikálne možnosti a s akcentom na bezpečnosť pacienta.

## Odpoveď č. 18:

Áno, hodnota maximálneho tlaku, ktorú vie pumpa dosiahnuť má byť väčšia alebo rovná 150 mmHg Túto podmienku rozsah 20 až 200 mmHg spĺňa.

## Otázka č. 19:

V prílohe č. 1.3 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 3: Artroskopická veža, p. č. 48 (Duálna artroskopická pumpa) požaduje verejný obstarávateľ "Max. prietok min. 800 ml/min"

Z uvedeného nie je jasné, či požadovaná hodnota má byť minimálna alebo maximálna. Bude zadávateľ akceptovať prietok 10 až 500 ml/min?

Zdôvodnenie:

Nami ponúknuté prevedenie požadovanej zostavy na základe dlhodobých praktických skúseností, klinických štúdií, certifikačných procesov spĺňa požiadavky na maximálnu kvalitu,

funkcionalitu, ergonomiu ponúknutého zariadenia v danej medicínskej oblasti vzhľadom na anatomicko - fyzikálne možnosti a s akcentom na bezpečnosť pacienta.

**Odpoveď č. 19:**

Verejný obstarávateľ upravil uvedený parameter.

S pozdravom

.....

**Daniel Mikušček**

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie