

Zaujímavosť

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_TO_USG_01Vybavuje / linka
Mikušák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 05.11.2018

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti**

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., so sídlom Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S196 zo dňa 11.10.2018 pod značkou 2018/S 196-442788 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **204/2018 z 12.10.2018 pod zn. 14508 – MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**USG prístroje**“.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre všetky časti predmetu zákazky.

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

Otázka č. 1:

V súťažných podkladoch v bode 20.2.9 uvádzate:

Predložené vzorky podľa požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania budú doručené do Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s alebo bude v ponuke predložený jednotný európsky dokument...

Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača, ktorý predložil jednotný európsky dokument na doručenie vzoriek..

Aká bude uchádzačovi poskytnutá lehota na doručenie vzoriek, ak do súťaže predložil jednotný európsky dokument?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ upravil a doplnil predmetnú podmienku účasti nasledovne:

2. § 34 ods. 1 písm. m) ZVO: Uchádzač za účelom splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO dodá v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti plne funkčnú vzorku ponúkaného prístroja s rovnakou špecifikáciou, aká je uvedená v súťažných podkladoch pre danú časť. Všetky vzorky musia byť plne funkčné a prevádzky schopné. Verejný obstarávateľ súhlasí, aby predložená vzorka prístroja bol plne funkčný používaný prístroj (v prípade predloženia používaného prístroja ako vzorky, takýto prístroj nesmie byť repasovaný a musí byť v záručnej dobe).

Verejný obstarávateľ bude overovať splnenie podmienok účasti vo vzťahu ku každej uvedenej časti prostredníctvom dodaných vzoriek.

Uchádzači sú povinní podrobiť sa preskúmaniu splnenia podmienok účasti prostredníctvom predložených vzoriek, ktoré musia mať rovnaké parametre (tj. požiadavky na predmet zákazky) ako sú uvedené v súťažných podkladoch a predviesť plne funkčné prístroje (pomocou uchádzačom poverenej osoby a za prítomnosti technika uchádzača) pred verejným obstarávateľom (resp. ním určenými osobami). V tomto prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo vykonať audio / audio-vizuálny záznam pre potreby zachytenia a overenia priebehu kontroly vzoriek (za týmto účelom bude vyžiadaný písomný súhlas uchádzača v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z.).

Verejný obstarávateľ pozve uchádzača na prezentovanie jeho vzorky pozvánkou, ktorú mu zašle najmenej 3 pracovné dni pred prezentáciou. Vzorky budú doručené v lehote na predkladanie ponúk do sídla nemocnice, kde bude prebiehať aj prezentácia vzoriek; to neplatí v prípade predloženia jednotného európskeho dokumentu v tom prípade sa bude postupovať v lehotách v zmysle ZVO. Teda verejný obstarávateľ v prípade predloženia jednotného európskeho dokumentu vyzve na predloženie vzoriek úspešného uchádzača (ak nebudú počas vyhodnocovania splnenia podmienok účasti dôvodné pochybnosti o informáciách uvedených v jednotnom európskom dokumente) v primeranej lehote dlhšej než ustanovuje ZVO.

Verejný obstarávateľ uvedené vzorky vráti uchádzačovi ihneď po skončení testovania v prípade, že dôjde k úplnému vyhodnoteniu splnenia danej podmienky účasti. V prípade, ak bude potrebné vykonať testovanie vzorky opätovne, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača, a to aj opätovne, o ďalšie testovanie tak, aby bolo možné konštatovať vyhodnotenie splnenia podmienky účasti (tj. overenie funkčnosti požadovaných technických parametrov). Verejný obstarávateľ vráti uchádzačom predloženú vzorku po úplnom vyhodnotení splnenia danej podmienky účasti.

Z uvedeného znenia je zrejmé, že v prípade predloženia jednotného európskeho dokumentu bude uchádzač vyzvaný na predloženie vzorky len ak verejný obstarávateľ bude mať dôvodné pochybnosti o údajoch uvedených v jednotnom európskom dokumente alebo ak sa uchádzač po elektronickej aukcii umiestni na predbežnom prvom mieste v poradí. Preto je jasné, že uvedená podmienka by nemala uchádzačom spôsobovať žiadne nadmerné alebo neprimerané náklady.

Otázka č. 2:

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvádzate:

Pre overenie si dodania USG prístrojov podľa otestovanej vzorky, verejný obstarávateľ si nechá vzorku uchádzača, s ktorým bude podpísaná zmluva, až do doby inštalácie objednaných USG prístrojov. Vzorka uchádzača, s ktorým bude podpísaná zmluva, bude vrátená po inštalácii zakupovaného prístroja.

Ak ako vzorku poskytneme verejnému obstarávateľovi úplne nový, nepoužívaný prístroj a v prípade, že budeme uchádzačom, s ktorým bude podpísaná zmluva, bude možné, aby bol tento prístroj ponechaný verejnému obstarávateľovi ako predmet zmluvy?

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi vzorku ihneď po úspešnom testovaní. Je na rozhodnutí uchádzača, či vrátenú vzorku v prípade podpisu zmluvy dodá v rámci plnenia zmluvy.

Otázka č. 3:

Bude obstarávateľ akceptovať zapožičanie USG prístrojov na jeden týždeň?

V deň zapožičania by predávajúci zabezpečil školenie a prezentoval by všetky funkcie USG prístroja.

Bude obstarávateľ akceptovať čiastočné zapožičanie USG prístrojov?

Obstarávateľ požaduje určitú technickú špecifikáciu. Predávajúci ale nemusí disponovať pri danom type USG prístroja všetkým príslušenstvom a sondami.

Je možné prístroj zapožičať čiastočne vybavený a ostatné príslušenstvo a sondy preukázať za pomoci prospektov a iných materiálov?

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ upravil a doplnil predmetnú podmienku účasti vid' odpoveď č. 1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť kompletný prístroj vrátane v opise predmetu zákazky požadovaného príslušenstva.

Otázka č. 4:

V časti III.1.3 Technická a odborná spôsobilosť sa uvádza:

„Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO vzorkami. Pre overenie si dodania USG prístrojov podľa otestovanej vzorky, verejný obstarávateľ si nechá vzorku uchádzača, s ktorým bude podpísaná zmluva, až do doby inštalácie objednaných USG prístrojov. Vzorka uchádzača, s ktorým bude podpísaná zmluva, bude vrátená po inštalácii zakupovaného prístroja. Ostatným uchádzačom budú vzorky vrátené po podpise zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.“

Vzhľadom na skúsenosti našej spoločnosti z predchádzajúcich súťaží, kde verejný obstarávateľ stanovil obdobnú podmienku na preukázanie technickej spôsobilosti predložením skúšobnej vzorky (prístroje boli podrobené testovaniu po maximálne stanovenú dobu za účelom preskúmania ich kvality a funkcionality) sa domnievame, že stanovenie lehoty vrátenia vzorky až po podpise zmluvy sa javí ako neprimerane dlhé a neurčité. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o zákazku, ktorá je financovaná z fondov EÚ, kde je spravidla rozsiahlejší proces kontroly, k samotnému podpisu zmluvy môže dôjsť aj niekoľko mesiacov po vyhodnotení súťaže. Máme za to, že na otestovanie predloženej vzorky a jej kvality a funkcionality verejným obstarávateľom postačuje aj kratšia lehota.

Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude súhlasiť s úpravou uvedenej požiadavky nasledovne:

Pre overenie si dodania USG prístrojov podľa otestovanej vzorky, verejný obstarávateľ si nechá vzorku uchádzača na dobu nevyhnutnú na skúšanie (najviac po dobu 30 dní). Predložená vzorka bude uchádzačovi po vykonaní funkčných skúšok vrátená (uchádzač bude vyzvaný k jej osobnému prevzatíu u verejného obstarávateľa), okrem použitého spotrebného materiálu,

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ upravil a doplnil predmetnú podmienku účasti vid' odpoveď č. 1.

Otázka č. 5:

V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, časť III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 2., verejný obstarávateľ uvádza: „Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa §34 odst.1 písm. m) ZVO vzorkami. Pre overenie si dodania USG prístrojov podľa otestovanej vzorky, verejný obstarávateľ si nechá vzorku uchádzača, s ktorým bude podpísaná zmluva, až do doby inštalácie objednaných USG prístrojov. Ostatným uchádzačom budú vzorky vrátené po podpise zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.

Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údajá uvedeného v oddiel IV. Časti jednotného európskeho dokumentu. Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača, ktorý predložil jednotný európsky dokument na doručenie vzoriek, ak to podľa §39 ods. 6 alebo §55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní."

Uchádzač žiada o vysvetlenie požiadavky na poskytnutie vzoriek:

Nakoľko vzorky slúžia na odprezentovanie kvality, funkčnosti a splnenia požadovaných parametrov v priebehu niekoľkých dní, uchádzač žiada o vysvetlenie dôvodu požadovaného poskytnutia vzoriek až do podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom, resp. v prípade víťazného uchádzača až do doby inštalácie objednaných USG prístrojov. Zdôvodnenie verejného obstarávateľa, že „má záujem o overenie si vybraných funkcionálít USG prístrojov, ktoré plánuje nakúpiť a ktoré mu boli ponúknuté, aby sa presvedčil o ich kvalite a funkčnosti“ považuje uchádzač za nedostatočné zdôvodnenie toho, aby boli vzorky poskytnuté verejnému obstarávateľovi na neprimerane dlhé obdobie. Uchádzač je toho názoru, že poskytnuté vzorky nemôžu a ani nemajú suplovať plnú prevádzku zariadení až do zaobstarania nových prístrojov na základe výsledku verejného obstarávania.

Uchádzač považuje túto požiadavku verejného obstarávateľa za neprimeranú a diskriminačnú, nakoľko väčšina výrobcov nemá kapacity na poskytovanie plnohodnotného USG prístroja ako „vzorky" na dlhšie, vopred nešpecifikované obdobie (proces verejného obstarávania od podania ponúk až po podpis zmluvy s víťazným uchádzačom môže trvať i niekoľko mesiacov!). Uchádzač preto považuje za diskriminačnú požiadavku verejného obstarávateľa na poskytnutie vzoriek na neprimerane dlhé obdobie vzhľadom na potrebu „overenia vybraných funkcionálít USG prístrojov" a žiada skrátenie obdobia na poskytnutie

vzoriek na maximálne 2 týždne, ktoré sú dostatočne dlhým obdobím na overenie požadovaných parametrov na dodaných vzorkách.

V Súťažných podkladoch, časť 20. Obsah ponuky, v bode 20.2.9 verejný obstarávateľ uvádza: „Predložené vzorky podľa požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania budú doručené do Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany alebo bude v ponuke predložený jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Pred doručením vzorky je potrebné kontaktovať verejného obstarávateľa pre zabezpečenie vstupov a bezpečného uloženia vzoriek. Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača, ktorý predložil jednotný európsky dokument na doručenie vzoriek, a to podľa § 39 ods.6 alebo § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.“

Uchádzač žiada o vysvetlenie nejasností v súťažných podkladoch ohľadne požiadavky na poskytnutie vzoriek:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch uvádza, že predloženie vzoriek je možné nahradiť predložením Jednotného európskeho dokumentu. Následne bude uchádzač vyzvaný na doručenie vzoriek, pričom sa verejný obstarávateľ odvoláva na § 39 ods.6, resp. no § 55 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní, ktoré však v oboch prípadoch pojednávajú o nahradení niektorých požadovaných dokladov Jednotným európskym dokumentom a právom verejného obstarávateľa dožiadať si „predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom“ od všetkých uchádzačov ešte pred vyhodnotením ponúk (§ 39 ods.6), resp. dožiadanie takto nahradených dokumentov až po vyhodnotení ponúk a to iba od uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí (§ 55 ods. 1) . Nakoľko z uvedeného nie je zrejmé:

- ktorá z dvoch možností bude za akých podmienok uplatnená, t.j. či bude verejný obstarávateľ požadovať poskytnutie vzoriek do 5 dní od dožiadania od každého uchádzača, alebo len od prvých troch v poradí po vyhodnotení ponúk,
- kedy a na aké obdobie je uchádzač povinný predložiť vzorky v prípade, že by pri podaní ponuky boli nahradené JED,

uchádzač žiada o vysvetlenie, resp. upresnenie súťažných podkladov v bode 20.2.9. Ak aj v takomto prípade verejný obstarávateľ požaduje ponechanie si vzoriek až do podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom, resp. v prípade víťazného uchádzača až do doby inštalácie objednaných USG prístrojov, žiada uchádzač úpravu požadovanej doby v zmysle námietky v bode 1) tejto žiadosti.

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ upravil a doplnil predmetnú podmienku účasti vid' odpoveď č. 1. Verejný obstarávateľ bude postupovať pri vyhodnocovaní ponúk v zmysle bodu 23 súťažných podkladov. V prípade predloženia jednotného európskeho dokumentu bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle bodu 27 súťažných podkladov a v zmysle ZVO. V uvedených ustanoveniach nie je žiadny rozpor ani nejasnosť, nahradenie splnenia podmienok účasti (teda aj vzoriek) je v súlade so znením ZVO, aj keď zákon sa odvoláva len na „dokumenty“ avšak v tomto prípade sú to vzorky.

Otázka č. 6:

Kupujúci trvá na dlhej dobe zapožičania USG prístrojov. Žiadam o prehodnotenie tejto podmienky a navrhujem štandardnú 1 týždňovú dobu zapožičania prístroja na odskúšanie.

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ upravil a doplnil predmetnú podmienku účasti vid' odpoveď č. 1.

Otázka č. 7:

V oznámení 14508-MST uvádzate: Uchádzač za účelom splnenia podmienok účasti podľa §34 ods. 1 písm m) ZVO dodá v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti plne funkčnú vzorku ponúkaného prístroja s rovnakou špecifikáciou, aká je uvedená v súťažných podkladoch pre danú časť.

V prípade, že príslušenstvo k ponúkaným prístrojom je rovnaké pre viaceré časti, môže uchádzač predložiť jeden kus daného príslušenstva, s tým, že pri prezentácii vzoriek bude toto príslušenstvo použité na viacerých prístrojoch?

Odpoveď č. 7:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať použitie rovnakého príslušenstva v prípade, ak je rovnaké pre viaceré časti.

Otázka č. 8:

Budete pri testovaní prístrojov posudzovať výhradne parametre požadované v Špecifikácii predmetu zákazky (Príloha č. 1.1 až 1.5.) alebo bude prihliadané aj na iné subjektívne dojmy osoby, ktorá bude prístroj testovať? Vzhľadom na to, že sa jedná o podmienku účasti, definujte, na aké? Môže byť uchádzať na základe týchto subjektívnych dojmov vylúčený zo súťaže?

Odpoveď č. 8:

Verejný obstarávateľ nebude v prípade testovania brať do úvahy žiadne subjektívne parametre. Verejný obstarávateľ bude pri testovaní vzorky overovať funkčnosť tech. parametrov uvádzaných v opise predmetu zákazky.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 1 predmetu zákazky USG prenosné.

Otázka č. 9

Obstarávateľ požaduje pri prenosnom USG „Interný HDD/SSD alebo externé HDD/SSD s kapacitou min. 160 GB“.

Bude obstarávateľ akceptovať interný SSD disk s kapacitou 128 GB a možnosť rozšírenia o externý HDD/SSD s min. kapacitou 160 GB?

Odpoveď č. 9:

Verejný obstarávateľ akceptuje aj interný SSD disk s kapacitou 128GB a možnosťou rozšírenia o externý HDD/SSD s minimálnou kapacitou 160GB – pričom predmetom dodania musí byť aj tento externý HDD/SSD s deklarovanou kapacitou.

Otázka č. 10:

Obstarávateľ požaduje pri prenosnom USG 1 ks fázovej sondy, určenej na vyšetřovanie v kardiológii a urgentnej medicíne s „Frekvenčný rozsah min. (1,7 - 4) Mhz“ a „Počet elementov min. 64“

Bude obstarávateľ akceptovať sondu s inými parametrami?

Vieme ponúknuť sondy:

1. Frekvenčný rozsah 2 – 4 MHz a počtom elementov 80?
2. Frekvenčný rozsah 3-8 a počtom elementov 96?
3. Frekvenčný rozsah 4-12 a počtom elementov 96?

Všetky ponúknuté sondy majú vyšší počet elementov a to znamená vyššie rozlíšenie.

Väčšina výrobcov zaokrúhľuje svoje frekvenčné rozsahy smerom na hor a nepoužíva desatinné miesta.

Odpoveď č. 10:

Verejný obstarávateľ akceptuje zaokrúhlenie smerom nahor parametra Frekvenčný rozsah prístroja 1,7 - 4Mhz na parameter 2-4 Mhz

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 2 predmetu zákazky USG gynekologické.

Otázka č. 11:

Obstarávateľ požaduje v časti 2 - USG gynekologickom „Ovládací panel na artikulačnom ramene musí byť výškovo a stranovo nastaviteľný v rozsahu min. 10 cm“

Bude obstarávateľ akceptovať ovládací panel výškovo nastaviteľný v rozsahu 18cm, bez možnosti stranového natočenia v prípade ak ponúknutý USG bude mať štyri otočné kolieska?

Odpoveď č. 11:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej špecifikácii a neakceptuje požiadavku uchádzača o dodanie USG prístroja bez možnosti stranového otočenia ani v prípade otočných 4 koliesok.

Pre prácu je podmienkou pri zaaretovaní koliesok USG prístroja čo najľahší spôsob ovládania USG prístroja jednou rukou pri súčasnom výkone vyšetřenia.

Nie je možné pre potreby realizácie vyšetrení venovať časť pohybovaniu USG prístroja v zmysle odaretovávaniu a zaaretovávaniu koliesok tak aby bolo možné vyšetrenie realizovať bez zbytočných dielčích pohybov, ktoré komplikujú pracovný výkon.

Otázka č. 12:

Obstarávateľ požaduje v časti 2 pri gynekologickom USG „Frekvenčný rozsah prístroja min. (1,3 - 16,0) MHz“

Obstarávateľ požaduje sondy s frekvenčným rozsahom:

- Sonda konvexná 2-5 MHz
- Sonda vaginálna 4-9 MHz
- Lineárna sonda 4-12 MHz

Z tohto dôvodu nevidíme dôvod požadovať frekvenčný rozsah od 1,3 MHz.

Väčšina popredných výrobcov zaokrúhľuje svoje frekvenčné rozsahy smerom na hor na celé čísla.

Bude obstarávateľ akceptovať frekvenčný rozsah prístroja 2-16 MHz?

Odpoveď č. 12:

Verejný obstarávateľ je ochotný akceptovať úpravu frekvenčného parametra z 1,3-16 Mhz na 2-16 Mhz

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 3 predmetu zákazky kardiologické USG.

Otázka č. 13:

Obstarávateľ požaduje v časti 3. kardiologické USG „Počet spracovávajúcich signálových kanálov min. 23300“.

Nejedná sa o preklep? Počet kanálov 23.300 pri predpokladanej hodnote USG prístroja 80.347 EUR bez DPH je príliš málo. USG už stredných tried majú kanálov rádovo v stovkách tisíc.

Odpoveď č. 13:

Verejný obstarávateľ ponecháva požadovaný parameter min. 23300 kanálov. Tento parameter je tak dostatočne široký, že VO nemá za to, že by mohol byť považovaný ako diskriminujúci parameter nakoľko nie je uvedená horná hranica.

Otázka č. 14:

Obstarávateľ požaduje v časti 3. kardiologické USG „Zobrazovať rýchlosť pohybu tkaniva srdcového svalu (DTI - tkanivový Doppler) ako aj zobrazovanie spektra rýchlostí pohybov svalu“.

Nejedná sa o preklep v skratke DTI? Nemalo by byť TDI (Tissue Doppler Imaging) Mode.

Odpoveď č. 14:

Verejný obstarávateľ akceptuje návrh dotazujúceho - áno, jedná sa o tlačový preklep – samozrejme správna skratka pre uvedený parameter je TDI.

Otázka č. 15:

Obstarávateľ nepožaduje v časti 3. kardiologické USG „Continuous Wave (CW) Doppler Mode“.

Nejedná sa o chýbajúci parameter v technickej špecifikácii v kardiologickom USG?

Odpoveď č. 15:

Verejný obstarávateľ akceptuje požiadavku a pripúšťa, že daný parameter patrí do základnej výbavy požadovaného USG zariadenia, považuje ho za samozrejmosť pri USG zariadení, ktoré sa používa na kardiologické vyšetrenia.

Otázka č. 16:

Obstarávateľ požaduje v časti 3. kardiologické USG „Porty pre 2D sondy min.3 ks“.

V špecifikácii obstarávateľ požaduje 4 typy sond.

Nemá byť USG vybavené min. 4 portami?

Odpoveď č. 16:

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh dotazujúceho – trvá na pôvodnej špecifikácii min. 3 porty pre 2D sondy.

TEE sonda , ktorú má pravdepodobne dotazujúci na mysli, nebýva väčšinou štandardne kontinuálne na USG prístroji nainštalovaná.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 5 predmetu zákazky rádiologické USG.

Otázka č. 17:

Obstarávateľ požaduje v časti 5. rádiologické USG „Artikulačné rameno, na ktorom je umiestnený monitor musí umožňovať prispôsobenie ergonómie pracoviska. Ovládací panel musí byť výškovo min. 10 cm a stranovo min. ± 60 st. nastaviteľný“.

Panel stranovo nastaviteľný $\pm 60^\circ$ má málo výrobcov.

Navrhujeme hodnotu celkového stanového nastavenia 60° (respektíve $\pm 30^\circ$).

Bude obstarávateľ akceptovať celkové stranové natočenie ovládacieho panela 60° čo predstavuje $\pm 30^\circ$ v prípade ak USG bude mať štyri otočné kolieska?

Odpoveď č. 17:

Verejný obstarávateľ akceptuje požiadavku dotazujúceho stranového otočenia ovládacieho panela ± 30 st a upravuje daný parameter:

„Artikulačné rameno, na ktorom je umiestnený monitor musí umožňovať prispôsobenie ergonómie pracoviska t.z. stranovo min. ± 60 st. nastaviteľné . Ovládací panel musí byť výškovo min. 10 cm a stranovo min. ± 30 st. nastaviteľný“

Otázka č. 18:

Príloha č.1.5 SP (časť č.5 PZ)

V bode 14.3.1 sa uvádza: „Frekvenčný rozsah min. (4 -15) MHz“

Zákazník požaduje lineárnu sondu na vyšetrovanie ciev ako aj jemných tkanív s frekvenčným rozsahom 4-15 MHz. Nami ponúkaná sonda poskytuje vyššiu diagnostickú kvalitu pre daný typ vyšetrenia, nakoľko pracuje vo väčšom frekvenčnom rozsahu až do 18 MHz.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať sondu s frekvenčným rozsahom 4,5-18MHz?

Odpoveď č. 18:

Verejný obstarávateľ akceptuje sondu s vyšším frekvenčným rozsahom a upravuje parameter „Frekvenčný rozsah min. (5 -15) MHz“

Otázka č. 19:

V bode 14.4.2 sa uvádza: „Počet elementov min. 192“

Nami ponúkané riešenie umožňuje uhol zobrazenia až 220° , pracuje vo väčšom frekvenčnom rozsahu, ako je požadované (3.0 - 9.0 MHz) s počtom elementov 128 a plne zodpovedá medicínskym požiadavkám zákazníka.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať takéto riešenie?

Odpoveď č. 19:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej špecifikácii t.j. počet elementom pre danú sondu min. 192, frekvenčný uhol zobrazenia min. 140st.

S pozdravom

.....

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie