



Nemocnica s poliklinikou Myjava
príspevková organizácia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

Všetkým záujemcom

Oznámenie verejného obstarávateľa o vysvetlení Súťažných podkladov č. 3

a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Nemocnica s poliklinikou Myjava
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
IČO: 00610721
(ďalej len ako „verejný obstarávateľ“)

b) Označenie verejného obstarávania

Druh postupu: Verejná súťaž

Názov zákazky: „Biochemický analyzátor“

Vyhlásené a publikované: v Úradnom vestníku EÚ č. oznámenia 2018/S 197–444849 a vo Vestníku VO č. 205/2018 dňa 15.10.2018 pod. sp. zn. 14658 - MST

Právny predpis: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „ZVO“)
(ďalej len ako „verejná súťaž“)

A. Oznámenie verejného obstarávateľa o Vysvetlení Súťažných podkladov

Na základe *Žiadosti o vysvetlenie*, ktorá bola doručená verejnému obstarávateľovi na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa, Vám verejný obstarávateľ poskytuje v súlade s § 48 ZVO odpovede na položené otázky nasledovne:

Otázka č. 1:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, v ktorej parameter TOXO IgM je v štádiu uvoľnenia na trh a bude riadne nacený?

Odpoveď:

Áno

Otázka č. 2

Bude verejný obstarávateľ akceptovať dodáciu lehotu biochemického prístroja 6 týždňov od účinnosti Zmluvy?

Odpoveď:

Nie

Otázka č. 3

Stačí uviesť referencie o umiestnení minimálne 3 ks podobných zariadení len z územia SR?

Odpoveď:

Požadujeme uviesť referencie o umiestnení minimálne 3 kusov podobných zariadení nainštalovaných na území ktorejkoľvek krajiny EÚ.

Otázka č. 4

Mohol by verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať o aké stanovenie parametru Proteín, poradové č. 7, v Prílohe č. 1- Tabuľke požadovaných a ponúkaných parametrov predmetu zákazky?

Odpoveď:

V sére – biuretovým činidlom z reagensiou

Otázka č. 5:

Mohol by verejný obstarávateľ upresniť poradové č. 22 parameter Albumín v Prílohe č. 1- Tabuľke požadovaných a ponúkaných parametrov predmetu zákazky, či sa jedná o Albumín BCG alebo BCP

Odpoveď:

Ide o Albumín BCG.

Otázka č. 6:

Bude VO akceptovať mŕtvy objem = 50 µl v Prílohe č. 1- Tabuľke požadovaných a ponúkaných parametrov predmetu zákazky – parameter HAV total a HAV IgM?

Odpoveď:

Áno, bude akceptovať.

Otázka č. 7:

Bude VO akceptovať doloženie kvality ponúkanej technológie úspešnosti v cykloch SEKK u predchádzajúcej generácie v ČR a SR úspešnej zavedenej a pracujúcej na rovnakej technologickej platforme?

Odpoveď:

Áno, bude.

Žiadosť o nápravu podmienok uvedených v Súťažných podkladoch:

Časť E (Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia) Kritérium č. 3, Kritérium č. 4 a Kritérium č. 7- z dôvodu takéhoto vymedzenia hodnotiacich kritérií predmetu zákazky, ktoré vedie k znevýhodneniu a diskriminácii ostatných potenciálnych uchádzačov, žiadame zrušiť.

Náprava:

Žiadosti o nápravu sa vyhovuje a rušia sa hodnotiace kritéria č. 3, č.4 a č.7.

Žiadosť o nápravu podmienok uvedených v Súťažných podkladoch:

Časť D (Rámcová kúpna zmluva) v bode 2.1 sa uvádza: požaduje sa pozáručný servis počas obdobia 48 mesiacov nasledujúcich po uplynutí 24 mesiacov zákonnej záručnej doby a v časti A (bod 2.1) a v časti B (bod 1.15) sa uvádza: požaduje sa pozáručný servis počas 48 mesiacov počnúc dňom podpisu zmluvy.

Náprava:

Trvanie pozáručného servisu sa zosúladí vo všetkých častiach súťažných podkladov na 24 mesiacov po uplynutí záručnej doby.

Žiadosť o nápravu podmienok uvedených v Súťažných podkladoch:

Časť D (Rámcová kúpna zmluva) v bode 5.6 sa uvádza: v prípade vady, ktorá neohrozuje prevádzku lekárskeho prístroja, požaduje sa servisný zásah v lehote 3 pracovných dní od oznámenia vady a v bode 6.5 v lehote 3 dní od oznámenie vady.

Náprava:

Lehota na začatie odstraňovania vady sa zosúladí vo všetkých častiach súťažných podkladov na 3 pracovné dni od oznámenia vady.

Žiadosť o nápravu podmienok uvedených v Súťažných podkladoch:

Časť D (Rámcová kúpna zmluva) sa uvádza:

Bod 6.1 požaduje sa záruka na dodaný lekársky prístroj po dobu minimálne 24 mesiacov,

Bod 10.3 a 10.4 predávajúci poskytne na dodaný tovar záruku v dĺžke trvania zodpovedajúcej do expirácie poskytnutej výrobcom tovaru.

Náprava:

Záruka v týchto bodoch sa nevzťahuje na lekársky prístroj.

Žiadosť o nápravu podmienok uvedených v Súťažných podkladoch:

Časť B (Opis predmetu zákazky) sa v bode 1.7 požaduje princíp merania biochemických parametrov: spektrofotometria, turbidimetria, ionselektívna potenciometria s vlnovou dĺžkou 260-700 nm.

Náprava:

Požiadavka na vlnovú dĺžku sa ruší.

V Myjave, dňa 29.10.2018