

Verejný obstarávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Myjava Staromyjavská 59; 907 01 Myjava	
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka	
Postup:	„Reverzná“ jednoobáľková verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	
Predmet zákazky:	„Biochemický analyzátor“	
Dokument:	Ponuka - Návrh na plnenie kritérií	

Predkladá uchádzač:

Názov:			
Sídlo:			
IČO:	Web:		
Kontaktná osoba:			
Meno a priezvisko:	e-mail:		Telefón:
Návrh na plnenie kritéria:			
Kritérium		Návrh na plnenie:	
Kritérium č. 1: Celková cena v EUR s DPH , ktorou sa rozumie celková konečná cena za dodávku biochemického analyzátoru v rozsahu podľa časti B. Opis predmetu zákazky a Príloha č.1. Tabuľka požadovaných a ponúkaných parametrov predmetu zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %.			
Kritérium č. 2: Celková zmluvná cena v EUR s DPH , ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za dodávku diagnostík, kalibračných roztokov, premývacích roztokov, chladiacich, vyhrievacích roztokov, kompletného spotrebného tovaru (kyvety, cupy, špičky, racky, žiarovky, ...), v predpokladanom množstve na obdobie 48 mesiacov v rozsahu podľa časti B. Opis predmetu zákazky a Príloha č.1. Tabuľka požadovaných a ponúkaných parametrov predmetu zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %.			
Kritérium č. 3: Uprednostňujú sa imunochemické reagensie s najdlhšou stabilitou na „palube „ . Uchádzač uvedie maximálnu dobu použiteľnosti reagensí na palube v dňoch, pre jednotlivé parametre uvedené v Prílohe č.1. Tabuľka požadovaných a ponúkaných parametrov predmetu zákazky			

Kritérium č. 4: Uprednostňuje sa analyzátor umožňujúci vydať výsledok prioritnej vzorky v režime STATIM v čo najkratšom čase, a to bez nutnosti prerušenia práce prebiehajúcej analýzy rutinných vzoriek a/alebo čakania na uvoľnenie pozície po ukončení prebiehajúcej analýzy a bez zníženia priepustnosti („throughput“) analyzátora. Uchádzač uvedie celkový čas vydania výsledku prioritnej vzorky STATIM ponúkaného analyzátora v minútach, ktorú dokáže garantovať kedykoľvek bez ohľadu na práve prebiehajúce procesy, bez nutnosti prerušenia práce prebiehajúcej analýzy rutinných vzoriek a/alebo čakania na uvoľnenie pozície po ukončení prebiehajúcej analýzy a bez zníženia priepustnosti („throughput“) analyzátora na nasledujúce parametre : LD, CK, CKMB, Vysoko senzitívny Troponín.	
Kritérium č. 5: Uprednostňuje sa analyzátor s menšími požiadavkami na priestor z dôvodu limitovaných priestorov laboratória. Uchádzač uvedie číselnú hodnotu plochy v m² potrebnej na umiestnenie analyzátora zaokrúhlenú na jedno desatinné miesto.	
Kritérium č. 6: Vyžaduje sa stanovenie parametra Vysoko senzitívny Troponín. Uchádzač uvedie vo svojej ponuke možnosť, stanovenia parametra Vysoko senzitívny Troponín.	
Kritérium č. 7: Uprednostňuje sa nižšia priemerná ročná cena (v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta) jedného vyšetrenia. Priemerná cena vyšetrenia = súčet cien kompletných nákladov na všetky vyšetrenia za rok vrátane diagnostík, servisu, kalibrátorov, všetkého spotrebného materiálu (všetky vyšetrenia vid'. Časť B. Opisu predmetu zákazky / Príloha č.1 Tabuľka požadovaných a ponúkaných parametrov predmetu zákazky) / 351050 *. [EUR / vyšetrenie] *351050 - priemerný počet vyšetrení za 1 rok	

V dňa