

Nemocnica s poliklinikou Myjava
príspevková organizácia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

Všetkým záujemcom

Oznámenie verejného obstarávateľa o vysvetlení Súťažných podkladov č. 1

a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Nemocnica s poliklinikou Myjava
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
IČO: 00610721
(ďalej len ako „verejný obstarávateľ“)

b) Označenie verejného obstarávania

Druh postupu: Verejná súťaž
Názov zákazky: „Biochemický analyzátor“
Vyhlásené a publikované: v Úradnom vestníku EÚ č. oznámenia 2018/S 197–444849 a vo Vestníku VO č. 205/2018 dňa 15.10.2018 pod. sp. zn. 14658 - MST
Právny predpis: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „ZVO“)
(ďalej len ako „verejná súťaž“)

A. Oznámenie verejného obstarávateľa o Vysvetlení Súťažných podkladov

Na základe *Žiadosti o vysvetlenie*, ktorá bola doručená verejnému obstarávateľovi na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa, Vám verejný obstarávateľ poskytuje v súlade s § 48 ZVO odpovede na položené otázky nasledovne:

Otázka č.1

Otázka č.1: Bude verejný obstarávateľ hodnotiť v kritériu č. 4 skupinu parametrov LD, CK, CKMB, „Vysoko citlivý tropín“, NTproBNP, Procalcitonín alebo LD, CK, CKMB, „Vysoko citlivý tropín“?

Odpoveď:

VO bude hodnotiť skupinu parametrov LD, CK, CKMB, „Vysoko citlivý tropín“.

V Myjave, dňa 22.10.2018