



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-9 / 134-10 / 2021

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
31. 08. 2021

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – predloženie

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 14. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 134-04 / 2021 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2021/S 164-430598 z 25.08.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 199/2021 z 26.08.2021 pod zn. 41765-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**ZDRAVOTNÍCKE VYBAVENIE (Oximetre, tlakomery a fonendoskopy)**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

V záujme zabezpečenia maximálnej transparentnosti a nediskriminácie verejný obstarávateľ čiastočne znížil požiadavky v rámci špecifikácie nakupovaných ručných pulzných oximetrov s príslušenstvom.

Ručný pulzný oximeter s príslušenstvom (474 kusov)

Technický parameter

Hodnota technického parametra

Pôvodnú hodnotu

Kapacita pamäťového úložiska

~~min. 300 hod.~~

Nahradíte novou hodnotou

Kapacita pamäťového úložiska

min. 70 hod.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.