



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa
03.09.2021

Naše číslo
FNsP FDR/RVO/1421/2021/38709

Vybavuje/☎
Mgr. Michal Bošela
+421 48 441 3240

Banská Bystrica
07.09.2021

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.2 k predmetu zákazky: **Vysokoučinná kvapalinová chromatografia (UHPLC) s hmotnostným detektorom. Univerzálna zostava pre klinické laboratórium za účelom stanovenia vybraných analytov v klinických vzorkách s použitím IVD kitov vrátane súvisiacich služieb** v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 191/2021 zo dňa 16.08.2021, 40992 - MST; a v Úradnom vestníku Európskej únie 2021/S 156-411625 z dňa 13.08.2021

Otázka č.1

Položka:

1.1 HPLC čerpadlo s paralelnými piestami

Z popisu položky 1.1 nie je jasné, či sa jedná o dve čerpadlá čerpajúce 2 mobilné fázy alebo jedno čerpadlo čerpajúce 4 mobilné fázy. Myslel verejný obstarávateľ dodanie kvartérnej pumpy na 4 mobilné fázy?

Odpoveď k otázke č.1

Požiadavka verejného obstarávateľa pri položke 1.1 je HPLC čerpadlo s paralelnými piestami v počte 2ks. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, verejný obstarávateľ uvádza nasledovné. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie HPLC čerpadla s paralelnými piestami – kvartérna pumpa na 4 mobilné fázy.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch a ani v editovateľnej Prílohe č.1 kúpnej zmluvy, ktorou je Opis predmetu zákazky.

Otázka č.2

Položka:

2.2 Rozsah nástreku

Certifikované medicínske IVD kity renomovaných výrobcov požadujú pre správnu diagnostiku nástreky až do 100 µl. Plánuje aj napriek tomu verejný obstarávateľ používať nástrek len do 50 µl?

Odpoveď k otázke č.2

Požiadavka verejného obstarávateľa je pri položke 2.2 zadefinovaná nasledovne: Rozsah nástreku 0,1-50 μ l. Verejný obstarávateľ na základe dotazu záujemcu akceptuje rozšírený rozsah nástreku, na základe čoho položka 2.2 Opisu predmetu zákazky znie nasledovne: Rozsah nástreku minimálne 0,1-50 μ l

Na základe vyššie uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch, ale len k doplneniu vyššie uvedenej položky. Doplnenie je vyznačené v súťažných podkladoch a to konkrétne v súťažných podkladoch v časti C – Opis predmetu zákazky (tabuľka) a v editovateľnej Prílohe č.1 kúpnej zmluvy, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedené doplnenie je vyznačené farebne.

Otázka č.3

Položka:

6.2 Rozsah hmôt minimálne v rozmedzí

Kvapalinová chromatografia sa nepoužíva na analýzu plynov ako He (hmotnosť 4) a preto špecifikácia hmotnosti 4 nedáva zmysel. Bude verejný obstarávateľ akceptovať pomer m/z od 10 pre spoľahlivé detekovanie aj teoreticky najmenších možných fragmentov? Naopak rozsah do 2000 m/z nepostačuje pre medicínsku diagnostiku markerov mnohých ochorení ako oligonukleotidy, polysacharidy, bielkovinové markery.

Odpoveď k otázke č.3

Požiadavka verejného obstarávateľa je pri položke 6.2 zadefinovaná nasledovne: Rozsah hmôt minimálne v rozmedzí od 4 – 2000 m/z Verejný obstarávateľ má za to, že z uvedenej položky Opisu predmetu zákazky jasne vyplýva, že je možné, aby ponúkaný prístroj disponoval aj rozsahom v spodnej hranici od 10 m/z a zároveň vyšším ako je 2000 m/z

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch a ani v editovateľnej Prílohe č.1 kúpnej zmluvy, ktorou je Opis predmetu zákazky.

Otázka č.4

Položka:

6.4 Možnosť prepínania polarity medzi pozitívnym a negatívnym módom s rýchlosťou prepínania polarity

V jednom cykle merania sa meria zväčša 10 a viac MRM prechodov z pozitívnych na negatívne ióny, čo by predstavovalo pri dobe prepínania polarít 15 ms až 150 ms na jeden cyklus. Zmeraním všetky iónov v pozitívnom a následne v negatívnom móde dochádza k prepnutiu polarít len raz. Bude verejný obstarávateľ akceptovať dobu prepínania polarity 25 ms v prípade jediného prepnutia za celý cyklus, čo je výrazne lepšie ako 150 ms pri pravidelnom prepínaní?

Odpoveď k otázke č.4

Požiadavka verejného obstarávateľa je pri položke 6.4 zadefinovaná nasledovne: Možnosť prepínania polarity medzi pozitívnym a negatívnym módom s rýchlosťou prepínania polarity \leq 15 ms Verejný obstarávateľ na základe dotazu záujemcu bude akceptovať aby prístroj disponoval možnosťou prepínania polarity 25ms v prípade jediného prepnutia za cyklus.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch a ani v editovateľnej Prílohe č.1 kúpnej zmluvy, ktorou je Opis predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených skutočností, nedochádza k zmenám v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, preto nedôjde k predĺženiu termínu na predkladanie ponúk.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadanych verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.