

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 16.9.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke „Základné medicínske zariadenia č. 2“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Základné medicínske zariadenia č. 2“ zverejnenej v Ú. vestníku EÚ č. S 166 zo dňa 27.8. 2021 pod č. 2021/S 166-433111 a vo vestníku UVO č. 201/2021 zo dňa 30.8.2021 pod č. MST-42021.

PRE ČASŤ 4 INFÚZNE PUMPY, LINEÁRNE DÁVKOVAČE A DOKOVACIA STANICA

Otázka č. 1:

V prílohe 1.4 súťažných podkladov je uvedená „Špecifikácia predmetu zákazky“ pre časť č. 4 VS „Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica“. Pri položke č. 1 „Infúzne pumpy“ požaduje obstarávateľ parameter č. 2 v nasledovnom znení:

„Možnosť použitia pre parenterálne podávanie a podávanie transfúzie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy)“.

Dovoľujeme si požiadať o zváženie, či vzhľadom na účel použitia infúzných púmp je možnosť podávania transfúzie pre zdravotnícke zariadenie obstarávateľa nevyhnutná. Infúzne pumpy bez možnosti podávania transfúzie sú výrazne lacnejšie a ponúka ich širší okruh výrobcov. Navrhujeme preto upraviť parameter č. 2 pri položke č. 1 nasledovne:

„Možnosť použitia pre parenterálne podávanie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy)“.

Bude obstarávateľ akceptovať úpravu uvedeného parametra a predloženie ponuky na infúzne pumpy bez možnosti podávania transfúzie?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ akceptuje túto zmenu parametra a upravuje technickú špecifikáciu pre položku č. 1 – Infúzne pumpy nasledovne:

2.	Možnosť použitia pre podávanie parenterálnej výživy (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy).
----	---

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 4 Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica.