

Všetkým zájemcom

V Bratislave, 8.10.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke „Základné medicínske zariadenia č. 2“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „**Základné medicínske zariadenia č. 2**“ zverejnenej v Ú. vestníku EÚ č. S 166 zo dňa 27.8. 2021 pod č. **2021/S 166-433111** a vo vestníku UVO č. 201/2021 zo dňa 30.8.2021 pod č. **MST-42021**.

PRE ČASŤ 3 PREVOZOVÝ INKUBÁTOR

Otázka č.1:

Žiadame Vás o vysvetlenie resp. úpravu nasledovných parametrov v časti:

„Prevozový inkubátor“

technická špecifikácia pre elektronickú novorodeneckú odsávačku:

Parameter „*Dosiahnuteľný tlak v rozsahu 80-550mmHg*“. Vzhľadom k faktu, že sa jedná o elektronickú odsávačku máme za to, že sa jedná o parameter podtlaku (nie tlaku), teda tlakové hodnoty by mali byť uvádzané v mínusových hodnotách.

Bude obstarávateľ akceptovať uvedenie príslušných hodnôt ako hodnôt podtlaku?

Odpoveď č.1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať takýto parameter. Je zrejmé, že uvedenie príslušných hodnôt rozsahu tlaku v technickej špecifikácii je uvádzaný ako rozsah hodnôt podtlaku, nakoľko je to parameter odsávačky. Verejný obstarávateľ neupravuje technickú špecifikáciu.

Otázka č.2:

Žiadame Vás o vysvetlenie resp. úpravu nasledovných parametrov v časti:

„Prevozový inkubátor“

technická špecifikácia pre elektronickú novorodeneckú odsávačku:

Parameter „*Dosiahnuteľný prietok min. 26 l/min*“. Vzhľadom k faktu, že sa jedná o novorodeneckú odsávačku je prietok 26 l/min a viac príliš vysoký. Vzhľadom na bezpečnosť odsávania u novorodencov sa používajú odsávačky s nižším prietokom.

Bude obstarávateľ akceptovať hodnotu parametra 15 l/min, resp. upraví požadovanú hodnotu parametra na „*Dosiahnuteľný prietok max. 15 l/min.*“?

Odpoveď č.2:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať hodnotu parametra min. 15 l/min a upravuje parameter nasledovne:

14.3	Dosiahnuteľný prietok min. 15 l/min.
------	---

PRE ČASŤ 4 INFÚZNE PUMPY, LINEÁRNE DÁVKOVAČE A DOKOVACIA STANICA

Otázka č.1: (anonymizované znenie, tak aby textácia otázky neumožňovala identifikovať zámer záujemcu ponúknuť konkrétny prístroj a aby odpoveď bola jednoznačná a zrozumiteľná):

V tech. špecifikácii obstarávateľ u položky č. 3 - Dokovacia stanica v bode 4. požaduje:

- „Možnosť použitia celkovej zostavy pre min. 8 prístrojov (dávkovačov, púmp)“.

Žiadame o upresnenie tohto technického parametra, nakoľko z celkového zadania nie je jasné, ako táto „možnosť“ bude použitá v klinickej praxi. Obstarávateľ požaduje celkovo 2 dokovacie stanice pre min. 3 prístroje, čo v prípade „možnosti“ použitia celkovej zostavy pre min. 8 prístrojov obstarávateľ získa „možnosť“ použitia len pre jeden kus takejto celkovej infúznej zostavy. Dokovacie stanice s počtom pozícií 4, 6, alebo 8 sú samostatné prístroje, teda nie je možné ich fyzicky spojiť do jednej zostavy.

Bude obstarávateľ akceptovať technické riešenie 2 x 2 kusov samostatných dokovacích staníc pre 4 pozície? Zároveň tak obstarávateľ získa istotu v rozšírení počtu infúzných prístrojov pri jednom lôžku až na 8 pozícií a celkovo 16 pozícií pre infúzne pumpy alebo dávkovače v dokovacích staniách.

Odpoveď č.1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať takéto riešenie, keďže z popisu požiadavky exaktne nevyplýva ako má byť splnená. Rozhodujúce je použitie celkovej zostavy pre min. 8 ks prístrojov.

Zároveň verejný obstarávateľ upresňuje, že účelom danej požiadavky je pripojiť k lôžku s pacientom min. 8 prístrojov (dávkovačov alebo púmp), pričom min. 3 prístroje sa majú dať napojiť na 1 dokovaciu stanicu (t.j. na 1 dokovaciu stanicu sa musia dať pripojiť min. 3 prístroje a celkovo má byť k lôžku vyskladaná zostava tak, aby sa dalo zapojiť min. 8 prístrojov (nie je podstatné či to bude prostredníctvom 2 dokovacích staníc alebo 3 alebo viac).

Otázka č.2: (anonymizované znenie, tak aby textácia otázky neumožňovala identifikovať zámer záujemcu ponúknuť konkrétny prístroj a aby odpoveď bola jednoznačná a zrozumiteľná):

V tech. špecifikácii obstarávateľ u položky č. 3 - Dokovacia stanica v bode 10. požaduje:

- „Integrovaná dátová zbernica pre vzájomnú komunikáciu jednotlivých prístrojov“.

Žiadame o upresnenie tohto technického parametra, nakoľko nie je presne jasné o aký typ komunikácie medzi prístrojmi ide. Prístroje môžu vďaka špeciálnemu dodatočnému softwarovému vybaveniu komunikovať s NIS a je taktiež možné riešiť technické zásahy pomocou dedikovaného softwaru, alebo nahráť individuálne profily presne špecifikované pre konkrétne nemocničné oddelenia.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať toto riešenie komunikácie?

Odpoveď č.2:

Verejný obstarávateľ akceptuje takéto riešenie len v prípade dodania dodatočného softvéru s možnosťou kontroly prístrojov v dokovacej stanici cez NIS. Dodanie takéhoto softvéru musí uchádzač preukázať už v podanej ponuke, t.j. z ponuky musí byť zrejmé, že jej súčasťou je aj potrebný softvér.

Zároveň verejný obstarávateľ upresňuje, že v klinickej praxi túto zostavu používa. Vzájomná komunikácia prístrojov znamená, že pumpy, dávkovače v dokovacej stanici medzi sebou komunikujú a komunikujú aj po premiestnení pumpy do inej dokovacej stanice, aj so súčasným zapamätaním predchádzajúcich údajov – buď cez integrovanú dátovú zbernicu (v tom prípade je zároveň možnosť rozšírenia o prenos informácií o stave a činnosti do nej zapojených prístrojov do NIS, nemocničného LAN a tým zobrazenie týchto informácií na ktoromkoľvek PC), alebo je to dosiahnuteľné priamo cez NIS pomocou špecifického softvéru.

Otázka č. 3:

Dobrý deň,

radi by sme sa informovali, či bude pre časť č. 4: Infúzne pumpy akceptovaná aj infúzna pumpa bez funkcie možnosti použitia pre parenterálne podávanie („*dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy*“). Umožní to transparentnejšiu súťaž a možnosti účasti väčšieho počtu uchádzačov.

Odpoveď č. 3:

V intenzívnej medicíne je často potrebné (najmä u pacientov s nízkou hmotnosťou, detských pacientoch a pacientoch s frailty syndrómom) presné dávkovanie parenterálnej výživy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou komplexného manažmentu kriticky chorého pacienta. Vzhľadom na potrebu nenavyšovania počtu potrebných prístrojov pri lôžku pacienta **trvá** verejný obstarávateľ na požadovanom parametri ako je uvedený v špecifikácii.

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 3 Prevozový inkubátor.

Záverom verejný obstarávateľ úctivo žiada záujemcov, aby v prípade, ak ešte majú nejaké otázky k zverejneným podkladom, ich zaslali čo najskôr. Verejný obstarávateľ vzhľadom na vyťaženosť lekárov a ich primárnu náplň práce, ktorou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nemusí byť schopný za 1 pracovný deň získať odpovede na poslednú chvíľu doručené otázky.

Za pochopenie a ústretovosť vopred verejný obstarávateľ ďakuje.

S úctou

v. r.

Osoba poverená zabezpečením procesu obstarávania