



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-9 / 133-12 / 2021

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
27. 12. 2021

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 14. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 133-06 / 2021 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2021/S 247-652355 z 21.12.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 292/2021 z 22.12.2021 pod zn. 59318-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**RTG PRÍSTROJE A C-RAMENÁ**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Otázka:

V dokumente „Priloha c. 1 casti B. Opis predmetu zakazky_Specifikacia a cena.xlsx“, je požadovaná technická špecifikácia v záložke Mobilné RTG, položka: „Rozsah nastavenia mAs minimálne od 0,5 mAs až 350 mAs“. Dnešné digitálne moderné systémy už nepotrebujú vysokú hodnotu akou je 350 mAs aby pokryli všetky potrebné skiagrafické vyšetrenia. Nami ponúkané zariadenie pracuje do 320 mAs v súlade s ALARA, čo je pre zariadenie postačujúca hodnota pre všetky skiagrafické vyšetrenia aj obéznych pacientov. V dnešnej dobe znižovania radiačnej záťaže je dôležité, aby prístroje dokázali pracovať s menšími expozičnými parametrami (mA a mAs) pričom ich nastavenie by malo byť čo najpresnejšie.

Z tohto dôvodu sa chceme opýtať, či budete akceptovať tento technický parameter RTG prístroja „Rozsah nastavenia mAs“ s hodnotou od 0,5 mAs do 320 mAs. Akceptovanie našej požiadavky nemá vplyv na kvalitu zobrazenia a ani obmedzenie účelu, na ktorý bude zariadenie určené.

Odpoveď:

Rovnako aj my sa snažíme pracovať s čo najnižšími hodnotami a presnými nastaveniami prístrojov. Stanovené parametre vychádzajú zo skúseností v praxi. Ako koncová nemocnica sa stretávame aj s extrémnymi prípadmi telesných rozmerov u pacientov a nutnosťou použiť aj vyššie hodnoty. Zníženie stanoveného parametra mAs na 320 neakceptujeme a trváme na hodnote 350 mAs.

Otázka:

V dokumente „Priloha c. 1 casti B. Opis predmetu zakazky_Specifikacia a cena.xlsx“, je požadovaná technická špecifikácia v záložke Mobilné RTG, položka: „Rozmer plochy detektora pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore a na snímkovanie menších kĺbov maximálne 24 x 30 cm“.

Chceli by sme sa opýtať, či máte na mysli rozmer aktívnej plochy, tak ako to bolo definované pri položke „Rozmer aktívnej plochy detektora pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore a na snímkovanie menších kĺbov minimálne 22 x 28 cm“ t.j. či budete akceptovať znenie tohto bodu nasledovne „Rozmer aktívnej plochy detektora pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore a na snímkovanie menších kĺbov maximálne 24 x 30 cm“, čím zabezpečíte obstaranie detektora, ktorý sa vojde do vozíka inkubátora a bude vhodný pre neonatálne použitie.

Odpoveď:

Podmienkou parametra je možnosť použitia detektora vo vozíku inkubátora. Aktívnu plochu detektora v rozmere minimálne 22 x 28 cm môžeme akceptovať.

Otázka:

V dokumente „Priloha c. 1 casti B. Opis predmetu zakazky_Specifikacia a cena.xlsx“, je požadovaná technická špecifikácia v záložke Mobilné RTG, položka: „Infračervený diaľkový ovládač expozície - áno“.

Nami dodávané RTG disponuje takisto bezdrôtovou röntgenovou ručnou spúšťou, ale na bezdrôtovom komunikačnom protokole „bluetooth“. Je to plnohodnotná alternatíva k infračervenému bezdrôtovému protokolu, ktorá má výhodu oproti infračervenému ovládaču, že obsluha sa môže skryť za prekážku aj s ovládačom, pretože bluetooth technológia nepotrebuje priamu viditeľnosť na RTG zariadenie, a tak sa obsluha môže lepšie chrániť pred nežiadúcim RTG žiarením počas práce s RTG zariadením.

Z tohto dôvodu sa chceme opýtať, či budete akceptovať aj Bluetoothový diaľkový ovládač expozície. Akceptovanie našej požiadavky nemá vplyv na kvalitu zobrazenia a ani obmedzenie účelu, na ktorý bude zariadenie určené, naopak získate tým možnosť obstaráť kvalitnejší prístroj.

Odpoveď:

Podstatnou v stanovenej špecifikácii je funkcia diaľkového ovládača expozície. Technológia Bluetooth je pre tento účel akceptovateľná.