



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-9 / 001-15 / 2022

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
04. 01. 2022

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 14. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 133-06 / 2021 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2021/S 247-652355 z 21.12.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 292/2021 z 22.12.2021 pod zn. 59318-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**RTG PRÍSTROJE A C-RAMENÁ**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Otázka:

Aktívna plocha detektora

Otázka: V dokumente „Príloha c. 1 casti B. Opis predmetu zakazky_Specifikacia a cena.xlsx“ , je požadovaná technická špecifikácia v záložke Mobilné RTG, položka: „Rozmer plochy detektora pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore a na snímkovanie menších kĺbov maximálne 24 x 30 cm“. Chceli by sme sa opýtať, či budete akceptovať znenie tohto bodu nasledovne „Rozmer aktívnej plochy detektora pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore a na snímkovanie menších kĺbov maximálne 25 x 30 cm“, tak aby bolo zabezpečené obstaranie detektora, ktorý sa vojde do vozíka inkubátora a bude vhodný pre neonatálne použitie. Čím väčšia je aktívna plocha a detektor ešte vojde do vozíka inkubátora, tým lepšie.

Odpoveď:

Zadaný rozmer plochy detektora vychádza zo štandardne používaných formátov rtg detektorov. Hlavnou podmienkou detektora pre neonatálnych pacientov je, aby sa zmestil do vozíka v inkubátore.

Ak ponúkaný detektor s aktívnou plochou 25 x 30 cm spĺňa túto podmienku, môžeme ho akceptovať.