



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-7 / 001-16 / 2022

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
05. 01. 2022

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 14. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 133-06 / 2021 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2021/S 247-652355 z 21.12.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 292/2021 z 22.12.2021 pod zn. 59318-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**RTG PRÍSTROJE A C-RAMENÁ**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

RTG digitálny mobilný pojazdný prístroj

V súlade s ustanovením § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Vás týmto žiadame o vysvetlenie nasledujúcich podmienok uvedených v súťažných podkladoch verejnej súťaže.

Ďakujeme za upresnenie požiadaviek na prístroj a držiak detektoru.

Otázka:

A) Požadujete:

- Automatické nabíjanie akumulátora detektoru priamo v RTG zariadení
- Externá nabíjačka batériíAktívna plocha detektora

Vami požadované riešenie: „Automatické nabíjanie akumulátora detektoru priamo v RTG zariadení“ a zároveň „Externá nabíjačka batérií“ neopodstatnene požaduje dva krát tú istú funkčnosť, čo vedie k zbytočnému predraženiu obstarávaných prístrojov a Externá nabíjačka batérií sa ak prístroj bude mať Automatické nabíjanie akumulátora detektoru priamo v RTG zariadení (čo je explicitná požiadavka) nebude využívať a bude to len zmarená investícia.

Naša požiadavka:

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o vrátenie sa k požiadavke v prieskume trhu a požadovať: „Automatické nabíjanie akumulátora detektoru alebo externá nabíjačka s min. 2 akumulátormi pre detektor“.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení požiadavky.

Otázka:

B) Požadujete:

- Rozmer plochy detektora pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore a na snímkovanie menších kĺbov maximálne 24 x 30 cm.

Naša požiadavka:

Z dôvodu čo najkvalitnejšieho a najkomplexnejšieho vyšetrenia novorodenciakov v inkubátore umožniť dodať a zmeniť požiadavku na maximálnu veľkosť „detektora pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore a na snímkovanie menších kĺbov“ nasledovne: „Rozmer plochy detektora pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore a na snímkovanie menších kĺbov maximálne 28,5 x 33,5 cm (11,1 x 13,1 palcov)“.

Odpoveď:

Zadaný rozmer plochy detektora vychádza zo štandardne používaných formátov rtg detektorov. Hlavnou podmienkou detektora pre neonatálnych pacientov je, aby sa zmestil do vozíka v inkubátore.

Ak ponúkaný detektor s aktívnou plochou 28,5 x 33,5 cm spĺňa túto podmienku, môžeme ho akceptovať.

Otázka:

C) Požadujete:

- „Rozlíšenie veľkosť pixelu detektora max 200 µm detektora“ pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore a na snímkovanie menších kĺbov.

Naša požiadavka:

Z dôvodu čo najkvalitnejšieho a najkomplexnejšieho vyšetrenia novorodenciakov v inkubátore požadujeme sprísniť požiadavky na detektor a malé ohnisko obstarávaného prístroja nasledovne:

„Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste minimálne 4,0 lp/mm tomu odpovedajúcemu veľkosť pixelu detektora max 125 µm detektora“.

„Veľkosť malého ohniska pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore nie väčšiu ako 0,5 mm“..



Odpoveď:

Verejný obstarávateľ považuje svoju požiadavku za dostatočnú a trvá na pôvodnej špecifikácii. Verejný obstarávateľ má za to, že v prípade návrhu žiadateľa nejde o vysvetľovanie súťažných podkladov ale účelovú zmenu medicínsko-technickej špecifikácie, ktorá by sa negatívne prejavila vzhľadom na predpokladaný počet potenciálnych dodávateľov a predložených ponúk, z dôvodu stanovenia diskriminačných podmienok.

Otázka:

D) Požadujete:

- Maximálna výška ohniska RTG žiariča pri vertikálnom snímkovaní min 180 cm:

Naša požiadavka:

Z dôvodu čo najkvalitnejšieho a najkomplexnejšieho vyšetrenia novorodencov v inkubátore a manipuláciu s prístrojom pri prevoze a vyšetrení požadujeme upresniť Maximálnu výšku ohniska RTG žiariča pri vertikálnom snímkovaní nasledovne:

„Maximálna výška ohniska RTG žiariča pri vertikálnom snímkovaní min 190 cm“.

„Maximálna prevozná výška prístroja pri prevoze maximálne 130 cm“.

„Maximálna hmotnosť prístroja 400 kg“

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ považuje svoju požiadavku za dostatočnú a trvá na pôvodnej špecifikácii. Verejný obstarávateľ má za to, že v prípade návrhu žiadateľa nejde o vysvetľovanie súťažných podkladov ale účelovú zmenu medicínsko-technickej špecifikácie, ktorá by sa negatívne prejavila vzhľadom na predpokladaný počet potenciálnych dodávateľov a predložených ponúk, z dôvodu stanovenia diskriminačných podmienok.

Otázka:

E) Požadujete:

- Mobilný, výškovo nastaviteľný držiak detektora pre snímkovanie pacientov v stoj:

Naša požiadavka:

Z dôvodu čo najkvalitnejšieho a najkomplexnejšieho vyšetrenia pacienta v stoj požadujeme upresniť Maximálnu a minimálnu výšku držiak detektora pre snímkovanie pacientov v stoj pri vertikálnom snímkovaní a minimálnu výšku ohniska RTG žiariča nasledovne:

Mobilný, výškovo nastaviteľný držiak detektora pre snímkovanie pacientov v stoj:

„Minimálna najvyššia poloha stredu detektoru 165 cm“

„Maximálna najnižšia poloha stredu detektoru 55 cm“

„Maximálna najnižšia poloha ohniska röntgenky prístroja 55 cm“

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ považuje svoju požiadavku za dostatočnú a trvá na pôvodnej špecifikácii. Verejný obstarávateľ má za to, že v prípade návrhu žiadateľa nejde o vysvetľovanie súťažných podkladov ale účelovú zmenu medicínsko-technickej špecifikácie, ktorá by sa negatívne prejavila vzhľadom na predpokladaný počet potenciálnych dodávateľov a predložených ponúk, z dôvodu stanovenia diskriminačných podmienok.

Otázka:

F) Požadujete:

- Mobilný, výškovo nastaviteľný držiak detektora pre snímkovanie pacientov v stoj:

Naša požiadavka:

Z dôvodu čo najkvalitnejšieho a najkomplexnejšieho vyšetrenia pacienta v stoj a ochrany investícií (poškodenie pádom) požadujeme upresniť nasledovne:



Mobilný, výškovo nastaviteľný držiak detektora pre snímkovanie pacientov v stoji s vyvažovaním a fixáciou, minimálnou najvyššou polohou stredu detektoru v držiaku 165 cm a maximálnou najnižšou polohou stredu detektoru v držiaku 55 cm.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ považuje svoju požiadavku za dostatočnú a trvá na pôvodnej špecifikácii. Verejný obstarávateľ má za to, že v prípade návrhu žiadateľa nejde o vysvetľovanie súťažných podkladov ale účelovú zmenu medicínsko-technickej špecifikácie, ktorá by sa negatívne prejavila vzhľadom na predpokladaný počet potenciálnych dodávateľov a predložených ponúk, z dôvodu stanovenia diskriminačných podmienok.