



- **všetkým záujemcom**

**Váš list číslo/zo dňa**

**Naše číslo**  
R1-7 / 001-17 / 2022

**Vybavuje/linka**  
Ing. Ján Mlynarčík  
02/48234088  
[jan.mlynarcik@unb.sk](mailto:jan.mlynarcik@unb.sk)

**Bratislava**  
10. 01. 2022

**Vec:** Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 – predloženie

---

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 14. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 133-06 / 2021 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2021/S 247-652355 z 21.12.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 292/2021 z 22.12.2021 pod zn. 59318-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**RTG PRÍSTROJE A C-RAMENÁ**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

**Ing. Ján Mlynarčík, v.r.**



### **VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

Vysvetlenie požadujeme k technickým parametrom uvedeným v podrobnej špecifikácii predmetu zákazky pre časť č. 1  
Za Vaše stanovisko vopred ďakujeme.

**Otázka:**

V dokumente „Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky, časť č. 1 RTG digitálny mobilný – SKIAGRAFIA, v časti „Technické špecifikácie RTG prístroja“, je požadovaný parameter:

„Rozmer plochy detektora pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore a na snímkovanie menších kĺbov maximálne 24 x 30 cm“.

Chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa na základe predošlej odpovede vo „Vysvetlení súťažných podkladov č. 2 – predloženie“ zo dňa 4.1.2022, o informáciu o veľkosti priestoru pre detektor v inkubátore. Bude verejný obstarávateľ akceptovať vonkajší rozmer detektoru 28,2 cm (šírka) x 33,2 cm (dĺžka) ?

**Odpoveď:**

**Zadaný rozmer plochy detektora vychádza zo štandardne používaných formátov rtg detektorov. Hlavnou podmienkou detektora pre neonatálnych pacientov je, aby sa zmestil do vozíka v inkubátore.**

**Ak Vami ponúkaný detektor s aktívnou plochou 28,2 x 33,2 cm spĺňa túto podmienku, môžeme ho akceptovať.**

**Otázka:**

V dokumente „Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky, časť č. 1 RTG digitálny mobilný – SKIAGRAFIA, v časti „Technické špecifikácie RTG prístroja“, je požadovaný parameter: „Monitor akvizičnej stanice s uhlopriečkou minimálne 17 palcov“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať monitor akvizičnej stanice s uhlopriečkou 15 palcov?

**Odpoveď:**

**Nie, nebude akceptovať.**