



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-7 / 001-18 / 2022

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
12. 01. 2022

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5 – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 14. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 133-06 / 2021 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2021/S 247-652355 z 21.12.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 292/2021 z 22.12.2021 pod zn. 59318-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**RTG PRÍSTROJE A C-RAMENÁ**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Vysvetlenie požadujeme k technickým parametrom uvedeným v podrobnej špecifikácii predmetu zákazky pre časť č. 1
Za Vaše stanovisko vopred ďakujeme.

Otázka:

V rámci Opisu predmetu zákazky pre časť č.1 RTG digitálny mobilný- SKIAGRAFIA sa uvádza: „Automatické nabíjanie akumulátora detektoru priamo v RTG zariadení“ Nami ponúkané zariadenie spĺňa uvedenú požiadavku len pri veľkom detektore, pri malom detektore pre jeho kompaktné rozmery je umožnené nabíjanie detektora prostredníctvom externej nabíjačky.

Otázka č.1: Bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie takéhoto zariadenia?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke. Externá nabíjačka musí byť súčasťou dodávky.

Otázka:

V rámci Opisu predmetu zákazky pre časť č.2 RTG digitálny mobilný s C-ramenom, 20 detektor sa uvádza: „Rozsah kV pri 1 kV krokoch minimálne- minimálne od 40 kV do 110 kV“ Pre nastavenie optimálnej dávky a optimálneho obrazu sa využíva súčasná regulácia napájacieho napätia a prúdu RTG žiariča a šírky impulzu. Uvedená požiadavka nastavenia rozsahu pri 1 kV krokoch minimálne od 40 kV do 110 kV sa preto z medicínsko-technického hľadiska javí ako neopodstatnená. Väčší rozsah nastavenia kV umožňuje vyšetřovať časovo neobmedzene aj obéznych pacientov. Z dôvodu zohľadnenia potrieb klinickej praxe navrhujeme úpravu parametra nasledovne: „Rozsah kV minimálne od 40 kV do 125 kV“.

Otázka č.2: Bude verejný obstarávateľ akceptovať takúto úpravu parametra?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej hodnote parametra.

Otázka:

V rámci Opisu predmetu zákazky pre časť č.2 RTG digitálny mobilný s C-ramenom, 20 detektor sa uvádza: „Doplňková výbava“ „Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia “roadmap” a funkcia maximalnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK")“ „Funkcia merania vzdialenosti a uhlov“ „Funkcia kinoslučka“.

Otázka č.3: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či cena za doplnkovú výbavu je súčasťou ceny za ponúkaný predmet zákazky?

Odpoveď:

Doplňková výbava musí byť zahrnutá v cene za predmet zákazky.

Otázka:

V rámci Opisu predmetu zákazky pre časť č.3 RTG digitálny mobilný s C-ramenom, 26 detektor sa uvádza: „Rozsah kV pri 1 kV krokoch minimálne- minimálne od 40 kV do 110 kV“ Pre nastavenie optimálnej dávky a optimálneho obrazu sa využíva súčasná regulácia napájacieho napätia a prúdu RTG žiariča a šírky impulzu. Uvedená požiadavka nastavenia rozsahu pri 1 kV krokoch minimálne od 40 kV do 110 kV sa preto z medicínsko-technického hľadiska javí ako neopodstatnená. Väčší rozsah nastavenia kV umožňuje vyšetřovať časovo neobmedzene aj obéznych pacientov. Z dôvodu zohľadnenia potrieb klinickej praxe navrhujeme úpravu parametra nasledovne: „Rozsah kV minimálne od 40 kV do 125 kV“.

Otázka č.4: Bude verejný obstarávateľ akceptovať takúto úpravu parametra?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej hodnote parametra.



Otázka:

V rámci Opisu predmetu zákazky pre časť č.3 RTG digitálny mobilný s C-ramenom, 26 detektor sa uvádza: „Doplnková výbava“ „Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia “roadmap” a funkcia maximalnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK")“ „Funkcia merania vzdialenosti a uhlov“ „Funkcia kinoslučka“.

Otázka č.5: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či cena za doplnkovú výbavu je súčasťou ceny za ponúkaný predmet zákazky?

Odpoveď:

Doplnková výbava musí byť zahrnutá v cene za predmet zákazky.