



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-7 / 001-19 / 2022

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
13. 01. 2022

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6 – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 14. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 133-06 / 2021 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2021/S 247-652355 z 21.12.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 292/2021 z 22.12.2021 pod zn. 59318-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**RTG PRÍSTROJE A C-RAMENÁ**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Otázka:

V dokumente „Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky, časť č. 1 RTG digitálny mobilný – SKIAGRAFIA, v časti „Technické špecifikácie RTG prístroja“, je požadovaný parameter: „Rozmer plochy detektora pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore a na snímkovanie menších kĺbov maximálne 24 x 30 cm“. Chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa na základe predošlej odpovede vo „Vysvetlení súťažných podkladov č. 2 – predloženie“ zo dňa 4.1.2022, o informáciu o veľkosti priestoru pre detektor v inkubátore.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať vonkajší rozmer detektoru 28,7 cm (šírka) x 35 cm (dĺžka)? Samozrejme detektor je vhodný na snímkovanie v inkubátore.?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ disponuje mnohými novšími aj staršími inkubátormi, ktorých veľkosti priestorov pre detektor sú rôzne.

Z uvedeného dôvodu určil rozmer plochy detektora vychádzajúc zo štandardne používaných formátov rtg detektorov. Hlavnou podmienkou detektora pre neonatálnych pacientov je, aby sa zmestil do vozíka v inkubátore.

Ak ponúkaný detektor, ktorý podľa Vášho tvrdenia je vhodný na snímkovanie v inkubátore, s vonkajším rozmerom 28,7 cm x 35 cm spĺňa túto podmienku, môžeme ho akceptovať.