

Časť 3 RTG digitálny mobilný s C-ramenom, 26 detektor

Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 323.472,00 EUR bez DPH, počet 2 ks

Spoločnosť (názov, meno):	GUTTA Slovakia spol. s r.o.
Adresa sídla:	Svetlá 1, 811 02 Bratislava
Ponúkaný typ (označenie):	SYMBOL FP - XL
Výrobca:	General Medical Merate SpA
Cena v EUR bez DPH / 1 ks	161 700,00
DPH v EUR:	32 340,00
Cena v EUR s DPH / 1 ks	194 040,00

RTG digitálny mobilný s C-ramenom, 26 detektor

I. Technické špecifikácie RTG prístroja

Technické špecifikácie RTG prístroja	Podmienka	Plnenie áno / nie / ponúkaná hodnota
Typ prístroja	mobilný s C -ramenom	áno
Typ detektora	CsI alebo aSi s CsI scintilátorom alebo CMOS	aSi s CsI scintilátorom
Počet detektorov	1	1 detektor
Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka)	minimálne 26x26 cm	29,6 x 29,6 cm
Rozlíšenie – počet bodov	minimálne 1500 x 1400 pixelov	2048 x 2048 pixel
Rozlíšenie – veľkosť bodu	maximálne 200 µm	145µm
Rozlíšenie – rozsah šedi	minimálne 14 bit	16 bit
Výstupný výkon generátora	minimálne 12 kW	20 kW
Rozsah kV pri 1 kV krococh minimálne	minimálne od 40 kV do 110 kV	od 40 kV do 120 kV
Veľkosť ohniska / ohnisk	maximálne 0,6 mm pre jedno ohnisko	dve ohniská 0,3/0,5 mm
Dávkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u	áno	áno
Laserové zameriavanie zabudované vo flat panele detektoru	áno	áno
Hĺbka C-ramena	minimálne 60 cm	71,6 cm
Orbitálny pohyb C-ramena	minimálne 125°	146°(-56° / + 90°)
Angulačný pohyb C-ramena	celkovo minimálne 360 stupňov	480 stupňov
DAP meter	áno	áno
Rozlišovacia schopnosť zobrazenia pri vysokom kontraste	minimálne 2.4 lp/mm	2,8 lp/mm
Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skioskopii	áno	áno
Nastaviteľné clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku	áno	áno
Rozsah pulzného skioskopického módu vo formáte 1K	minimálne od 8 do 15 obrazov/sekundu, v prípade kontinuálneho režimu minimálne 15 obrazov/sekundu	od 0,5 do 18 obrazov/sekundu, v prípade kontinuálneho režimu 30 obrazov/sekundu
CE certifikát vydaný notifikačnou osobou podľa 93/42/EC na ponúkaný prístroj s príslušenstvom	áno	áno
Platný ŠUKL kód prístroja	áno	áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.	áno	áno
II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje		
Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre RTG prístroje	Podmienka	Plnenie áno / nie / ponúkaná hodnota

Operačný systém	Windows 7 a novší alebo Linux, resp. ekvivalentný	Windows 10
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie	áno	áno
Pamäťová kapacita	minimálne 5 000 obrazov v DICOM formáte	500 000 obrazov v DICOM formáte
Pamäť RAM	minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB	4 GB
Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage	áno	áno, DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku	áno	manuál v Slovenskom jazyku
Vozík s TFT monitorom min. 27 palcov alebo 2 TFT monitormi min. 19 palcov	áno	2 TFT monitormi 19 palcov

III. Doplnková výbava

Technické špecifikácie pre doplnkovú výbavu RTG prístrojov	Podmienka	Plnenie áno / nie / ponúkaná hodnota
Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia "roadmap" a funkcia maximalnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK")	áno	áno
Funkcia merania vzdialenosti a uhlov	áno	áno
Funkcia kinoslučka	áno	áno

IV. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu

Záručná doba	Podmienka	Plnenie áno / nie / ponúkaná hodnota
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja. Bazplatné vykonávanie profylaktických kontrol a revízií v súlade s odporúčaním výrobcu a legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky, po celú dobu záruky, vrátane vyhotovenia záznamu o kontrole (revízií). Bezplatný záručný servis a opravy zariadenia, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. V prípade poruchy zariadenia, záväzok dodávateľa dostaviť sa na miesto poruchy za účelom diagnostikovania poruchy do 24 hodín od nahlásenia poruchy, vykonanie servisného zásahu a odstránenie poruchy do 48 hodín, v pracovných dňoch, ak to charakter poruchy umožňuje.	áno	áno

Dátum: 24.1.2022

Podpis:

Odtlačok pečiatky:



GUTTA
slovakia

GUTTA Slovakia spol. s r. o.
Svetlá 1, 811 02 Bratislava
IČO: 35 707 364. IČ DPH: SK2020249704

②