

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 5.10.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke „Základné medicínske zariadenia č. 2“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Základné medicínske zariadenia č. 2“ zverejnenej v Ú. vestníku EÚ č S 169 zo dňa 1.9. 2021 pod č. 2021/S 169-441589 a vo vestníku UVO č. 203/2021 zo dňa 2.9.2021 pod č. MST-42270.

PRE ČASŤ 4 HEMODIALYZAČNÝ PRÍSTROJ

Otázka č. 1 (anonymizované znenie, tak aby textácia otázky neumožňovala identifikovať zámer záujemcu ponúknuť konkrétny prístroj a aby odpoveď bola jednoznačná a zrozumiteľná):

V prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky SP verejný obstarávateľ požaduje:

- „Farebná LCD obrazovka s dotykovým ovládaním s údajmi o terapii, grafické zobrazenie prevádzkových tlakov“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj, ktorý nedisponuje farebnou LCD obrazovkou s dotykovým ovládaním?

Zdôvodnenie návrhu:

Prístroj, ktorý má farebný 10' TFT displej, zobrazuje všetky potrebné parametre liečby v číslcových aj grafických hodnotách a disponuje ergonomickým, intuitívnym, užívateľsky jednoduchým a v praxi dlhodobo osvedčeným ovládaním.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej technickej požiadavke a neakceptuje navrhované riešenie. Požadované dotykové ovládanie spĺňa požiadavky personálu na komfort, rýchlosť a presnosť ovládania prístroja.

Otázka č. 2:

V prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky SP verejný obstarávateľ požaduje:

- „Čítačka čiarových/QR kódov alebo externá čítačka alebo iný spôsob automatickej detekcie na elimináciu zámeny setov“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj, ktorý nedisponuje čítačkou čiarových kódov?

Zdôvodnenie návrhu:

Personál pri obsluhu prístroja nenačítava LOT a šarže z toho dôvodu čítačka čiarových kódov nie je potrebná.

Odpoveď č.2:

Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej technickej požiadavke a neakceptuje navrhované technické riešenie. Požiadavka na čítačku čiarových resp. QR kódov je z dôvodu rýchlosti zadania vstupných údajov, eliminácie

rizika nákazy personálu a minimalizácie chýb pri zadávaní vstupných informácií personálom (napr. pri zadávaní kódov ručne). Personál pracujúci na COVID oddeleniach vykonáva množstvo úkonov pri náročných podmienkach, a to najmä v prípade veľkého výskytu pacientov, preto je potrebné zvážiť pri kúpe prístrojov aj efektívnosť času vynaloženého na obsluhu prístrojov personálom.

Otázka č. 3 (anonymizované znenie, tak aby textácia otázky neumožňovala identifikovať zámer záujemcu ponúknuť konkrétny prístroj a aby odpoveď bola jednoznačná a zrozumiteľná):

V prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky SP verejný obstarávateľ požaduje:

- „Zabudovaný záložný akumulátor pre minimálne 15 min. núdzovej prevádzky“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj bez zabudovaného záložného akumulátora?

Zdôvodnenie návrhu:

V prípade výpadku elektrickej energie záložný akumulátor prístroja zabezpečuje dostatočný čas (min. 2 min.) na vrátenie krvi pacientovi a prípravu na vypnutie prístroja. Takisto predpokladáme že kritické oddelenia nemocnice ako JIS, Urgent a pod. majú záložný zdroj energie v prípade výpadku.

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej technickej požiadavke a neakceptuje navrhované vypustenie danej požiadavky. Záložný zdroj je potrebný z dôvodu náročnosti priestorového usporiadania a zníženia stresovej situácie personálu pri náhlom výpadku elektrického prúdu. Personál pracujúci na COVID oddeleniach vykonáva množstvo úkonov pri náročných podmienkach, a to najmä v prípade veľkého výskytu pacientov, preto je potrebné zvážiť pri kúpe prístrojov aj efektívnosť času vynaloženého na obsluhu prístrojov personálom. Verejný obstarávateľ je toho názoru, že 2 min. núdzová prevádzka nevytvára dostatočný časový priestor personálu na primeranú reakciu v neočakávanej situácii s rizikom poškodenia zdravia pacienta.

Otázka č. 4:

V prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky SP verejný obstarávateľ požaduje:

- „Minimálny rozsah prístupového tlaku -280 až 300mmHg pre bezproblémové pripojenie prístroja do okruhu ECMO“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať minimálny rozsah prístupového tlaku (arteriálny) -250 až +350mmHg?

Zdôvodnenie návrhu:

Pre veno-arteriálne alebo veno-venózne pripojenie na ECMO je podstatná horná hranica arteriálneho tlaku, kde zvažovaný prístroj požadovanú hodnotu aj prekračuje.

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ akceptuje túto zmenu parametra a upravuje technickú špecifikáciu pre položku Hemodialyzačný prístroj s možnosťou plazmaferézy nasledovne:

13.	Minimálny rozsah prístupového tlaku -250 až 300mmHg pre bezproblémové pripojenie prístroja do okruhu ECMO
-----	--

Otázka č. 5:

V prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky SP verejný obstarávateľ požaduje:

- „Komunikácie s obsluhou v slovenskom jazyku“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj, ktorý umožňuje komunikáciu s obsluhou v českom jazyku?

Zdôvodnenie návrhu:

Pre prácu s prístrojom je český jazyk na komunikáciu s obsluhou plne zrozumiteľný a vyhovuje aj zákonným požiadavkám.

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ v dokumente s názvom „Príloha č. 1 Špecifikácia č.4 Hemodialyz. prístroj_VNT.xlsx“ uvádza požiadavku v nasledovnom znení:

- „Komunikácie s obsluhou v slovenskom alebo českom jazyku“

Na základe uvedeného je zrejmé, že verejný obstarávateľ akceptuje prístroj, ktorý umožní komunikáciu s obsluhou v českom jazyku nakoľko je v súlade s požiadavkou.

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 4 Hemodialyzačný prístroj.

Zároveň verejný obstarávateľ pripravuje na zverejnenie vysvetlenie otázok doručených k časti č. 5 Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica, v ktorej sa nebude upravovať technická špecifikácia.

V kontexte vykonaných úprav technických špecifikácií verejný obstarávateľ predĺži lehotu na predkladanie ponúk. Zároveň verejný obstarávateľ úctivo žiada záujemcov, aby v prípade, ak ešte majú nejaké otázky k zverejneným podkladom, ich zaslali čo najskôr. Verejný obstarávateľ vzhľadom na vytiaženosť lekárov a ich primárnu náplň práce, ktorou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nemusí byť schopný za 1 pracovný deň získať odpovede na poslednú chvíľu doručené otázky.

Za pochopenie a ústretovosť vopred verejný obstarávateľ ďakuje.

S úctou

V. r.

Osoba poverená zabezpečením procesu obstarávania