

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 8.10.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke „Základné medicínske zariadenia č. 2“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Základné medicínske zariadenia č. 2“ zverejnenej v Ú. vestníku EÚ č S 169 zo dňa 1.9. 2021 pod č. 2021/S 169-441589 a vo vestníku UVO č. 203/2021 zo dňa 2.9.2021 pod č. MST-42270.

PRE ČASŤ 5 INFÚZNE PUMPY, LINEÁRNE DÁVKOVAČE A DOKOVACIA STANICA

Otázka č. 1 (anonymizované znenie, tak aby textácia otázky neumožňovala identifikovať zámer záujemcu ponúknuť konkrétny prístroj a aby odpoveď bola jednoznačná a zrozumiteľná):

V tech. špecifikácii obstarávateľ u položky č. 3 - Dokovacia stanica v bode 4. požaduje:

- „Možnosť použitia celkovej zostavy pre min. 8 prístrojov (dávkovačov, púmp)“.

Žiadame o upresnenie tohto technického parametra, nakoľko z celkového zadania nie je jasné, ako táto „možnosť“ bude použitá v klinickej praxi. Obstarávateľ požaduje celkovo 2 dokovacie stanice pre min. 3 prístroje, čo v prípade „možnosti“ použitia celkovej zostavy pre min. 8 prístrojov obstarávateľ získa „možnosť“ použitia len pre jeden kus takejto celkovej infúznej zostavy. Dokovacie stanice s počtom pozícií 4, 6, alebo 8 sú samostatné prístroje, teda nie je možné ich fyzicky spojiť do jednej zostavy.

Bude obstarávateľ akceptovať technické riešenie 2 x 2 kusov samostatných dokovacích staníc pre 4 pozície? Zároveň tak obstarávateľ získa istotu v rozšírení počtu infúzných prístrojov pri jednom lôžku až na 8 pozícií a celkovo 16 pozícií pre infúzne pumpy alebo dávkovače v dokovacích staniach.

Odpoveď č.1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať takéto riešenie, keďže z popisu požiadavky exaktne nevyplýva ako má byť splnená. Rozhodujúce je použitie celkovej zostavy pre min. 8 ks prístrojov.

Zároveň verejný obstarávateľ upresňuje, že účelom danej požiadavky je pripojiť k lôžku s pacientom min. 8 prístrojov (dávkovačov alebo púmp), pričom min. 3 prístroje sa majú dať napojiť na 1 dokovaciu stanicu (t.j. na 1 dokovaciu stanicu sa musia dať pripojiť min. 3 prístroje a celkovo má byť k lôžku vyskladaná zostava tak, aby sa dalo zapojiť min. 8 prístrojov (nie je podstatné či to bude prostredníctvom 2 dokovacích staníc alebo 3 alebo viac).

Otázka č.2: (anonymizované znenie, tak aby textácia otázky neumožňovala identifikovať zámer záujemcu ponúknuť konkrétny prístroj a aby odpoveď bola jednoznačná a zrozumiteľná):

V tech. špecifikácii obstarávateľ u položky č. 3 - Dokovacia stanica v bode 10. požaduje:

- „*Integrovaná dátová zbernica pre vzájomnú komunikáciu jednotlivých prístrojov*“.

Žiadame o upresnenie tohto technického parametra, nakoľko nie je presne jasné o aký typ komunikácie medzi prístrojmi ide. Prístroje môžu vďaka špeciálnemu dodatočnému softwarovému vybaveniu komunikovať s NIS a je taktiež možné riešiť technické zásahy pomocou dedikovaného softwaru, alebo nahrat' individuálne profily presne špecifikované pre konkrétne nemocničné oddelenia.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať toto riešenie komunikácie?

Odpoveď č.2:

Verejný obstarávateľ akceptuje takéto riešenie len v prípade dodania dodatočného softvéru s možnosťou kontroly prístrojov v dokovacej stanici cez NIS. Dodanie takéhoto softvéru musí uchádzač preukázať už v podanej ponuke, t.j. z ponuky musí byť zrejmé, že jej súčasťou je aj potrebný softvér.

Zároveň verejný obstarávateľ upresňuje, že v klinickej praxi túto zostavu používa. Vzájomná komunikácia prístrojov znamená, že pumpy, dávkovače v dokovacej stanici medzi sebou komunikujú a komunikujú aj po premiestnení pumpy do inej dokovacej stanice, aj so súčasným zapamätaním predchádzajúcich údajov – buď cez integrovanú dátovú zbernicu (v tom prípade je zároveň možnosť rozšírenia o prenos informácií o stave a činnosti do nej zapojených prístrojov do NIS, nemocničného LAN a tým zobrazenie týchto informácií na ktoromkoľvek PC), alebo je to dosiahnuteľné priamo cez NIS pomocou špecifického softvéru.

Otázka č. 3:

Dobrý deň,

radi by sme sa informovali, či bude pre časť č. 2: Infúzne pumpy akceptovaná aj infúzna pumpa bez funkcie možnosti použitia pre parenterálne podávanie („*dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy*“).

Umožní to transparentnejšiu súťaž a možnosti účasti väčšieho počtu uchádzačov.

Odpoveď č. 3:

V intenzívnej medicíne je často potrebné (najmä u pacientov s nízkou hmotnosťou, detských pacientoch a pacientoch s frailty syndrómom) presné dávkovanie parenterálnej výživy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou komplexného manažmentu kriticky chorého pacienta. Vzhľadom na potrebu nenavyšovania počtu potrebných prístrojov pri lôžku pacienta trvá verejný obstarávateľ na požadovanom parametri ako je uvedený v špecifikácii.

Zároveň verejný obstarávateľ úctivo žiada záujemcov, aby v prípade, ak ešte majú nejaké otázky k zverejneným podkladom, ich zaslali čo najskôr. Verejný obstarávateľ vzhľadom na vyťaženosť lekárov a ich primárnu náplň práce, ktorou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nemusí byť schopný za 1 pracovný deň získať odpovede na poslednú chvíľu doručené otázky.

Za pochopenie a ústretovosť vopred verejný obstarávateľ ďakuje.

S úctou

V. r.

Osoba poverená zabezpečením procesu obstarávania