

Záujemcovia

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_RV_RTGZMZ_03Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 02.10.2021

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 3**

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., so sídlom Špitálska 1, 048 01 Rožňava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S169 zo dňa 01.09.2021 pod značkou 2021/S 169-441590 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **203/2021 z 02.09.2021 pod zn. 42272 – MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky **„Mobilný RTG prístroj a infúzna technika (CoV)“**.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 2 predmetu zákazky Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica

Otázka č. 6:

radi by sme sa informovali, či bude pre časť č. 2: Infúzne pumpy akceptovaná aj infúzna pumpa bez funkcie možnosti použitia pre parenterálne podávanie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy).

Umožní to transparentnejšiu súťaž a možnosti účasti väčšieho počtu uchádzačov.

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej technickej požiadavke a neakceptuje navrhované riešenie.

V intenzívnej medicíne je často potrebné (najmä u pacientov s nízkou hmotnosťou, detských pacientoch a pacientoch s frailty syndrómom) presné dávkovanie parenterálnej výživy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou komplexného manažmentu kriticky chorého pacienta. Vzhľadom na potrebu nenavyšovania počtu potrebných prístrojov pri lôžku pacienta trváme na parametri ako je uvedený v špecifikácii.

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie