

Všetkým zájemcom

V Bratislave, 22.9.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke „USG prístroj a infúzna technika“ – oprava

Verejný obstarávateľ týmto upravil odpovedá odpoved' na doručené otázky k zákazke s názvom „USG prístroj a infúzna technika“ zverejnenej v Ú. vestníku EÚ č. S 176 zo dňa 10.9. 2021 pod č. 2021/S 176-456570 a vo vestníku UVO č. 210/2021 zo dňa 13.9.2021 pod č. MST- 42963, tak aby textácia otázky č. 1 neumožňovala identifikovať zámer záujemcu ponúknuť konkrétny prístroj a aby odpoveď bola jednoznačná a zrozumiteľná.

PRE ČASŤ 1 USG PRENOSNÉ

Anonymizované znenie otázky ~~Otázka~~ č. 1:

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ požaduje v technickej špecifikácii na „USG prenosné“ v bode č. 7 „Počet portov na prístroji na pripojenie multifrekvenčnej sondy min. 1 ks“ a v bode č. 9 „Elektronický prepínač integrovaný na vozíku prístroja, ktorý umožní pripojiť k prístroju min. 3 multifrekvenčné sondy“. Bude verejný obstarávateľ akceptovať zlúčenie bodu č.7 a č.9 a doplnenie špecifikácie nasledovne: „Počet portov na prístroji na pripojenie multifrekvenčnej sondy min. 1 ks a súčasne elektronický prepínač integrovaný na vozíku prístroja, ktorý umožní pripojiť k prístroju min. 3 multifrekvenčné sondy alebo počet portov na prístroji na pripojenie multifrekvenčnej sondy min. 3 ks“?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ akceptuje túto zmenu parametra a upravuje technickú špecifikáciu pre položku č. 1 – USG prenosné nasledovne:

7.	Počet portov na prístroji na pripojenie multifrekvenčnej sondy min. 1 ks a súčasne elektronický prepínač integrovaný na vozíku prístroja, ktorý umožní pripojiť k prístroju min. 3 multifrekvenčné sondy alebo počet portov na prístroji na pripojenie multifrekvenčnej sondy min. 3 ks“
9.	Vypúšťa sa

Verejný obstarávateľ pre odstránenie akýchkoľvek pochybností uvádza, že jeho cieľom je zakúpiť prístroj umožňujúci pripojenie min. 3 multifrekvenčných sond, a to s pripojením buď priamo na prístroj (min. 3 porty na prístroji) alebo prostredníctvom integrovaného vozíka (min. 3 porty na vozíku). Z dôvodu použitia prístroja aj mimo vozíka sa vyžaduje, aby min. 1 port na multifrekvenčnú sondu bol vždy na prístroji (tj. ak USG prístroj bude umožňovať pripojiť multifrekvenčné sondy prostredníctvom min. 3 portov na integrovanom vozíku, potom musí mať min. 1 port aj samotný prístroj).

PRE ČASŤ 2 INFÚZNE PUMPY, LINEÁRNE DÁVKOVAČE A DOKOVACIA STANICA

Otázka č. 1:

V prílohe 1.2 súťažných podkladov je uvedená „Špecifikácia predmetu zákazky“ pre časť č. 2 VS „Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica“. Pri položke č. 1 „Infúzne pumpy“ požaduje obstarávateľ parameter č. 2 v nasledovnom znení:

„Možnosť použitia pre parenterálne podávanie a podávanie transfúzie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy)“.

Dovoľujeme si požiadať o zváženie, či vzhľadom na účel použitia infúzných púmp je možnosť podávania transfúzie pre zdravotnícke zariadenie obstarávateľa nevyhnutná. Infúzne pumpy bez možnosti podávania transfúzie sú výrazne lacnejšie a ponúka ich širší okruh výrobcov. Navrhujeme preto upraviť parameter č. 2 pri položke č. 1 nasledovne:

„Možnosť použitia pre parenterálne podávanie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy)“.

Bude obstarávateľ akceptovať úpravu uvedeného parametra a predloženie ponuky na infúzne pumpy bez možnosti podávania transfúzie?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ akceptuje túto zmenu parametra a upravuje technickú špecifikáciu pre položku č. 1 – Infúzne pumpy nasledovne:

2.	Možnosť použitia pre podávanie parenterálnej výživy (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy).
----	--

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 1 časť USG prenosné aj pre časť 2 Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica.