

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

Verejný obstarávateľ zákona podľa § 7, odst. 2, č. 343/2015 Z. z.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

Zadávanie nadlimitnej zákazky

Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Názov zákazky

Prístrojové vybavenie – nová testovacia stratégia

Zodpovedná osoba:

V Košiciach, dňa 7.9.2021

.....

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH

regionálny hygienik

Za vecnú stránku zodpovedá:

V Košiciach, dňa 7.9.2021

.....

Ing. Milena Pancáková

vedúca odboru hospodársko - technických činností

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje:

V Košiciach, dňa 7.9.2021

.....

Ing. Imrich Vozár

Konateľ Elauk s.r.o., osoby poverenej VO

Košice, september 2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

ÚVOD

Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie postupom nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na tovary

Platia všetky definície a pojmy definované v zákone v platnom znení, pokiaľ sú v ďalšom texte použité ich skrátené alebo zjednodušené verzie, nič to nemení na fakte, že platia výlučne zákonné definície a pojmy.

Prevzatím týchto súťažných podkladov uchádzač/záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že verejný obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania tohto záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody.

Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač/ záujemca dôkladne preskúmajú a rešpektujú všetky pokyny, lehoty a iné skutočnosti, obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií uvedených a predložených uchádzačom v ponuke.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A – Pokyny na vypracovanie ponuky

časť I. Všeobecné informácie
časť II. Komunikácia a vysvetlenie
časť III. Príprava ponuky
časť IV. Predkladanie ponúk
časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
časť VI. Uzavretie Zmluvy o dielo
časť VII. Revízne postupy a zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
časť VIII. Etické podmienky
Časť IX. Povinné časti súťažných podkladov, ktoré musia byť súčasťou zmluvy

B – Podmienky účasti

C – Opis predmetu zákazky

D - Obchodné podmienky

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača – súhlas s podmienkami

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie uchádzača – pravdivosť údajov

Príloha č. 5 - Kúpna zmluva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

ČASŤ A. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

Úvod

Časť I. Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
2. Predmet zákazky
3. Komplexnosť dodávky
4. Zdroj finančných prostriedkov
5. Typ zmluvy
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
7. Oprávnený uchádzač
8. Definovanie ponuky a jej predloženie
9. Variantné riešenie
10. Platnosť ponuky
11. Náklady na ponuku

Časť II. Komunikácia a vysvetlenie

12. Komunikácia
13. Vysvetlenie
14. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Časť III. Príprava ponuky

15. Jazyk ponuky
16. Obsah ponuky
17. Zábezpeka
18. Mena a ceny uvádzané v ponuke
19. Vyhodenie ponuky

Časť IV. Predkladanie ponúk

20. Predkladanie ponuky
21. Označenie ponuky
22. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

24. Otváranie ponúk
25. Dôvernosc' procesu verejného obstarávania
26. Preskúmanie ponúk
27. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
28. Splnenie podmienok účasti
29. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidiel jeho uplatnenia
30. Vyhodnocovanie ponúk
31. Podmienky elektronickej aukcie
32. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Časť VI. Uzavretie Zmluvy

33. Uzavretie Zmluvy

Časť VII. Revízne postupy a zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

34. Žiadosť o nápravu
35. Konanie o námietkach
36. Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

Časť VIII. Etické podmienky

37. Etické podmienky

Časť IX. Povinné časti súťažných podkladov, ktoré musia byť súčasťou zmluvy

Časť I. Všeobecné informácie

1. Identifikácia Verejného obstarávateľa

Názov:	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Sídlo:	Ipeľská 1, 040 11 Košice
Štatutárny zástupca:	MUDr. Zuzana Dietzová, PhD, MPH
IČO:	00606723
DIČ:	202092852
Kontaktná osoba:	Ing. Milena Pancáková
Telefón:	055/ 7860127
E-mail:	pancakova@ruvzke.sk
Kontaktná osoba pre VO:	Ing. Imrich Vozár
E-mail:	imrich.vozar@elauk.sk
Mobil:	0948 700 620

2. Predmet zákazky

2.1. Predmetom zákazky je zabezpečenie prístrojového laboratórneho vybavenie na vyšetrovanie a sekvenáciu vzoriek Covid-19 rozdelené do 4 celkov podľa spôsobu ich určenia, a to:

2.1.1 Odpadové vody- spracovanie a NGS a digitálna PCR

2.1.2 Uskladnenie vzoriek Covid-19

2.1.3 Vzorky Covid-19 – sekvenácia

2.1.4 Základné, pomocné laboratórne prístroje

2.2. Spoločný slovník obstarávania:

Hlavný slovník:

Odpadové vody- spracovanie a NGS a digitálna PCR: 33000000-0, 38950000-9

Uskladnenie vzoriek Covid-19: 33000000-0, 38000000-5

Vzorky Covid-19 – sekvenácia: 33000000-0, 38900000-4, 38000000-5

Základné, pomocné laboratórne prístroje: 33000000-0, 38000000-5, 42900000-5

2.3. Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru

2.4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: určená na základe prieskumu trhu pre každý celok od troch potencionálnych dodávateľov vo výške **475 751,99 € bez DPH**

2.5. Informácia o elektronickej aukcii: nie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

2.6. Ponuky s cenou vyššou ako PHZ nebudú akceptované

2.7. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. Opis predmetu zákazky.

2.8. Súťažné podklady sú zverejnené na <https://josephine.proebiz.com> a sú na uvedenej adrese k dispozícii každému záujemcovi

3. Komplexnosť dodávky

3.1. Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky tak, ako je definovaný v časti C. Opis predmetu zákazky, alebo samostatne na jednotlivé logické celky.

3.2. Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa umožňuje.

4. Zdroj finančných prostriedkov

4.1. Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu / vlastné

5. Typ zmluvy

5.1. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka, ďalej Zmluva... .

5.2. Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na realizáciu predmetu zákazky je upravené v časti *D. Obchodné podmienky*.

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky

6.1. Miesto dodávky tovaru: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice, pracovisko na adrese: Košice, Senný trh 4

6.2. Termín dodania zákazky je 2 mesiacov od účinnosti zmluvy

7. Oprávnený uchádzač

7.1. Ponuku môžu predkladať fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb, vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne ako skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ však bude vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov, ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, a to pred podpisom *Zmluvy*. Vytvorenie právnych vzťahov je potrebné z dôvodu riadneho plnenia *Zmluvy*. Uchádzač musí splniť podmienky uvedené v týchto súťažných podkladoch.

8. Definovanie ponuky a jej predloženie

8.1. Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.

8.2. Uchádzač alebo skupina dodávateľov môže predložiť iba jednu ponuku v rozsahu a vo forme podľa týchto súťažných podkladov vrátane návrhu *Zmluvy* podpísanej uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

8.3. Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>, v lehote na predkladanie ponúk definovaných v týchto súťažných podkladoch.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

8.4. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.

8.5. Požiadavka verejného obstarávateľa, ktoré doklady, dokumenty a ďalšie písomnosti musia byť predložené v ponuke, je uvedená v bode 16. tohto oddielu súťažných podkladov.

9. Variantné riešenie

9.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadiť akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba základné riešenie.

10. Platnosť ponuky

10.1. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, tzn. do 31.5.2022

10.2. V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie o námietkach pred uzavretím zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk o 3 mesiace a to maximálne do jedného roka.

10.3. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10.2.

11. Náklady na ponuku

11.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu ponuku alebo zruší použitý postup zadávania zákazky.

11.2. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22. a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti a ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní.

11.3. Nevybratie uchádzača za zmluvného partnera nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.

Časť II.

Komunikácia a vysvetlenie

12. Komunikácia

12.1. Komunikácia, poskytovanie vysvetlení a odovzdávanie podkladov („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch..

12.2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

12.3. JOSEPHINE je na účely verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>

12.4. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome
- Microsoft Edge

- 12.5. Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručенú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
- 12.6. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail / e-maily bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazit' celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom realizovanú cez komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.
- 12.7. Ak je odosielateľom informácie záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnemu obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručенú verejnemu obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
- 12.8. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
- 12.9. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
- 12.10. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revízných postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručované elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.11. Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .
- 12.12. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- a) s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
- b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
- c) vložení dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
- d) vložení plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
- e) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

12.13. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

13. Vysvetlenie

- 13.1. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, prostredníctvom systému JOSEPHINE, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni.
- 13.2. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.
- 13.3. Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasti.
- 13.4. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v týchto SP, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s Výzvou a týmito súťažnými podkladmi.

14. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

Nie je nutná

Časť III. Príprava ponuky

15. Jazyk ponuky

- 15.1. Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (v slovenskom jazyku). Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky aj v českom jazyku.
- 15.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov v danom postupe zadávania zákazky so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.

16. Obsah ponuky

- 16.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné súbory vo formáte PDF (na požiadanie predloží uchádzač originály dokladov):
 - 16.1.1. titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých predkladaných dokumentov, identifikačné údaje uchádzača (Príloha č. 1): obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania, s kontaktným miestom (telefón, e-mail, fax), kontaktná osoba pre elektronickú aukciu vrátane e-mailu a mobilu podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,. V prípade skupiny dodávateľov uchádzač vyhotoví doklad „Identifikačné údaje uchádzača“, v ktorom uvedie identifikačné údaje za každého člena skupiny. Tento musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny a opečiatkovaný pečiatkou každého člena skupiny,
 - 16.1.2. návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (podľa Prílohy č. 2)
 - 16.1.3. vyhlásenie, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk, súťažných podkladoch a akceptuje v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v súťažných podkladoch v časti D, obchodné podmienky *Zmluvy* (Príloha č.3.)
 - 16.1.4. písomné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokumentov a údajov uvedených v ponuke podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané štatutárnym zástupcom každého člena skupiny alebo osobou oprávnenou konať za člena skupiny (Príloha č. 4)
 - 16.1.5. podpísaný návrh *Zmluvy* (Príloha č. 5), ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov
 - 16.1.6. Vyplnenú a podpísanú prílohu č.6 Špecifikácia
 - 16.1.7. doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa časti B súťažných podkladov (hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom, alebo čestným vyhlásením)
 - 16.1.8. v prípade skupiny dodávateľov musí byť vystavená plná moc pre jedného člena skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

mene ostatných členov skupiny, podpísaná všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny,

16.1.9. Všetky požadované doklady musia byť predložené ako scany PDF originálov alebo ich overených kópií. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania

17. Zábezpeka

Neuplatňuje sa

18. Mena a ceny uvádzané v ponuke

18.1. Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

18.2. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách s presnosťou na 2 desatinné miesta

18.3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), cenu uvedie v zložení:

18.3.1. cena bez DPH,

18.3.2. výška DPH v %,

18.3.3. výška DPH v EUR,

18.3.4. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH (v bode 29.1. „navrhovaná zmluvná cena”).

18.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu (v bode 28.1. „navrhovaná zmluvná cena”). Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

19. Vyhotovenie ponuky

19.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod. vo formáte pdf.

19.2. Ponuka musí byť vyhotovená ako scan -pdf originálov. Originál ponuky bude podpísaný osobou alebo osobami, ktoré majú právo podpisovať dokumenty v mene uchádzača.

19.3. Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu požiadať uchádzača alebo záujemcu písomne o predloženie originálu dokladu alebo dokladov.

19.4. Ponuka môže byť vylúčená z hodnotenia, ak bude obsahovať akékoľvek úpravy, dodatky alebo zmeny súťažných podkladov a výkazu, ktoré neboli predmetom úprav a vysvetlení vydaných verejným obstarávateľom.

19.5. Uchádzač berie na vedomie, že ponuka predložená v elektronickej podobe bude verejnemu obstarávateľovi bezodkladne po uzavretí Zmluvy úspešným uchádzačom alebo zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy) zverejnená v profile podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona. Ponuka predložená v elektronickej podobe obsahuje informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s právnymi predpismi. V prípade, že ponuka predložená v elektronickej podobe bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade s § 11 č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (predložiť súhlas dotknutých osôb, anonymizovať osobné údaje ...atď.)

19.6. Ponuka je vyhotovená elektronicke v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9469/summary>

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- 19.7. Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9469/summary>
- 19.8. V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady podľa bodu 16. tejto časti súťažných podkladov a vyplnenie elektronického formulára, ktorý odpovedá návrhu na plnení kritérií uvedeného v SP.
- 19.9. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.

Časť IV.

Predkladanie ponúk

20. Predkladanie ponúk

- 20.1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky alebo na jednotlivé časti v lehote na predkladanie ponúk.
- 20.2. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicke v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9469/summary>
- 20.3. Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9469/summary>.
- 20.4. V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.
- 20.5. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
- 20.6. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na 2 desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)").
- 20.7. Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
- 20.8. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicke neotvorí.
- 20.9. Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).
- 20.10. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

20.11. Elektronická ponuka musí byť predložená v určených komunikačných formátoch a určeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená vo vopred určených formátoch kódovania a šifrovania. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak

- a) nedodrжал určený spôsob komunikácie,
- b) obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo
- c) nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.

20.12. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

20.13. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom v zmysle bodu SP Autentifikáciu je možné previesť dvoma spôsobmi

21. Označenie ponuky

21.1. Označenie „súťaž“ a heslo súťaže „Covid 19“

22. Lehota na predkladanie ponúk

22.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **11.10.2021 do 10.00 hod**

22.2. Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.

22.3. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa systému je <https://josephine.proebiz.com>), kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke

22.4. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.1. týchto súťažných podkladoch sa elektronicky neotvára

23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

23.1. Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.1.

23.2. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky)

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

24. Otváranie ponúk

24.1. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa **11.10.2021 o 11.00 hod** na adrese: RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice. Verejný obstarávateľ menuje trojčlennú komisiu na vyhodnotenie ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že otvorí ponuky v systéme Josephine.

24.2. Po otvorení ponúk sa zapíšu do zápisnice z otvárania ponúk obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslami, určených verejným obstarávateľom.

25. Dôvernosc' procesu verejného obstarávania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- 25.1. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol. Na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
- 25.2. Ustanovením odseku 25.1. nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukládajúce povinnosť verejnému obstarávateľovi oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukládajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
- 25.3. Verejný obstarávateľ môže hospodárskym subjektom uložiť povinnosti zamerané na ochranu dôverných informácií, ktoré sprístupňujú počas priebehu verejného obstarávania.

26. Preskúvanie ponúk

- 26.1. Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k neverejnému vyhodnoteniu ponúk, preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a rozhodne, či ponuka obsahuje všetky náležitosti určené v bode 16. týchto súťažných podkladov a zodpovedá ďalším pokynom a požiadavkám uvedeným v týchto súťažných podkladoch, čo uvedie v zápisnici podľa § 53 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
- 26.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
- a) boli doručené v lehote predkladania ponúk,
 - b) obsahujú náležitosti uvedené v bode 16.
 - c) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch
- 26.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám, pokynom a špecifikáciám uvedeným v týchto súťažných podkladoch a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore so súťažnými podkladmi alebo nie je neregulárna alebo inak neprijateľná.

27. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

- 27.1. Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s pravidlami, ktoré určil a oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania
- 27.2. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
- 27.3. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
- 27.4. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
- a) nesplnil podmienky účasti,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
 - c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
 - d) pokúsil sa neoprávnené ovplyvniť postup verejného obstarávania,
 - e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
 - f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
 - g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
 - h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
 - i) nepredložil po písomnej žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
 - j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
 - k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
 - l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným Osoba podľa § 8om novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2.
 - m) nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods.1 písm. c) alebo písm. g), v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti.
- 27.5. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu; Verejný obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytne záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.
- 27.6. Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 27.4 písm. d) až h) a odseku 27.5., je oprávnený verejnemu obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správny deliktom alebo trestným činom.
- 27.7. Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnemu obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 8 druhej vety, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- 27.8. Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom alebo uchádzačom, pričom zohľadní závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom alebo uchádzačom považuje verejný obstarávateľ za nedostatočné, vylúči záujemcu alebo uchádzača z verejného obstarávania.
- 27.9. Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, Verejný obstarávateľ nesmie vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.
- 27.10. Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam
- a) všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
 - b) vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
- 27.11. Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom JOSEPHINE upovedomí uchádzača alebo záujemcu, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka,

28. Splnenie podmienok účasti

- 28.1. Splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
- 28.1.1. podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO
 - 28.1.2. podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO sa neuplatňujú
 - 28.1.3. podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO sa neuplatňujú
- 28.2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
- 28.2.1. ktoré sa týkajú osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne.

29. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidiel jeho uplatnenia

- 29.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia cena**, tzn. „navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH,“ v zmysle bodu 18. týchto súťažných podkladov, ktorú bude verejný obstarávateľ za dodávku tovaru platiť.
- 29.2. Komisia bude vyhodnocovať ponuky na základe určeného kritéria podľa bodu 29.1. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky „navrhnutých zmluvných cien“ uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu „navrhovanú zmluvnú cenu“ sa umiestni na 1. mieste a stane sa úspešným uchádzačom. Na ďalších miestach v poradí sa umiestnia uchádzači podľa zvyšujúcej sa „navrhovanej zmluvnej ceny“
- 29.3. Komisia bude vyhodnocovať zmluvnú cenu za všetky štyri časti predmet zákazky predloženú uchádzačom. Najvýhodnejšia ponuka je platná ponuka s najnižšou hodnotou tohto kritéria v eurách. Uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu celkovú zmluvnú cenu za danú časť zákazky sa umiestni na 1. mieste v danej časti. Na ďalších miestach sa umiestnia uchádzači podľa zvyšujúcej sa celkovej zmluvnej ceny za danú časť zákazky.

30. Vyhodnocovanie ponúk

- 30.1. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytl uchádzači. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, elektronicky cez Josephine požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.

- 30.2. Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, komisia prostredníctvom JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
- a) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru,
 - b) osobitosti tovaru navrhovanej uchádzačom,
 - c) dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov
 - d) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
 - f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
- 30.3. Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o
- a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a
 - b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
- 30.4. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa odseku 30.1 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
- 30.5. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak
- a) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedený v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
 - b) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 27.2. SP dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
 - c) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa bodu 27.2 SP,
 - d) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
 - e) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa bodu 30.2 SP
 - f) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
 - g) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
- 30.6. Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- 30.7. Verejný obstarávateľ je povinná prostredníctvom JOSEPHINE písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením
- a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky alebo koncesie určenými verejným obstarávateľom,
 - b) dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo požiadavkami na bezpečnosť dodávok určenými verejným obstarávateľom, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti,
 - c) lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
- 30.8. Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.
- 30.9. O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica obsahuje najmä
- a) zoznam členov komisie,
 - b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
 - c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
 - d) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
 - e) poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,
 - f) dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou.
- 30.10. Hodnotenie splnenia požiadaviek
- a) Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a preverí, či uchádzačom navrhované vlastnosti predmetu zákazky, ktoré uchádzač predložil v ponuke, sú v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa
 - b) Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa vylučovacím spôsobom, a to SPLNIL (A) / NESPLNIL (N).
 - c) Tí uchádzači, ktorí boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch, hodnotení aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nespĺnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky
 - d) Ponuka, ktorej predmet nebude spĺňať čo i len jednu požiadavku uvedenú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, bude z nadlimitnej zákazky vylúčená a nebude sa vyhodnocovať
- 30.11. Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi.
- 30.12. Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 22.

31. Informácia o elektronickej aukcii

Nepoužije sa

32. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- 32.1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak verejný obstarávateľ vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, je povinný vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí podľa § 53.
- 32.2. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 32.1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne elektronicky cez Josephine oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ.
- 32.3. Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.

Časť VI.

Uzavretie Zmluvy

33. Uzavretie Zmluvy

- 33.1. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
- 33.2. Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55.
- 33.3. Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 165 ods.3 písm. a), ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods.4.
- 33.4. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ môže pri zamietnutí žiadosti o nápravu uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásť deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods.3 písm. b), pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods.3 písm. b).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- 33.5. Ak verejný obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásť deň po uplynutí lehoty na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 165 ods.3.
- 33.6. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 33.4 až 33.7, ak boli doručené námietky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností:
- a) doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods.1 verejnému obstarávateľovi,
 - b) márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods.2 alebo ods. 3,
 - c) doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi.
- 33.7. Ak nie je potrebné podľa odseku 32.11 určiť dlhšiu lehotu, úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do desiatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 33.2 až 33.6, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
- 33.8. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa odseku 33.7, Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.
- 33.9. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, neposkytnú Verejný obstarávateľ riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.
- 33.10. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
- 33.11. Verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy vyžadovať v rámci poskytnutia súčinnosti podľa odsekov 33.7 až 33.10 preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok podľa § 42 ods. 12, ak to uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch; Verejný obstarávateľ určí primeranú lehotu na poskytnutie súčinnosti.
- 33.12. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť podľa odseku 33.11, verejný obstarávateľ je povinná ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí najskôr šesťnásť deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásť deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety.
- 33.13. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí neposkytnú súčinnosť podľa odseku 33.11, verejný obstarávateľ je povinná ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods.4, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí najskôr šesťnásť deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásť deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety.
- 33.14. Verejný obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o určení, že lehota podľa odsekov 33.7, 33.10 až 31.14 je dlhšia ako 10 pracovných dní.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- 33.15. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Časť VII.

Revízne postupy a zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

34. Žiadosť o nápravu

- 34.1. Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.
- 34.2. Okruh dôvodov pre podanie žiadosti o nápravu, lehoty, v ktorých sa má žiadosť o nápravu doručiť, obsah písomnej žiadosti, doplnenie žiadosti o nápravu a lehoty na doručenie oznámenia o výsledku vybavenie žiadosti upravuje § 164 a 165 zákona o verejnom obstarávaní.

35. Konanie o námietkach

- 35.1. Konanie o námietkach upravuje § 170 až § 178 zákona o verejnom obstarávaní.

36. Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky

- 36.1. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona 343/2015.
- 36.2. Ak zruší verejný obstarávateľ použitý postup zadávania zákazky, upovedomí cez systém Josephine o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
- 36.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné prostriedky Osoby podľa § 8.

Časť VIII.

Etické podmienky

37. Etické podmienky

- 37.1. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky úspešného uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné osoby Osoby podľa § 8 nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom ani žiadnym tretím osobám

Časť IX.

Povinné časti súťažných podkladov, ktoré musia byť súčasťou zmluvy

38. V súlade s ustanovením § 42 ods. 11 ZVO verejný obstarávateľ určuje, ktoré časti súťažných podkladov musia byť súčasťou zmluvy: špecifikácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

ČASŤ B. Podmienky účasti uchádzačov

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnemu obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnemu obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods.6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ VYHODNOTÍ SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI V SÚLADE S VÝZVOU NA PREDKLADANIE PONÚK A TÝMITO SÚŤAŽNÝMI PODKLADMI POSTUPOM PODĽA § 40 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ UZNÁ ROVNOCENNÉ POTVRDENIE VYDANÉ PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU, KTORÝM UCHÁDZAČ PREUKAZUJE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.

A. Osobné postavenie uchádzača podľa § 32 ZVO

1. Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí spĺňať tieto podmienky osobného postavenia:

- a. nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- b. nemá evidované nedoplatky na poistnom, na sociálne poistenie a zdravotnú poisťovňu neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- c. nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- d. nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- e. je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku
- f. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- g. nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- h. nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

2. Uchádzač preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok účasti podľa § 32 ods. 2, písm. d) a e) ZVO

- a. písm. a) – doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
 - b. písm. b) - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
 - c. písm. c) - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
 - d. písm. d) – doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
 - e. písm. e) – doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar ktorý zodpovedá predmetu zákazky - z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy sa doklad nepredkladá.
 - f. písm. f) - doloženým čestným vyhlásením
- 3.** Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
- 4.** Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva uvedené doklady alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
- 5.** Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
- 6.** Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s platnosťou na tri roky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

ČASŤ C. Opis predmetu obstarávania

Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Akýkoľvek odkaz na národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie, resp. konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, automaticky znamená, že možno použiť ekvivalent.

1. PREDMET OBSTARÁVANIA

Predmetom zákazky je zabezpečenie prístrojového laboratórneho vybavenie na vyšetrovanie a sekvenáciu vzoriek Covid-19 rozdelené do 4 celkov podľa spôsobu ich určenia, a to:

- 1.1 Odpadové vody- spracovanie a NGS a digitálna PCR
- 1.2 Uskladnenie vzoriek Covid-19
- 1.3 Vzorky Covid-19 – sekvenácia
- 1.4 Základné, pomocné laboratórne prístroje

OPIS JEDNOTLIVÝCH CELKOV ZÁKAZKY:

Celok č.1.1 - Odpadové vody- spracovanie a NGS a digitálna PCR

Automated Droplet Generator (Automatizovaný generátor mikrokvapiek a pipetora)

- Požaduje sa systém na automatickú prípravu dropletov pre potreby ddPCR
- Systém musí umožňovať spracovanie vzoriek v rozsahu 8 – 96 vzoriek v jednom behu
- Spracovanie 96 vzoriek v priebehu max. 50 minút
- Systém musí byť osadený HEPA filtrom, znižujúcim možnosť kontaminácie
- Systém musí vedieť upozorňovať na dostatok spotrebného materiálu a chemikálii pred spustením behu
- Vykoná rozdelenie každej vzorky na najmenej 19 000 dropletov
- Veľkosť mikrokvapiek do max. 1 nl"

Reader (Čítacie zariadenie na detekciu mikrokvapiek)

- Kapacita odčítania 1 - 96 vzoriek s platformou PCR platničky
- Fluorescenčný detektor min. 2 - kanálový (FAM/ Eva Green a VIC/HEX)
- Absolútna kvantifikáciu počtu kópií DNA a RNA
- Systém musí umožňovať priamo kvantifikáciu RNA s použitím chémie na jednokrokovú reverznú transkripciu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- Systém musí umožňovať multiplexnú analýzu na jednom optickom kanáli, ako pre hydrolyzačné TaqMan próby tak aj pre interkalačné farbičky
- Schopnosť detekcie hydrolyzačných TaqMan prób ako aj interkalačných farbičiek
- Presnosť odčítania min. $\pm 10\%$
- Systém musí umožňovať kvantifikáciu DNA a RNA v lineárnom dynamickom rozsahu min. 5 rádo
- Systém musí byť schopný využitia min. 70 % vzorky
- Zdroj emitujúceho žiarenia LED diódy
- Detekciu variácií počtu kópií
- Detekciu vzácných sekvencií
- Detekciu vzácných mutácií
- Analýzu génovej expresie
- Analýzu miRNA
- Kvantifikáciu vzoriek a kontrola kvality knižníc pre sekvenovanie novej generácie (NGS)
- Rozpoznávanie GMO

Automatický zatavovač vzoriek

- automatický zatavovač platničiek s nastaviteľným rozsahom teplôt min. 100 – 190°C
- nastaviteľný rozsah doby zatavovania min. 0,5 – 10 sekúnd

Fluorometer

- Fluorometer na meranie koncentrácie DNA, RNA alebo proteínov
- Meranie vzorky max 5 sekúnd
- Použitie menej ako 4 μ l vzorky
- Možnosť prenosu nameraných údajov cez Wi-Fi alebo USB
- Pamäť na min. 100 výsledkov
- Zabudovaný prepočet na množstvo farbičky alebo pufru v závislosti od množstva vzoriek

Kapilárna elektroforéza:

- Plne automatizovaná a vysoko citlivá kapilárna elektroforéza s vysokým rozlíšením až 96 vzoriek v jednom cykle bez manuálneho zásahu
- Predprogramované metódy v kombinácii so zodpovedajúcimi gélovými kazetami umožňujú separáciu a analýzu rôznych nukleových kyselín - vrátane jedného alebo viacerých fragmentov PCR, DNA štiepanej reštrikčnými endonukleázami, celkovej RNA a cRNA.
- Rýchly automatický systém pre kapilárnu elektroforézu - analýza DNA aj RNA
- Vráta notebooku s ovládacím softvérom
- Počet analyzovaných vzoriek: 1 – 96
- Vysoké rozlíšenie analýzy nukleových kyselín - 3-5 bp
- Spoľahlivé výsledky pri použití 1 μ l vzorky o koncentrácii 0,1 ng/ μ l
- Štandardizované spracovanie vzorky s možnosťou archivácie výsledkov
- Príslušenstvo s dusíkovými bombičkami
- Vráta štartovacieho príslušenstva
- Stojan a kryt na kartridže a 6 ks N2 cylindrov

Veľkokapacitná trepačka s chladením

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- Trepačka s chladením pre prácu s rozličnými nádobami so zabudovanou UV germicídnou lampou pre prácu v teplotnom rozsahu od 10°C – 80 °C
- Konzolový typ trepačky/inkubátora s pohonom cez trojitý vyvážený excenter – musí umožňovať veľkú kapacitu trepania vo bankách objemu až 6 L
- Nepretržitý režim alebo viacstupňové programovanie
- Rovnomernosť teploty v celom priestore max. 0,3 °C pri 37 °C
- Programovateľné ovládanie umožňujúce automatickú zmenu teploty, rýchlosti v načasovaných intervaloch
- Možnosť uloženia min. 2 programov s min. 10 krokmi
- Zhora namontované ovládanie a displej – pre ľahké, ergonomické pozorovanie a nastavenie
- Nožný pedál s ľahko otvárateľným vekom – poskytuje otváranie/zatváranie dverí bez zapojenia rúk a prístup ku vzorkám bez námahy
- Zabudovaná miska na úniky zachytáva náhodné úniky na čistenie a ochranu pohonného mechanizmu.
- Súčasťou dodávky sa požaduje univerzálna platforma na uchytenie rozličný typov nádob
- Súčasťou dodávky sa požadujú 4 držiaky na deliace lieviky s objemom 1000 ml

Vysokootáčková veľkoobjemová centrifúga

- Vysokootáčková centrifúga s chladením pre centrifugácie vzoriek, s celkovým možným objemom minimálne 3000 ml (min. 4x750ml)
- Možnosť regulácie teploty v rozsahu min. – 20°C - +40°C, s funkciou predchladenia komory
- Pamäť na uloženie min. 20 programov
- Možnosť prepínania medzi rpm a rcf
- Možnosť nastavenia min. 10 nábehových a brzdných rámp
- Možnosť nastavenia centrifugačného času min. v rozsahu 30 s – 90 min
- Možnosť dosiahnutia min. 5400 g s požadovaným výkyvným rotorom a min. 13 100 g s požadovaným uhlovým rotorom
- Súčasťou dodávky sa požaduje výkyvný rotor so závesmi a adaptérmí pre centrifugáciu 750 ml centrifugačných fľaš
- Súčasťou dodávky sa požaduje uhlový rotor s adaptérmí pre centrifugáciu 15ml a 50 ml skúmaviek s okrúhlym aj kónickým dnom a centrifugačných fľaš s objemom 250 ml
- Súčasťou dodávky sa požaduje 24 centrifugačných fľaš 750 aj 250 ml, materiál PPCO

Vortex – 3 ks

- Vortex s orbitom min. 4 mm s rozsahom rýchlosti min. 500 – 2500 rpm
- Možnosť vortexovania skúmaviek s objemami v rozsahu 0,2 – 50 ml
- možnosť nepretržitého miešania ako aj impluzné miešanie

Trepačka na platničky

- Trepačka s nastaviteľným rozsahom trepania v rozsahu min 500 – 3000 rpm
- digitálne nastavenie časovača v rozsahu 15 s – 55 min s možnosťou pulzného trepania
- orbit miešania min. 2 mm
- Možnosť používania prístroja aj v chladiacich prístrojoch pri teplotách od 4°C – 15°C
- Súčasťou dodávky sa požaduje platforma na 96-jamkové mikrotitračné platničky
- Súčasťou dodávky sa požaduje platforma na min. 20 skúmaviek s objemom 1,5 – 2ml

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- Súčasťou dodávky sa požaduje platforma na min. 20 skúmaviek s objemom 0,5 alebo 40 skúmaviek s objemom 0,2 ml

Magnetický stojan – 2 ks

- Magnetický stojan pre potreby prípravy vzoriek pre RT-PCR a NGS umožňujúci spracovanie 96 jamkovej platničky
- Musí obsahovať min. 24 magnetov umožňujúcich rýchlu a jednoduchú magnetickú separáciu
- Možnosť práce na pracovnom stole alebo umiestnenia do robotickej stanice

Chladený inkubátor

- objem min 100 litrov,
- min. vnútorné rozmery š x v x h – 600 x 400 x 300mm,
- požadujú sa min 2 ks políc
- min. teplotné rozhranie od 10 do 90°C,
- fluktuácie teploty +/-0,1 K,
- nastaviteľný ventilátor
- elektrické chladenie pomocou peltierovho článku,
- programovanie v reálnom čase
- LCD displej,
- vnútorné sklenené (bezpečnostné tvrdené sklo) dvere,
- USB a Ethernet rozhranie

Vertikálny autokláv

- Vertikálny parný autokláv kompaktný plno automatizovaný systém vhodný na sterilizáciu inštrumentov, pôd plastov, roztokov a deštrukciu a dekontamináciu realizovanú vlhkým horúcim vzduchom za zvýšeného tlaku..
- Objem komory min. 120 l
- pracovná teplota v rozrahu 105 – 134°C
- pamäť na minimálne 80 cyklov
- možnosť nastavenia a udržania teploty pre agarové pôdy 100°C
- možnosť manuálneho naplnenia komory v prípade odstávky prívodu vody
- umiestnenie displeja a elektroniky mimo dosahu unikajúcej zbytkovej pary po otvorení autoklávu,
- aktívny filter pár na výstupe
- vysokokvalitná nerezová sterilizačná komora
- integrovaný parný vyvíjač
- kondenzácia pary na výstupe
- aktívne chladenie pri kvapalinových programoch
- možnosť manuálneho naplnenia komory v prípade odstávky prívodu vody
- nízka čakacia doba medzi cyklami
- zabudovaná tlačiareň pre možnosť tlačenia priebehov a výsledku sterilizačných cyklov.
- Minimálne dve nezávislé teplotné sondy, s možnosťou pripojenia viac sond a tlakových spínačov.
- Bezpečnostné prvky zabezpečujúce ochranu obsluhujúceho personálu – automatický systém zatvárania dverí, blokovanie dverí tlak/ teplota; hladinový detektor vody, bezpečnostný teplotný termostat, pretlakový ventil, kontrola otvorenia a zatvorenia dverí
- Akustická a vizuálna signalizácia alarmových stavov (otvorenie dverí, prekročenie/pokles teploty/tlaku, nízka hladina vody)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- Súčasťou dodávky sa požaduje systém na úpravu vody (tlaková patróna) s konduktometrom
- Súčasťou dodávky sa požaduje drôtený kôš s plným dnom a 2 ks plných cenlonereových košov pre potreby deštrukcie materiálu
- Podmienky sterilizácie podľa normy DIN, ISO,

Celok č. 1.2. Uskladnenie vzoriek Covid-19

Laboratórna mraznička – 3 ks

- Laboratórna mraznička s objemom min. 300 litrov s teplotným rozsahom min. -5 až -25 °C.
- Súčasťou dodávky sa požaduje 8 vysúvateľných zásuviek so šírkou min. 420 mm.
- Súčasťou dodávky sa požadujú 3 nerezové perforované police so šírkou min. 300 mm
- Nezávislý teplotný regulačný systém.
- Automatický rozmrazovací systém pre odparenie zamrznutej vody
- Požaduje sa nútená cirkulácia vzduchu.
- Možnosť nastavenia teplotných alarmov.
- Záznam alarmov.
- Funkcia kalibrácie teplôt
- Súčasťou dodávky sa požaduje nožný pedál na otváranie dverí

Laboratórna chladnička – 3 ks

- Laboratórna chladnička s objemom min. 300 litrov s teplotným rozsahom min. +2 až +20 °C.
- Súčasťou dodávky sa požaduje 8 vysúvateľných zásuviek so šírkou min. 420 mm.
- Súčasťou dodávky sa požadujú 3 nerezové perforované police so šírkou min. 300 mm
- Zásuvky sú určené na skladovanie chemikálií a kitov potrebné pre PCR analýzy.
- Nezávislý teplotný regulačný systém
- Automatický rozmrazovací systém pre odparenie zamrznutej vody
- Požaduje sa nútená cirkulácia vzduchu.
- Možnosť nastavenia teplotných alarmov.
- Záznam alarmov.
- Funkcia kalibrácie teplôt
- Súčasťou dodávky sa požaduje nožný pedál na otváranie dverí

Laboratórny hlbokomraziaci box – 2 ks

- laboratórny hlbokomraziaci box skriňového prevedenia s objemom min. 500 litrov (vertikálny)
- Mikroprocesorové ovládanie s digitálnym displejom pre zobrazenie prevádzkových parametrov
- Nastaviteľný rozsah prevádzkových teplôt min. -50 až -86°C
- Rozptyl teplôt max $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$
- Garantovaná teplota pre dlhodobé skladovanie
- Požaduje sa 2 kompresorový systém, kde v prípade výpadku jedného, druhý vie udržiavať systém na - 70 °C
- V prípade výpadku energie musí systém udržať teplotu -60 °C na min. 2 hodiny
- 4 ukladacie samostatné priestory s 2 vnútornými izolačnými dvierkami
- Nosnosť police min. 40 kg
- Box sa požaduje byť vybavený nerezovými zásobníkmi na uskladnenie vzoriek v 1,5 až 2 ml skúmavkách

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- Automatický cyklus odmrazovania
- Uzamykací, indikácia otvorených dverí,
- Akustická a vizuálna signalizácia alarmov pri výpadku energie, poruchy snímačej sondy, pri otvorených dverách, kompresora
- Kolieska, brzdy

Celok č. 1.3 - Vzorky Covid-19 - sekvenácia

Sekvenátor (MiniSeq)

- Nízkokapacitný sekvenátor novej generácie (NGS) so schopnosťou rýchleho sekvenovania malých genómov alebo menšieho počtu génov, využiteľný pre molekulárno-genetickú diagnostiku.
- Prístroj umožňuje 2 typy sekvenačných behov (tzv. high- a mid-output), čím znižuje prevádzkové náklady pri nižšom počte vzoriek (nie je nutné čakať až do úplného naplnenia kapacity prístroja).
- Technické parametre, funkcie:
 - Kompaktný nízkokapacitný stolný sekvenátor založený na technológii masívneho paralelného sekvenovania, ktorý umožňuje detekovať rozne vzácne varianty a transkripty s vyššou citlivosťou v porovnaní s qPCR alebo Sangerovým sekvenovaním
 - Sekvenovanie pomocou SBS technológie (sequencing by synthesis), ktorá detekuje fluorescenciu odštepenej značky reverzibilného terminátoru
 - Prístroj využiteľný pre množstvo aplikácií: sekvenovanie malých genómov, ciele resekvenovanie, profilovanie génovej expresie a množstvo ďalších
 - V rámci jedného prístroja je požadovaná integrovaná klonálna amplifikácia (tvorba sekvenačných klastrov) a vlastné sekvenovanie
 - Prístroj umožňujúci čítanie z oboch strán, tzv. „pair-end“
 - Kapacita prečítaných báz v jednom sekvenačnom behu je minimálne 7 Gb
 - Dĺžka sekvenačného čítania s maximom 2 x 150 bp, možnosť sekvenácie kratších fragmentov
 - Kvalita sekvenovania na hladine Q30 – viac ako 80 % báz (pri dĺžke čítania: 2 x 150 bp)
 - Je požadované, aby vnútorný počítač sekvenátoru používal operačný systém Windows
- Súčasťou dodávky sa požaduje autorizovaná servisná podpora v trvaní 5 rokov
- Záruka: 12 mesiacov
- Pozáručný servis: 483 mesiacov

Celok č.1.4 - Základné, pomocné laboratórne prístroje

RT-Termocyklér – 2 ks

- Modulárny systém s možnosťou jednoduchej výmeny reakčných blokov
- PCR blok – Peltier fast blok s vyhrievaným vekom, kapacita 96 vzoriek
- Otvorený systém pre používané plasty a reagencie – možnosť používať platničku alebo samostatné stripy s vrchnáčikmi
- Vyhrievané veko
- Celkový teplotný rozsah v rozmedzí 0-100°C s možnosťou chladenia po skončení analýzy
- Podporovaný objem v rozmedzí 5-50 ul
- Termálny gradient s možnosťou optimalizácie protokolu – rozpätie 30-100°C
- Rýchlosť zahrievania a chladenia termobloku v rozmedzí 3-5°C/sek

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- Možnosť multiplexného merania, prostredníctvom minimálne piatich nezávislých optických kanálov
- Samostatný optický kanál pre FRET technológiu
- Excitačné rozmedzie: minimálne 450-680nm prostredníctvom 6 filtrovaných LED diód
- Detekčné rozmedzie: minimálne 515-730nm prostredníctvom 6 filtrovaných fotodiód
- Detekčný limit – 1 kópia cieľovej sekvencie v ľudskej genomickej DNA
- Dynamický rozsah 10 rádov
- Zariadenie musí mať integrovaný softvér na záznam a úschovu dát.
- Zariadenie musí umožňovať ukladanie dát na pamäťový chip v prístroji
- Možnosť ovládania a programovania cez dotykovú obrazovku prístroja
- Súčasťou zariadenia musí byť aj obslužný notebook s vyhodnocovacím softvérom s neobmedzeným množstvom inštalácií
- Obslužný softvér zariadenia musí poskytovať automatický algoritmus pre korekciu optimalizovanej základnej krivky pre každú jamku a farbičku, automatickú relatívnu kvantifikačnú analýzu génovej expresie a možnosť exportu dát priamo do .ppt, .bmp, .text, .dlz a .DDX formátov.

Termocyklér – 2 ks

- Požaduje sa termocyklér s 96 jamkovým deepwell blokom
- Možnosť používať samostatné PCR skúmavky, stripy alebo 96-jamkové platničky, je schopný pojať PCR doštičky, jednotlivé skúmavky s objemom 96 x 0,2 ml a 48 x 0,5 ml
- Nastaviteľná teplota veka
- Modulárny systém s možnosťou jednoduchej výmeny reakčných blokov
- Celkový teplotný rozsah v rozmedzí 0-100°C s možnosťou chladenia po skončení analýzy
- PCRprístroj s presnosťou teploty 0,2 stupňa a tepelnou rovnomernosťou 0,4 stupňa
- Systém musí byť osadený grafickým dotykovým displejom umožňujúcim jednoduché programovanie protokolov
- Systém musí umožňovať vykonávať teplotný gradient pokrývajúci najmenej 23 stupňov v jednom cykle
- Rýchlosť zahrievania a chladenia termobloku v rozmedzí 3-5°C/sek
- Zariadenie musí byť kompatibilné s existujúcim zariadením ddPCR QX200"

Laminárny box triedy bezpečnosti II. so stojanom pre prácu v sede

- Mikrobiologický box triedy II. podľa normy EN12469 s vertikálnym laminárnym prúdením vzduchu, zabezpečujúci ochranu produktu pred časticovou i bakteriálnou kontamináciou a súčasne požadovanú ochranu pracovníka
- Pracovná plocha min. 50 x 110 cm
- Vnútoraná výška pracovného priestoru min. 650 mm
- Motorizovaný posuv čelného netrieštivého skla
- Vnútorné osvetlenie s výkonom min. 800 lx
- min. 2 elektrické zásuvky na 220 V v pracovnom priestore
- Nastavenie reálneho času s dátumom
- UV svetlo s časovačom
- Pracovný priestor z nerezovej oceli

Sada jednokanálových elektronických pipiet

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- Sada 5 ergonomických jednokanálových pipiet s nastaviteľným objemom, plne autoklárovateľných
- Bezpečnostný uzáver nastaveného objemu
- Nastaviteľné objemy pipiet s rozsahmi : 0,5 – 10 ul, 2 – 20 ul, 40 – 200ul, 50 – 1000 ul a 250 – 5000 ul
- Súčasťou každej pipety sa požaduje kalibračný certifikát
- Presnosť dávkovania max 1 % celkového objemu pipety a správnosť dávkovania max. 0,5 % celkového objemu pipety

Sada osemkanálových elektronických pipiet

- Sada 4 ergonomických osemkanálových pipiet s nastaviteľným objemom, plne autoklárovateľných
- Bezpečnostný uzáver nastaveného objemu
- Nastaviteľné objemy pipiet s rozsahmi : 0,5 – 10 ul, 1-20 ul, 10 – 200 ul a 15 – 300 ul
- Súčasťou každej pipety sa požaduje kalibračný certifikát
- Presnosť dávkovania max 1 % celkového objemu pipety a správnosť dávkovania max. 0,5 % celkového objemu pipety

Multikroková pipeta

- Jednokanálová, so stojanom a nabíjacou stanicou / adaptérom
- Nastaviteľný objem pipety s rozsahom 1µl - 50 ml, displej
- Zobrazenie krokovania
- Automatické rozpoznanie špičiek a zobrazenie objemu
- Automatické vyhadzovanie špičiek
- Integrovaná funkcia šetrenia energie
- Nastavenie rýchlosti aspirácie a dávkovania
- Pipetovacie špičky
- Funkcia dotykového displeja
- Možnosť uloženia min 3. programov pipetovania
- Funkcia oznamovania blížiacej sa nutnosti kalibrácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

ČASŤ D. Obchodné podmienky

Úspešný uchádzač predloží na uzavretie *Zmluvy* textovo totožné s návrhom, ktorý predložil v ponuke. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk podľa § 56 ZVO

1. Verejný obstarávateľ predkladá Časti D Návrh *Zmluvy*, do ktorého uchádzač doplní svoje návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených na vyhodnotenie ponúk, vrátane svojich identifikačných údajov – **vyznačené červene**. V tomto dokumente s časťou obchodných podmienok na dodávku tovaru sa uvedie zoznam príloh, ktoré tvoria zmluvnú dokumentáciu a budú nedeliteľnou časťou uzatvorenej zmluvy. Všetky dokumenty tvoriace zmluvnú dokumentáciu sa považujú za navzájom vysvetľujúce zmluvné dokumenty a v prípade ich nejednoznačnosti alebo odchýlky sa uplatňujú v takom poradí, v akom budú uvedené v zmluve teda v poradí určujúcim ich dôležitosť z hľadiska ich významu vo vzťahu k uzavretej zmluve.
2. Návrh zmluvy uchádzača musí zachovať všetky podmienky a stanovenú štruktúru. Text návrhu zmluvy vrátane jej príloh nesmie obsahovať doplnené obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti a nesmie sa zmeniť podstatným spôsobom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, so súťažnými podkladmi, ako aj s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
3. Vyplnený návrh zmlúv vrátane príloh, ktorý musí byť plne v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch, musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. Zmluvu s prílohami musí uchádzač akceptovať. Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude kontrolované napr. výpisom z obchodného, resp. živnostenského registra alebo iným relevantným dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca zmluvu je oprávnená k tomuto úkonu.
4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

Príloha č. 5 SP

Kúpna zmluva - návrh

**uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
ďalej len („Zmluva“)**

Čl. I Zmluvné strany

1.1 Kupujúci: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice
Štatutárny zástupca: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD, MPH
regionálny hygienik
IČO: 00606723
DIČ: 202092852
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0013 4588
(ďalej len „kupujúci“)

a

1.2 Predávajúci:
sídlo:
zastúpený:
Tel./mail:
IČO:
DIČ:
IBAN:
BIC:
Spoločnosť je zaregistrovaná :
(ďalej len „predávajúci“)

Článok I. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu prístrojové vybavenie s príslušenstvom - a odplatne previesť vlastnícke právo k hnutelným veciam, špecifikovaným v prílohe č. 1 Zmluvy „Špecifikácia predmetu kúpy“, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej len „predmet kúpy“) a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za predmet kúpy na základe uskutočneného verejného obstarávania.
2. Dodávateľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania zákazky vedeného pod spisovým číslom A/2021/04767 podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
3. Kupujúci v rámci dodania predmetu kúpy požaduje vykonať inštaláciu v mieste dodania, zaškolenie obsluhujúceho personálu, ako aj dodanie súvisiacich služieb - preprava zariadenia a príslušenstva podľa technickej špecifikácie.
4. Kupujúci bude predmet kúpy využívať na plnenie svojich úloh na účely, na ktoré bol zriadený.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

5. Predávajúci sa spolu s tovarom zaväzuje odovzdať aj doklady a dokumenty, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, vyhlásenie o zhode, inštalčný protokol a dodací list.

Článok II. Čas, miesto a spôsob plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať a odovzdať celý predmet kúpy kupujúcemu v lehote do 2 mesiacov do miesta plnenia a užívania tovaru podľa bodu 3 na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia, ako aj manuálnej dokumentácie pre zaškolenie pracovníkov kupujúceho.

2. V súvislosti so zaškolením personálu obsluhy predmetu kúpy sa Kupujúci zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu riadnu súčinnosť, predovšetkým zabezpečiť vhodný priestor/priestory pre realizáciu školenia v sídle Kupujúceho a účasť príslušných zamestnancov, pre ktorých sa školenie uskutočňuje. Za týmto účelom sú Zmluvné strany povinné vzájomne sa dohodnúť na termíne uskutočnenia školenia.

3. Miesto predmetu plnenia inštalácie/dodania (podľa požiadaviek v prílohe č. 1 „Špecifikácia predmetu kúpy“ tejto Zmluvy):

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1
040 01 Košice , pracovisko na adrese: Košice, Senný trh 4

4. Pri odovzdaní predmetu kúpy má kupujúci právo prezrieť si a vyskúšať predmet kúpy pred jeho prevzatím.

5. Predmet kúpy sa považuje za prevzatý podpísaním dodacieho listu kupujúcim, v ktorom sa uvedie súpis tovaru vo forme položiek, jeho množstvo, termín zaškolenia zamestnancov, dátum prevzatia, meno a podpis osoby oprávnenej v zastúpení kupujúceho na vecné a obchodné rokovania alebo osoby písomne poverenej osobou oprávnenou na vecné a obchodné rokovania za kupujúceho.

6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy ihneď po prevzatí predmetu kúpy a podpísaní dodacieho listu, na základe čoho prechádza na neho aj nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.

7. Predávajúci je povinný dodať plnenie bez závad do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia písomných pripomienok, kvôli ktorým kupujúci predmet kúpy alebo jeho časť neprevzal.

8. Ak kupujúci zistí, že v registri partnerov verejného sektora nie je zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 (tridsať) dní, bezodkladne informuje predávajúceho, že nenastane plnenie zo Zmluvy.

Článok III. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena za predmet kúpy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Celková cena predmetu kúpy je:

a) Pre platcu DPH

Cena bez DPH	:	EUR
Výška DPH	:	v %
Výška DPH	:	EUR
Cena s DPH	:	EUR, slovom: EUR

b) Pre neplatcu DPH

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

Cena celkom : EUR, slovom: EUR

2. Cena podľa odseku 1 tohto článku obsahuje všetky náklady spojené s dodaním, namontovaním na mieste účelu, vrátane súvisiacich montážnych úprav priestorov odovzdaním, prvotným metrologickým overením, odskúšaním, predvedením zaškolením zamestnancov na správne používanie predmetu kúpy v mieste plnenia zmluvy.
3. Kúpna cena podľa tejto zmluvy je konečná a jej zmena nie je prípustná. Predávajúci môže dohodnutú cenu meniť len so súhlasom kupujúceho a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.
4. Právo na zaplatenie kúpnej ceny alebo jej príslušnej časti vznikne predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy alebo jeho časti kupujúcim na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
5. Predávajúci je povinný faktúru doručiť do podateľne v sídle kupujúceho v lehote 15 (pätnásť) dní po vzniku práva na zaplatenie.
6. Dodávateľ vystaví faktúru za dodávku tovaru do 5 pracovných dní odo dňa jeho riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný.
7. Faktúra je splatná 30 (tridsať) dní od doručenia do sídla kupujúceho. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je podpísaný dodací list s prílohami.
8. Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou predávajúcemu na prepracovanie. Predávajúci vyhotoví novú faktúru, ktorej plynie nová 30 (tridsať) dňová lehota splatnosti od jej doručenia kupujúcemu.
9. Postúpenie pohľadávok podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho sa zakazuje. Postúpenie pohľadávky v rozpore s predchádzajúcou vetou, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. Súhlas Kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

Článok IV.

Vyhlasenia predávajúceho

1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu kúpy, že na predmete kúpy neviazu žiadne dlhy a záložné práva a nie sú mu známe ani iné práva v prospech tretích osôb, a to ani čiastočné, ktoré by obmedzovali dispozičné právo predávajúceho s predmetom kúpy a tieto sú spôsobilé na riadne užívanie za účelom ich podstaty.
2. Predmet kúpy nie je v súčasnej dobe predmetom súdneho sporu, ktorý by mohol viesť k spochybneniu vlastníckeho práva predávajúceho k predmetu kúpy.
3. Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by tretia osoba mala alebo uplatňovala voči nemu vlastnícke právo alebo iné právo obmedzujúce jeho nakladanie s predmetom kúpy. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy po zaplatení aj v prípade, ak sa neskôr preukáže, že predávajúci nebol vlastníkom predmetu kúpy (§ 446 Obchodného zákonníka).
4. Predávajúci má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, ak sú splnené podmienky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“). O tejto skutočnosti podá kupujúcemu dôkaz bezodkladne, najneskôr však v lehote 7 pracovných dní po uzavretí zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti podľa § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní bude mať za následok odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho.
5. V prípade, že predávajúcemu vznikne povinnosť na zápis do registra partnerov verejného sektora po podpise Zmluvy, je povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní.
6. V prípade, ak dôjde k zmene zmluvy podľa § 18 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, povinnosti vyplývajúce z odseku 4 tohto článku sa vzťahujú aj na nového predávajúceho.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

7. Predávajúci sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne dodanie predmetu zmluvy.
8. V prípade, ak predávajúci poskytne predmet kúpy Zmluvy subdodávateľmi, je povinný na požiadanie kupujúceho predložiť všetky zmluvy uzatvorené so subdodávateľmi týkajúce sa predmetu tejto zmluvy.
9. V prípade, ak sa zistí, že akékoľvek z vyhlásení uvedených vyššie v tomto článku Zmluvy alebo iné vyhlásenia predávajúceho uvedené v Zmluve nie sú pravdivé, je kupujúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Článok V.

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a pozáručný servis

1. Predmet kúpy má vady, ak nezodpovedá množstvu a vyhotoveniu podľa Zmluvy a akosti podľa účelu, ktorému má slúžiť.
2. Odovzdaný (dodaný) predmet kúpy je nový a nepoužitý a nie je zaťažovaný právom tretej osoby.
3. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť na predmet kúpy záruku v trvaní vyznačenom v záručnom liste, ktorý sa vzťahuje na tovar, čo činí 24 mesiacov od dodania. Počas doby trvania záruky bude mať tovar vlastnosti stanovené výrobcom a bude spôsobilý na použitie podľa povahy a účelu, ktorému má slúžiť.
4. V prípade, ak má tovar vady, je kupujúci povinný tieto vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 5 (päť) pracovných dní od ich zistenia v rámci záručnej doby písomne uplatniť u predávajúceho. Oznámenie musí obsahovať špecifikovanie vady, dátum a podpis. Kupujúci je povinný po riadnom odstránení vady podpísať zápisnicu o vykonaní opravy.
5. V dobe podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy bude predávajúci odstraňovať všetky vady predmetu kúpy, na ktoré sa vzťahuje záruka, najneskôr do 14 (štrnásť) dní v prípade, že nie je potrebné využitie náhradných dielov, alebo v primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami po písomnom uplatnení kupujúcim na vlastné náklady.
6. Kupujúci oznámi predávajúcemu vadu po tom, ako ju zistil bez zbytočného odkladu podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, najneskôr však v lehote 5 (päť) pracovných dní od zistenia písomnou formou. Oznámenie musí obsahovať špecifikovanie vady, dátum a podpis osoby oprávnenej na vecné a obchodné rokovania za kupujúceho alebo osoby písomne poverenej osobou oprávnenou na vecné a obchodné rokovania za kupujúceho
7. Záruka sa nevzťahuje na:
 - a) mechanické poškodenie spôsobené neodbornou manipuláciou kupujúceho alebo tretej osoby,
 - b) poškodenie spôsobené nevhodnými prevádzkovými podmienkami kupujúceho alebo tretej osoby,
 - c) poškodenie zavinené živelnou (vonkajšou) udalosťou, ktorú nespôsobil predávajúci, ani osoby, s ktorých pomocou plnil svoj záväzok, alebo
 - d) poškodenie vzniknuté iným spôsobom používania ako je uvedené v návode na obsluhu.
8. Pre všetky opravené alebo vymenené časti predmetu kúpy začne plynúť nová záručná doba podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy odo dňa podpisu zápisnice o vykonaní opravy.

Článok VI.

Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania predávajúceho s plnením si svojich povinností uvedených v článku I. odseku 1 tejto Zmluvy sa vzťahuje na neho zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z ceny predmetu kúpy za každý začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania predávajúceho s plnením povinností uvedených v článku IV. odseku 4 a 5 tejto Zmluvy, vzťahuje sa na neho zmluvná pokuta vo výške 5.000,00 Eur alebo 0,05 % z ceny predmetu kúpy za každý začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry podľa článku III. sa na neho vzťahuje zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

4. Zmluvné pokuty sú splatné 30 (tridsiatym) dňom odo dňa, kedy malo dôjsť k splneniu povinnosti, na porušenie ktorej sa vzťahuje zmluvná pokuta. Ustanovenia článku III. sa pre fakturáciu zmluvnej pokuty použijú primerane.
5. Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa vzťahuje zmluvná pokuta týmto nie sú dotknuté. Poškodená strana je oprávnená požadovať zaplatenie náhrady škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta je limitovaná výškou 10% z ceny predmetu kúpy nedodanej časti.

Článok VII. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak je Predávajúci v omeškaní s dodaním a odovzdaním predmetu kúpy najmenej 10 (desať) dní odo dňa, kedy najneskôr mal podľa článku II. odseku 1 Zmluvy predmet kúpy dodať a odovzdať.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, alebo v prípade ak organizácii ako verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany ich poskytovateľa.
3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak predávajúcemu vznikne povinnosť podľa článku IV. odseku 5 Zmluvy a túto nevykoná v lehote 30 (tridsať) dní od doručenia oznámenia podľa lehoty ustanovenej v článku IV. odseku 5 Zmluvy.
4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. alebo ak zistí, že došlo k porušeniu zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia, alebo ak v registri partnerov verejného sektora nie je oprávnená osoba zapísaná dlhšie ako 30 (tridsať) dní.
5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením faktúry podľa článku III. najmenej 30 (tridsať) dní. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho náhradu škody do výšky preukázateľne vynaložených nákladov na realizáciu zmluvy.
6. Ak vznikne kupujúcemu právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. má zároveň nárok na vyplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny plnenia nedodanej časti.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).
2. Ak sa niektorá časť Zmluvy stane neplatnou, nerobí táto skutočnosť neplatnou celú zmluvu. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade vynaložia maximálne úsilie na konvalidáciu neplatnej časti Zmluvy.
3. Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu svojich identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy k tejto zmene došlo.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
5. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.
6. Akékoľvek zmeny a dodatky k Zmluve je možné uskutočniť len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a vo forme písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre predávajúceho a tri rovnopisy pre kupujúceho.

Prílohy ku Kúpnej zmluve:

1. Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu kúpy

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

V Košiciach dňa

V dňa

.....
MUDr. Zuzana Dietzová, PhD, MPH
regionálny hygienik

.....

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

Príloha č. 1 KZ

Špecifikácia predmetu kúpy

Celok č.1.1 - Odpadové vody- spracovanie a NGS a digitálna PCR

Automated Droplet Generator (Automatizovaný generátor mikrokvapiiek a pipetora)

- Požaduje sa systém na automatickú prípravu dropletov pre potreby ddPCR
- Systém musí umožňovať spracovanie vzoriek v rozsahu 8 – 96 vzoriek v jednom behu
- Spracovanie 96 vzoriek v priebehu max. 50 minút
- Systém musí byť osadený HEPA filtrom, znižujúcim možnosť kontaminácie
- Systém musí viesť upozorňovať na dostatok spotrebného materiálu a chemikálii pred spustením behu
- Vykoná rozdelenie každej vzorky na najmenej 19 000 dropletov
- Veľkosť mikrokvapiiek do max. 1 nl"

Reader (Čítacie zariadenie na detekciu mikrokvapiiek)

- Kapacita odčítania 1 - 96 vzoriek s platformou PCR platničky
- Fluorescenčný detektor min. 2 - kanálový (FAM/ Eva Green a VIC/HEX)
- Absolútna kvantifikáciu počtu kópií DNA a RNA
- Systém musí umožňovať priamo kvantifikáciu RNA s použitím chémie na jednokrokovú reverznú transkripciu
- Systém musí umožňovať multiplexnú analýzu na jednom optickom kanáli, ako pre hydrolyzačné TaqMan próby tak aj pre interkalačné farbičky
- Schopnosť detekcie hydrolyzačných TaqMan prób ako aj interkalačných farbičiek
- Presnosť odčítania min. $\pm 10\%$
- Systém musí umožňovať kvantifikáciu DNA a RNA v lineárnom dynamickom rozsahu min. 5 rádov
- Systém musí byť schopný využitia min. 70 % vzorky
- Zdroj emitujúceho žiarenia LED diódy
- Detekciu variácií počtu kópií
- Detekciu vzácných sa vyskytujúcich sekvencií
- Detekciu vzácných mutácií
- Analýzu génovej expresie
- Analýzu miRNA
- Kvantifikáciu vzoriek a kontrola kvality knižníc pre sekvenovanie novej generácie (NGS)
- Rozpoznávanie GMO

Automatický zatavovač vzoriek

- automatický zatavovač platničiek s nastaviteľným rozsahom teplôt min. 100 – 190°C
- nastaviteľný rozsah doby zatavovania min. 0,5 – 10 sekúnd

Fluorometer

- Fluorometer na meranie koncentrácie DNA, RNA alebo proteínov
- Meranie vzorky max 5 sekúnd
- Použitie menej ako 4 ul vzorky
- Možnosť prenosu nameraných údajov cez Wi-Fi alebo USB

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- Pamäť na min. 100 výsledkov
- Zabudovaný prepočet na množstvo farbičky alebo pufru v závislosti od množstva vzoriek

Kapilárna elektroforéza:

- Plne automatizovaná a vysoko citlivá kapilárna elektroforéza s vysokým rozlíšením až 96 vzoriek v jednom cykle bez manuálneho zásahu
- Predprogramované metódy v kombinácii so zodpovedajúcimi gélovými kazetami umožňujú separáciu a analýzu rôznych nukleových kyselín - vrátane jedného alebo viacerých fragmentov PCR, DNA štiepanej reštrikčnými endonukleázami, celkovej RNA a cRNA.
- Rýchly automatický systém pre kapilárnu elektroforézu - analýza DNA aj RNA
- Vráťane notebooku s ovládacím softvérom
- Počet analyzovaných vzoriek: 1 – 96
- Vysoké rozlíšenie analýzy nukleových kyselín - 3-5 bp
- Spoľahlivé výsledky pri použití 1 µl vzorky o koncentrácii 0,1 ng/µl
- Štandardizované spracovanie vzorky s možnosťou archivácie výsledkov
- Príslušenstvo s dusíkovými bombičkami
- Vráťane štartovacieho príslušenstva
- Stojan a kryt na kartridže a 6 ks N2 cylindrov

Veľkokapacitná trepačka s chladením

- Trepačka s chladením pre prácu s rozličnými nádobami so zabudovanou UV germicídnu lampou pre prácu v teplotnom rozsahu od 10°C – 80 °C
- Konzolový typ trepačky/inkubátora s pohonom cez trojitý vyvážený excenter – musí umožňovať veľkú kapacitu trepania vo bankách objemu až 6 L
- Nepretržitý režim alebo viacstupňové programovanie
- Rovnomernosť teploty v celom priestore max. 0,3 °C pri 37 °C
- Programovateľné ovládanie umožňujúce automatickú zmenu teploty, rýchlosti v načasovaných intervaloch
- Možnosť uloženia min. 2 programov s min. 10 krokmi
- Zhora namontované ovládanie a displej – pre ľahké, ergonomické pozorovanie a nastavenie
- Nožný pedál s ľahko otvárateľným vekom – poskytuje otváranie/zatváranie dverí bez zapojenia rúk a prístup ku vzorkám bez námahy
- Zabudovaná miska na úniky zachytáva náhodné úniky na čistenie a ochranu pohonného mechanizmu.
- Súčasťou dodávky sa požaduje univerzálna platforma na uchytenie rozličný typov nádob
- Súčasťou dodávky sa požadujú 4 držiaky na deliace lieviky s objemom 1000 ml

Vysokootáčková veľkoobjemová centrifúga

- Vysokootáčková centrifúga s chladením pre centrifugácie vzoriek, s celkovým možným objemom minimálne 3000 ml (min. 4x750ml)
- Možnosť regulácie teploty v rozsahu min. – 20°C - +40°C, s funkciou predchladenia komory
- Pamäť na uloženie min. 20 programov
- Možnosť prepínania medzi rpm a rcf
- Možnosť nastavenia min. 10 nábehových a brzdných rámp
- Možnosť nastavenia centrifugačného času min. v rozsahu 30 s – 90 min

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- Možnosť dosiahnutia min. 5400 g s požadovaným výkyvným rotorom a min. 13 100 g s požadovaným uhlovým rotorom
- Súčasťou dodávky sa požaduje výkyvný rotor so závesmi a adaptérmí pre centrifugáciu 750 ml centrifugačných fľaš
- Súčasťou dodávky sa požaduje uhlový rotor s adaptérmí pre centrifugáciu 15ml a 50 ml skúmaviek s okrúhlym aj kónickým dnom a centrifugačných fľaš s objemom 250 ml
- Súčasťou dodávky sa požaduje 24 centrifugačných fľaš 750 aj 250 ml, materiál PPCO

Vortex – 3 ks

- Vortex s orbitom min. 4 mm s rozsahom rýchlosti min. 500 – 2500 rpm
- Možnosť vortexovania skúmaviek s objemami v rozsahu 0,2 – 50 ml
- možnosť nepretržitého miešania ako aj impluzné miešanie

Trepačka na platničky

- Trepačka s nastaviteľným rozsahom trepania v rozsahu min 500 – 3000 rpm
- digitálne nastavenie časovača v rozsahu 15 s – 55 min s možnosťou pulzného trepania
- orbit miešania min. 2 mm
- Možnosť používania prístroja aj v chladiacich prístrojoch pri teplotách od 4°C – 15°C
- Súčasťou dodávky sa požaduje platforma na 96-jamkové mikrotitračné platničky
- Súčasťou dodávky sa požaduje platforma na min. 20 skúmaviek s objemom 1,5 – 2ml
- Súčasťou dodávky sa požaduje platforma na min. 20 skúmaviek s objemom 0,5 alebo 40 skúmaviek s objemom 0,2 ml

Magnetický stojan – 2 ks

- Magnetický stojan pre potreby prípravy vzoriek pre RT-PCR a NGS umožňujúci spracovanie 96 jamkovej platničky
- Musí obsahovať min. 24 magnetov umožňujúcich rýchlu a jednoduchú magnetickú separáciu
- Možnosť práce na pracovnom stole alebo umiestnenia do robotickej stanice

Chladený inkubátor

- objem min 100 litrov,
- min. vnútorné rozmery š x v x h – 600 x 400 x 300mm,
- požadujú sa min 2 ks políc
- min. teplotné rozhranie od 10 do 90°C,
- fluktuácie teploty +/-0,1 K,
- nastaviteľný ventilátor
- elektrické chladenie pomocou peltierovho článku,
- programovanie v reálnom čase
- LCD displej,
- vnútorné sklenené (bezpečnostné tvrdené sklo) dvere,
- USB a Ethernet rozhranie

Vertikálny autokláv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- Vertikálny parný autokláv kompaktný plno automatizovaný systém vhodný na sterilizáciu inštrumentov, pôd plastov, roztokov a deštrukciu a dekontamináciu realizovanú vlhkým horúcim vzduchom za zvýšeného tlaku..
- Objem komory min. 120 l
- pracovná teplota v rozrahu 105 – 134°C
- pamäť na minimálne 80 cyklov
- možnosť nastavenia a udržiavania teploty pre agarové pôdy 100°C
- možnosť manuálneho naplnenia komory v prípade odstávky prívodu vody
- umiestnenie displeja a elektroniky mimo dosahu unikajúcej zbytkovej pary po otvorení autoklávu,
- aktívny filter pár na výstupe
- vysokokvalitná nerezová sterilizačná komora
- integrovaný parný vyvíjač
- kondenzácia pary na výstupe
- aktívne chladenie pri kvapalinových programoch
- možnosť manuálneho naplnenia komory v prípade odstávky prívodu vody
- nízka čakacia doba medzi cyklami
- zabudovaná tlačiareň pre možnosť tlačenia priebehov a výsledku sterilizačných cyklov.
- Minimálne dve nezávislé teplotné sondy, s možnosťou pripojenia viac sond a tlakových spínačov.
- Bezpečnostné prvky zabezpečujúce ochranu obsluhujúceho personálu – automatický systém zatvárania dverí, blokovanie dverí tlak/ teplota; hladinový detektor vody, bezpečnostný teplotný termostat, pretlakový ventil, kontrola otvorenia a zatvorenia dverí
- Akustická a vizuálna signalizácia alarmových stavov (otvorenie dverí, prekročenie/pokles teploty/tlaku, nízka hladina vody
- Súčasťou dodávky sa požaduje systém na úpravu vody (tlaková patróna) s konduktometrom
- Súčasťou dodávky sa požaduje drôtený kôš s plným dnom a 2 ks plných cenlonereových košov pre potreby deštrukcie materiálu
- Podmienky sterilizácie podľa normy DIN, ISO,

Celok č. 1.2. Uskladnenie vzoriek Covid-19

Laboratórna mraznička – 3 ks

- Laboratórna mraznička s objemom min. 300 litrov s teplotným rozsahom min. -5 až -25 °C.
- Súčasťou dodávky sa požaduje 8 vysúvateľných zásuviek so šírkou min. 420 mm.
- Súčasťou dodávky sa požadujú 3 nerezové perforované police so šírkou min. 300 mm
- Nezávislý teplotný regulačný systém.
- Automatický rozmrazovací systém pre odparenie zamrznutej vody
- Požaduje sa nútená cirkulácia vzduchu.
- Možnosť nastavenia teplotných alarmov.
- Záznam alarmov.
- Funkcia kalibrácie teplôt
- Súčasťou dodávky sa požaduje nožný pedál na otváranie dverí

Laboratórna chladnička – 3 ks

- Laboratórna chladnička s objemom min. 300 litrov s teplotným rozsahom min. +2 až +20 °C.
- Súčasťou dodávky sa požaduje 8 vysúvateľných zásuviek so šírkou min. 420 mm.
- Súčasťou dodávky sa požadujú 3 nerezové perforované police so šírkou min. 300 mm

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- Zásuvky sú určené na skladovanie chemikálií a kitov potrebné pre PCR analýzy.
- Nezávislý teplotný regulačný systém
- Automatický rozmrazovací systém pre odparenie zamrznutej vody
- Požaduje sa nútená cirkulácia vzduchu.
- Možnosť nastavenia teplotných alarmov.
- Záznam alarmov.
- Funkcia kalibrácie teplôt
- Súčasťou dodávky sa požaduje nožný pedál na otváranie dverí

Laboratórny hlbokomraziaci box – 2 ks

- laboratórny hlbokomraziaci box skriňového prevedenia s objemom min. 500 litrov (vertikálny)
- Mikroprocesorové ovládanie s digitálnym displejom pre zobrazenie prevádzkových parametrov
- Nastaviteľný rozsah prevádzkových teplôt min. -50 až -86°C
- Rozptyl teplôt max $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$
- Garantovaná teplota pre dlhodobé skladovanie
- Požaduje sa 2 kompresorový systém, kde v prípade výpadku jedného, druhý vie udržiavať systém na -70 °C
- V prípade výpadku energie musí systém udržať teplotu -60 °C na min. 2 hodiny
- 4 ukladacie samostatné priestory s 2 vnútornými izolačnými dvierkami
- Nosnosť police min. 40 kg
- Box sa požaduje byť vybavený nerezovými zásobníkmi na uskladnenie vzoriek v 1,5 až 2 ml skúmavkách
- Automatický cyklus odmrazovania
- Uzamykací, indikácia otvorených dverí,
- Akustická a vizuálna signalizácia alarmov pri výpadku energie, poruchy snímačovej sondy, pri otvorených dverách, kompresora
- Kolieska, brzdy

Celok č. 1.3 - Vzorky Covid-19 - sekvenácia

Sekvenátor (MiniSeq)

- Nízkokapacitný sekvenátor novej generácie (NGS) so schopnosťou rýchleho sekvenovania malých genómov alebo menšieho počtu génov, využitelný pre molekulárno-genetickú diagnostiku.
- Prístroj umožňuje 2 typy sekvenačných behov (tzv. high- a mid-output), čím znižuje prevádzkové náklady pri nižšom počte vzoriek (nie je nutné čakať až do úplného naplnenia kapacity prístroja).
- Technické parametre, funkcie:
 - Kompaktný nízkokapacitný stolný sekvenátor založený na technológii masívneho paralelného sekvenovania, ktorý umožňuje detekovať rozne vzácne varianty a transkripty s vyššou citlivosťou v porovnaní s qPCR alebo Sangerovým sekvenovaním
 - Sekvenovanie pomocou SBS technológie (sequencing by synthesis), ktorá detekuje fluorescenciu odštepenej značky reverzibilného terminátoru
 - Prístroj využiteľný pre množstvo aplikácií: sekvenovanie malých genómov, cielečné resekvenovanie, profilovanie génovej expresie a množstvo ďalších
 - Vránci jedného prístroja je požadovaná integrovaná klonálna amplifikácia (tvorba sekvenačných klastrov) a vlastné sekvenovanie
 - Prístroj umožňujúci čítanie z oboch strán, tzv. „pair-end“

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- Kapacita prečítaných bází v jednom sekvenačnom behu je minimálne 7 Gb
- Dĺžka sekvenačného čítania s maximom 2 x 150 bp, možnosť sekvenácie kratších fragmentov
- Kvalita sekvenovania na hladine Q30 – viac ako 80 % báz (pri dĺžke čítania: 2 x 150 bp)
- Je požadované, aby vnútorný počítač sekvenátoru používal operačný systém Windows
- Súčasťou dodávky sa požaduje autorizovaná servisná podpora v trvaní 5 rokov
- Záruka: 24 mesiacov
- Pozáručný servis: 36 mesiacov

Celok č.1.4 - Základné, pomocné laboratórne prístroje

RT-Termocyklér – 2 ks

- Modulárny systém s možnosťou jednoduchej výmeny reakčných blokov
- PCR blok – Peltier fast blok s vyhrievaným vekom, kapacita 96 vzoriek
- Otvorený systém pre používané plasty a reagencie – možnosť používať platničku alebo samostatné stripy s vrchnáčikmi
- Vyhrievané veko
- Celkový teplotný rozsah v rozmedzí 0-100°C s možnosťou chladenia po skončení analýzy
- Podporovaný objem v rozmedzí 5-50 ul
- Termálny gradient s možnosťou optimalizácie protokolu – rozpätie 30-100°C
- Rýchlosť zahrievania a chladenia termobloku v rozmedzí 3-5°C/sek
- Možnosť multiplexného merania, prostredníctvom minimálne piatich nezávislých optických kanálov
- Samostatný optický kanál pre FRET technológiu
- Excitačné rozmedzie: minimálne 450-680nm prostredníctvom 6 filtrovaných LED diód
- Detekčné rozmedzie: minimálne 515-730nm prostredníctvom 6 filtrovaných fotodiód
- Detekčný limit – 1 kópia cieľovej sekvencie v ľudskej genomickej DNA
- Dynamický rozsah 10 rádov
- Zariadenie musí mať integrovaný softvér na záznam a úschovu dát.
- Zariadenie musí umožňovať ukladanie dát na pamäťový chip v prístroji
- Možnosť ovládania a programovania cez dotykovú obrazovku prístroja
- Súčasťou zariadenia musí byť aj obslužný notebook s vyhodnocovacím softvérom s neobmedzeným množstvom inštalácií
- Obslužný softvér zariadenia musí poskytovať automatický algoritmus pre korekciu optimalizovanej základnej krivky pre každú jamku a farbičku, automatickú relatívnu kvantifikačnú analýzu génovej expresie a možnosť exportu dát priamo do .ppt, .bmp, .text, .dlz a .DDX formátov.

Termocyklér – 2 ks

- Požaduje sa termocyklér s 96 jamkovým deepwell blokom
- Možnosť používať samostatné PCR skúmavky, stripy alebo 96-jamkové platničky, je schopný pojať PCR doštičky, jednotlivé skúmavky s objemom 96 x 0,2 ml a 48 x 0,5 ml
- Nastaviteľná teplota veka
- Modulárny systém s možnosťou jednoduchej výmeny reakčných blokov
- Celkový teplotný rozsah v rozmedzí 0-100°C s možnosťou chladenia po skončení analýzy
- PCRprístroj s presnosťou teploty 0,2 stupňa a tepelnou rovnomernosťou 0,4 stupňa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- Systém musí byť osadený grafickým dotykovým displejom umožňujúcim jednoduché programovanie protokolov
- Systém musí umožňovať vykonávať teplotný gradient pokrývajúci najmenej 23 stupňov v jednom cykle
- Rýchlosť zahrievania a chladenia termobloku v rozmedzí 3-5°C/sek
- Zariadenie musí byť kompatibilné s existujúcim zariadením ddPCR QX200"

Laminárny box triedy bezpečnosti II. so stojanom pre prácu v sede

- Mikrobiologický box triedy II. podľa normy EN12469 s vertikálnym laminárnym prúdením vzduchu, zabezpečujúci ochranu produktu pred časticovou i bakteriálnou kontamináciou a súčasne požadovanú ochranu pracovníka
- Pracovná plocha min. 50 x 110 cm
- Vnútorňá výška pracovného priestoru min. 650 mm
- Motorizovaný posuv čelného netrieštivého skla
- Vnútorňé osvetlenie s výkonom min. 800 lx
- min. 2 elektrické zásuvky na 220 V v pracovnom priestore
- Nastavenie reálneho času s dátumom
- UV svetlo s časovačom
- Pracovný priestor z nerezovej oceli

Sada jednakanálových elektronických pipiet

- Sada 5 ergonomických jednakanálových pipiet s nastaviteľným objemom, plne autoklárovateľných
- Bezpečnostný uzáver nastaveného objemu
- Nastaviteľné objemy pipiet s rozsahmi : 0,5 – 10 ul, 2 – 20 ul, 40 – 200ul, 50 – 1000 ul a 250 – 5000 ul
- Súčasťou každej pipety sa požaduje kalibračný certifikát
- Presnosť dávkovania max 1 % celkového objemu pipety a správnosť dávkovania max. 0,5 % celkového objemu pipety

Sada osemkanálových elektronických pipiet

- Sada 4 ergonomických osemkanálových pipiet s nastaviteľným objemom, plne autoklárovateľných
- Bezpečnostný uzáver nastaveného objemu
- Nastaviteľné objemy pipiet s rozsahmi : 0,5 – 10 ul, 1-20 ul, 10 – 200 ul a 15 – 300 ul
- Súčasťou každej pipety sa požaduje kalibračný certifikát
- Presnosť dávkovania max 1 % celkového objemu pipety a správnosť dávkovania max. 0,5 % celkového objemu pipety

Multikroková pipeta

- Jednakanálová, so stojanom a nabíjacou stanicou / adaptérom
- Nastaviteľný objem pipety s rozsahom 1µl - 50 ml, displej
- Zobrazenie krokovania
- Automatické rozpoznanie špičiek a zobrazenie objemu
- Automatické vyhadzovanie špičiek

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

- Integrovaná funkcia šetrenia energie
- Nastavenie rýchlosti aspirácie a dávkovania
- Pipetovacie špičky
- Funkcia dotykového displeja
- Možnosť uloženia min 3. programov pipetovania
- Funkcia oznamovania blížiacej sa nutnosti kalibrácie

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice**

Č. sp.: A/2021/04767

PRÍLOHA č.1 SP

Názov zákazky: Prístrojové vybavenie – nová testovacia stratégia

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodný názov:

Adresa sídla uchádzača:

IČO:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Mail:

Mobil:

Mail:

Zoznam všetkých predkladaných dokumentov:

V, dňa.....

.....

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice**

Č. sp.: A/2021/04767

PRÍLOHA č. 2 SP

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Verejný obstarávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

Názov zákazky: Prístrojové vybavenie – nová testovacia stratégia

Obchodné meno, sídlo uchádzača, IČO:

.....

.....

Návrh uchádzača na plnenie kritéria:

Názov položky	Cena v € bez DPH	Výška DPH v %	Výška DPH v EUR	Konečná cena v €
celok č.1				
celok č.2				
celok č.3				
celok č.4				
Spolu				

V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, vyplní iba stĺpec Konečná cena v €

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

Ceny podľa celkov a položiek:

Celok č. 1

Názov položky	Cena v € bez DPH	Výška DPH v %	Výška DPH v EUR	Konečná cena v €
Automated Droplet Generator				
Reader				
Automatický zatavovač vzoriek				
Fluorometer				
Kapilárna elektroforéza				
Veľkokapacitná trepačka s chladením				
Vysokootáčková veľkoobjemová centrifúga				
Vortex – 3 ks				
Trepačka na platničky				
Magnetický stojan – 2 ks				
Chladený inkubátor				
Vertikálny autokláv				
Spolu				

Celok č.2

Názov položky	Cena v € bez DPH	Výška DPH v %	Výška DPH v EUR	Konečná cena v €
Laboratórna mraznička – 3 ks				
Laboratórna chladnička – 3 ks				
Laboratórny hlbokomraziaci box – 2 ks				
Spolu				

Celok č.3

Názov položky	Cena v € bez DPH	Výška DPH v %	Výška DPH v EUR	Konečná cena v €
Sekvenátor (MiniSeq)				
Spolu				

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

Č. sp.: A/2021/04767

Celok č.4

Názov položky	Cena v € bez DPH	Výška DPH v %	Výška DPH v EUR	Konečná cena v €
RT-Termocyklér – 2 ks				
Termocyklér – 2 ks				
Laminárny box triedy bezpečnosti II. so stojanom pre prácu v sede				
Sada jednokanálových elektronických pipiet				
Sada osemkanálových elektronických pipiet				
Multikroková pipeta				
Spolu				

V prípade, kde je viac kusov, uchádzač vypíše cenu spolu za všetky kusy.

V dňa

.....

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej
osoby a odtlačok pečiatky

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice**

Č. sp.: A/2021/04767

PRÍLOHA č. 3 SP

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač:.....,
so sídlom:
IČO:

týmto **čestne vyhlasujem, že** súhlasím so všetkými podmienkami na zákazku **Prístrojové vybavenie – nová testovacia stratégia**, určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk, súťažných podkladoch a akceptuje v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v súťažných podkladoch v časti D. Obchodné podmienky Zmluvy o dielo. **Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.**

V, dňa.....

.....
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej
osoby a odtlačok pečiatky

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice**

Č. sp.: A/2021/04767

PRÍLOHA č. 4 SP

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač:.....,
so sídlom:
IČO:

týmto **čestne vyhlasujem, že** všetky dokumenty a údaje uvedené v ponuke na zákazku **Prístrojové vybavenie – nová testovacia stratégia** sú pravdivé a úplné a podpísané štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. **Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.**

V, dňa.....

.....
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej
osoby a odtlačok pečiatky