

Názov predmetu PT pre PHZ:

3D/4D TTR matrixová kardiologická sonda kompatibilná s USG prístrojom Epiq 7C od výrobcu Philips

Položky predmetu PT pre PHZ:

1. Matrixová kardiologická sonda

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
Položka č.1 - Matrixová kardiologická sonda	
1.	Sonda kompatibilná s USG prístrojom Epiq 7C od výrobcu Philips.
2.	Určená pre rutinné 2D a Live 3D zobrazenie.
3.	Počet elementov: min. 3000
4.	Frekvenčný rozsah sondy medzi a vrátane: min. 1 - 5 MHz
5.	Elektronická rotácia obrazu v rozsahu: 0° - 360°
6.	Režimy zobrazenia: 2D, Live 3D, CFM, Live 3D color, 3dD Color Zoom, PW, CW, M-mode, Color M-mode, TDI, TDI-PW