



Všetkým zájemcom

Váš list číslo/zo dňa
02.11.2021

Náše číslo
FNsP FDR/RVO/1798/2021/48567

Vybavuje/
Mgr. Michal Bošela
+421 48 441 3240

Banská Bystrica
04.11.2021

Vec

Odpoveď na žiadosť o úpravu technickej špecifikácie - vysvetlenie SP č.3 k predmetu zákazky: **Ultrazvukové sonografické prístroje – projekt dokup, vrátane súvisiacich služieb** v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 229/2021 zo dňa 11.10.2021, 45820 - MST; a v Úradnom vestníku Európskej únie 2021/S 196-508244 z dňa 08.10.2021

Žiadosť o úpravu technickej špecifikácie:

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu technickej špecifikácie v časť č.2 bod 1.11. "Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu 20cm" na "Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu 14cm". Rozdiel od požadovaného výškového nastavenia je iba 6cm. Rozdiel výšok lekárov pracujúcich s USG prístrojom je podstatne väčší. Nakoľko nie je zadefinovaná min. a max. výška pracovného panelu (čo má každý výrobca iné). Domnievame sa, že ide o parameter ktorý má slúžiť spolu s ostatnými na vylúčenie konkurencie. V prípade, ak nás výškové nastavenie klávesnice diskriminuje ako jediný parameter jedná sa podľa úradom pre verejné obstarávanie o diskriminačný parameter. Taktiež by sme chceli poukázať na zamietavé odpovede a žiadnu snahu o uvoľnenie technickej špecifikácie. Pri neuvolnení tohto parametra podáme žiadosť o preskúmanie postupu verejného obstarávania.

Odpoveď k žiadosti:

Verejný obstarávateľ trvá na zadanej špecifikácii s p.č. 1.11. pre časť č. 2 „Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu: min. 20 cm“.

Verejným obstarávateľom požadovaná funkcionálna so zadaným rozsahom výškového nastavenia ovládacieho panela má podstatný význam pre vyšetrujúceho lekára pri diagnostike pacientov, ktorých je potrebné vyšetovať ako v sede, tak aj v stoji. Zadanie parametra bez uvedenia rozsahu výškového nastavenia ovládacieho panela by mohlo viesť k obstaraniu zariadení, ktoré by nenaplnili požadovaný účel použitia obstarávaných USG prístrojov.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch a ani v editovateľnej Prílohe č.1 kúpnej zmluvy, ktorou je Opis predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených skutočností, nedochádza k zmenám v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, preto nedôjde k predĺženiu termínu na predkladanie ponúk.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadanych verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.