

- **všetkým záujemcom**

**Váš list číslo/zo dňa**

**Naše číslo**  
R1-7 /190-07 / 2021

**Vybavuje/linka**  
Ing. Ján Mlynarčík  
02/48234088  
[jan.mlynarcik@unb.sk](mailto:jan.mlynarcik@unb.sk)

**Bratislava**  
09. 12. 2021


**Vec:** Vysvetľovanie súťažných podkladov 1 – predloženie

---

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 12. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-7/190-03/2021 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania číslo 279/2021 z 03.12.2021 pod zn. 57807-MST, realizovanej postupom zadávania podlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

**Ing. Ján Mlynarčík, v.r.**



## VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

### DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY Č.: R1-7 / 190-03 / 2021.

#### Technická špecifikácia

##### 1. Účinnosť:

- Virucidná účinnosť proti obaleným vírusom sekcia nástroje EN14476, EN 17111 – tzv. 14476 (F2/S1) + EN 17111 (F2/S2), požaduje verejný obstarávateľ všetky stupne, alebo bude postačovať jeden z nich?
- Prosíme o dovysvetlenie rozdielov v technickej špecifikácii predmetu zákazky – riadok 7 a 8 oba (B)
- Sporucidná účinnosť C požadovaná verejným obstarávateľom EN17126 – bude obstarávateľ akceptovať EN13704 pre sporucidnú účinnosť dezinfekčného prostriedku?

#### Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje všetky stupne. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať EN13704, z dôvodu, že táto norma bola 1.1.2019 zrušená.

5. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť bezplatné vzorky celej sady (okrem 5000ml a väčších balení) a príslušenstva špecifikovaného v časti 1. a 2. Prosím o potvrdenie, že vzorky pri uvedenej zákazke nebudú požadované k žiadnej z častí súťaže, ktorej sa chceme ako dodávateľ zúčastniť.

#### Odpoveď:

Predloženie vzoriek bude vyžadované len v sporných prípadoch – na základe vyžiadanie komisie pre vyhodnotenie ponúk. Z uvedeného dôvodu bude súčasťou ponuky uchádzača súhlas s bezplatným predložením vzoriek na základe vyžiadania komisie.

#### Všeobecná žiadosť k častiam zákazky sumárne:

- Nakoľko obstarávateľ požaduje prostriedky kompatibilné s posteľami výrobcu postelí Linet, prečo rovnako obstarávateľ nepožaduje nástrojovú dezinfekciu kompatibilnú s nástrojmi aesculap a plošnú dezinfekciu kompatibilnú s pumpami, ktoré sú dodané na vybratých oddeleniach? Nakoľko obstarávateľ prihliada na odporúčanie výrobcov pri nástrojoch, infúzyčných pumpách atď.

#### Odpoveď:

Obstarávateľ uviedol požiadavku kompatibility dezinfekčných prostriedkov s posteľami výrobcu Linet z dôvodu, že ide o požiadavku výrobcu v rámci záručnej doby postelí. V prípade poškodenia postelí nevhodnou dezinfekciou by došlo k ukončeniu záručnej doby postelí.

- V opise predmetu zákazky udáva verejný obstarávateľ časový horizont jej platnosti, a to 2 mesiace. Žiadame preto o opravu uvedených 24 mesiacov v jednotlivých častiach zákazky na 2 mesiace. Jedná sa o nasledovné časti: I., II., III., IV., V., VI., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII., XXV., XXVI., XXVII., XXVIII., XXIX., XXX., XXXI., XXXII.

#### Odpoveď:

Uvedený údaj bol opravený.

#### Časť I. a Časť II.:


- V tabuľke časti I. a II. obstarávateľ udáva, že bude akceptovať aj dvojfázový dezinfekčný prostriedok spĺňajúci podmienky antimikrobiálnej účinnosti a expozičnej doby (možnosť zmesi), preto prosím o potvrdenie, že sa môže jednať o prostriedok na báze etanolu a isopropanolu.

#### Odpoveď:

verejný obstarávateľ bude akceptovať aj prostriedok na báze etanolu a isopropanolu pri zachovaní požadovanej antimikrobiálnej účinnosti.

- V časti II. požaduje verejný obstarávateľ prostriedok s plne (v časti II. toto slovo nie je v zadaní) virucidným účinkom do 60 s, na rozdiel od časti I., kde požaduje prostriedok s plne virucidným účinkom do 60 s. O aký stupeň virucidnej účinnosti sa má jednať? Proti obaleným vírusom alebo proti neobaleným vírusom + vybratým vírusom neobaleným podľa EN 14476?

#### Odpoveď:



V časti I. verejný obstarávateľ požaduje: Dezinfekčný prostriedok s plne virucídnym účinkom do 60 sek. s kompatibilnou umývacou emulziou a ošetrojúcim prípravkom určeným na starostlivosť o pokožku rúk v súlade s odporúčaniami vyhlášky č. 192/2015.

V časti II. verejný obstarávateľ požaduje: Dezinfekčný prostriedok s virucídnym účinkom do 60 sekúnd s kompatibilnou umývacou emulziou a ošetrojúcim prípravkom určeným na starostlivosť o pokožku rúk v súlade s odporúčaniami vyhlášky č. 192/2015. Teda proti obaleným vírusom + vybraným vírusom neobaleným.

#### Časť III.:

- vid' žiadosť o dovysvetlenie technickej špecifikácie bod 1. Účinnosť, virucídna účinnosť, normy

#### Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje v časti III.: Dezinfekčný prípravok na rýchlu dezinfekciu povrchov a malých plôch postrekom v tekutej forme s účinnosťou A,(B),T ,(V) do 60 sekúnd.

#### Časť IV.

- Z akého konkrétneho dôvodu požaduje verejný obstarávateľ účinnosť A, (B), T, M, (V)/ 60 s? U prostriedkov tohoto typu nie sú požadované parametre obvyklé a obstarávateľ svojimi požiadavkami obmedzuje možnosť podania ponuky, a to na jeden konkrétny prostriedok.

#### Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje v časti IV.: Dezinfekčný prípravok na rýchlu dezinfekciu povrchov a malých plôch postrekom v penovej podobe pri aplikácii. Na mykobaktericídnej účinnosti a tuberkulocídnej účinnosti trvá vzhľadom ku klinikám/oddeleniam, ktoré poskytujú starostlivosť pacientom s týmito etiologickými agensami ochorení.

#### Časť V.:

- Nakoľko obstarávateľ požaduje prostriedky kompatibilné s posteľami výrobcu postelí Linet, prečo rovnako obstarávateľ nepožaduje dezinfekciu na plošnú dezinfekciu (malé plochy) kompatibilnú so zdravotníckymi prostriedkami napr. s pumpami, ktoré sú dodané na vybratých oddeleniach?

#### Odpoveď:

Obstarávateľ uviedol požiadavku kompatibility dezinfekčných prostriedkov s posteľami výrobcu Linet z dôvodu, že ide o požiadavku výrobcu v rámci záručnej doby postelí. V prípade poškodenia postelí nevhodnou dezinfekciou by došlo k ukončeniu záručnej doby postelí.

#### Časť VII.:

- Poprosíme dodávateľa o preverenie počtu kusov obrúskov, či sa nejedná o chybu v počte kusov obrúskov.

#### Odpoveď:

Ide o predpokladaný počet, tak ako verejný obstarávateľ uvádza, objednaný môže byť vyšší alebo aj nižší počet.

#### Časť XII.:


- Verejný obstarávateľ požaduje balenie prostriedku v rozsahu 1,5kg -2kg do 6kg. Na trhu sú však aj iné dostupné balenia a vzhľadom na hygroskopické vlastnosti prostriedky požadovaného typu je výhodou menšie balenie. Môže obstarávateľ upraviť svoju požiadavku tak, aby zodpovedala ponuke na trhu (tým nebude nijako dotknuté porovnanie cenovej výhodnosti ponuky) 0,5kg – 2kg a do 6kg, prípadne bude akceptovať veľkosť balenia 0,8kg?

#### Odpoveď:

Veľkosti balenia sú prioritne požadované s tým, že verejný obstarávateľ bude akceptovať aj podobnú veľkosť balenia a potreba na 2 mesiace uvedená v ks, kg alebo litroch zostáva zachovaná.

#### Časť XVIII. a Časť XIX.:

- V časti XVIII. predpokladaný odber 427,5 litra prostriedku/ 1544,33EUR. V časti XIX. predpokladaný odber 35,25EUR/ 336,35EUR. Pri porovnaní častí navzájom: V časti XVIII. 12x väčší odber na litre



a uvedená suma je vyššia iba 3-násobne v porovnaní s časťou XIX (odberom v litroch a uvedenou sumou). Prosíme preverenie, či sa nejedná o omyl cenách.

Odpoveď:

Ide o predpokladanú hodnotu tovaru. Pri jej stanovení vychádzal verejný obstarávateľ z priemeru cien predložených cenových ponúk.

- Verejný obstarávateľ udáva expozičný čas prostriedku 15 s pred vpichom, pre dezinfekciu operačného poľa, punkcie kíbov a pod. do 120s. Môže obstarávateľ upraviť svoju požiadavku zo 120s na 150s s ohľadom na prostriedok, ktorý nemocnica doteraz štandardne používala a disponuje skúsenosťami s nim? Tým, že obstarávateľ udáva 120s veľmi obmedzuje podanie ponuky, je možné rozšírenie aspoň na 180s, čo má viac prostriedkov a je možnosť získania lepšej cenovej ponuky.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upravuje svoju požiadavku na 150 sekúnd.

- Z akého dôvodu obstarávateľ uvádza pri nefarebnom prostriedku časť XVIII. aplikáciu na operačné pole, ktoré musí byť farebne vyznačené? Prosíme o úpravu špecifikácie na aplikáciu pred vpichom, punkciu atď.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ na svojom zadaní trvá vzhľadom k požiadavkám z praxe.

Časť XXII.:

- Verejný obstarávateľ uvádza veľkosti balení, ktoré zodpovedajú jedinému dodávateľovi na trhu. Prosíme o potvrdenie, že môžeme ponúknuť iné typy bolení pri rovnakom celkovom objeme

Odpoveď:

Veľkosti balenia sú prioritne požadované s tým, že verejný obstarávateľ bude akceptovať aj podobnú veľkosť balenia a potreba na 2 mesiace uvedená v ks, kg alebo litroch zostáva zachovaná.

Časť XXXI. a Časť XXXII.:

- Verejný obstarávateľ požaduje kompatibilitu s endoskopickou technikou v UNB deklarovanou výrobcom endoskopickej techniky (Olympus, Pentax, Fujinon). Bude verejný obstarávateľ akceptovať čestné prehlásenie dodávateľa o kompatibilite a bezpečnosti používania jeho dezinfekčných prostriedkov od výrobcov endoskopickej techniky?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať čestné prehlásenie.

DOTAZY MIMO SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV:

- Žiadame o prehodnotenie zaradenia dezinfekčného prostriedku na nástroje na báze amínu, ktorý je šetrný k nástrojom, nedráždi, je vhodný na prípravu nie len inštrumentária ako aj opakovane použiteľných zdravotníckych prostriedkov ako sú endoskopy, vrátane flexibilných, anesteziologické príslušenstvo, citlivé materiály a podobne. Dezinfekčný prostriedok na báze alkylamínu odporúča vo svojich manuáloch výrobca inštrumentária Aesculap, ktoré v UNB Bratislava používate.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ na zadaní trvá.

DOTAZY K ZMLUVE:

- Verejný obstarávateľ uvádza nutnosť požiadavku na CD disk s výsledkami mikrobiologického testovania a atestov z akreditovaných laboratórií v pôvodnom a slovenskom alebo českom jazyku a predloženie KBÚ ku všetkým ponúkaným prípravkom. Z dôvodu spôsobu komunikácie aj realizácie súťaže cez portál Josephine, prosíme o prehodnotenie možnosti vloženia uvedených výsledkov ako online prílohu na uvedený portál.

Odpoveď:

Uvedený návrh vítame a akceptujeme.



- Chceme požiadať verejného obstarávateľa o výmaz uvedeného bodu dokumentácie:

27.10 Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tejto súťaže je povinný predložiť:

c) Originál alebo úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavby vedúceho na základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t.j. úradne overenú kópiu osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby pre osobu ktorá bude vykonávať stavebný dozor uchádzača. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 1.1.2009, tzn. Bez označenia odborného zamerania, predloží spolu s osvedčením aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania.

Odpoveď:

Dakujeme za upozornenie, uvedený text bol odstránený.

- Chceme požiadať verejného obstarávateľa o zverejnenie príloh nutných k vyplneniu zo strany výrobcu/ dodávateľa vo forme, ktorú je možné náležite upravovať a dopĺňať.

Odpoveď:

Dokumenty súťaže sú zverejnené vo verejných dokumentoch súťaže aj v prepisovateľnej forme (word, excel).

**Vo verejných dokumentoch súťaže, boli pôvodné súťažné podklady a Príloha č. 1 k časti B. Opis predmetu zákazky nahradené súťažnými podkladmi a prílohou č. 1 po zapracovaní pripomienok vo verzii 9.12.2021.**