



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-7 /191-12 / 2021

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
23.12.2021

Vec: Vysvetľovanie súťažných podkladov 5 – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-7/191-03/2021 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2021/S 238-626678 z 08.12.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 283/2021 z 09.12.2021 pod zn. 58232-MST, realizovanej postupom zadávania podlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY Č.: R1-7 / 191-03 / 2021.

Technická špecifikácia

Otázka:

Účinnosť:

- Virucídna účinnosť proti obaleným vírusom sekcia nástroje EN14476, EN 17111 – tzv. 14476 (F2/S1) + EN 17111 (F2/S2), požaduje verejný obstarávateľ (ďalej len VO) všetky stupne, alebo bude postačovať jeden z nich?
- Sporocídna účinnosť C požadovaná VO EN17126 – bude VO akceptovať EN13704 pre sporocídnu účinnosť dezinfekčného prostriedku?

Odpoveď:

Bude postačovať jeden z nich.

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať EN13704, bola zrušená.

Otázka:

VO požaduje predloženie materiálov v elektronickej forme (CD disk)

VO uvádza nutnosť požiadavku na CD disk s výsledkami mikrobiologického testovania a atestov z akreditovaných laboratórií v pôvodnom a slovenskom alebo českom jazyku a predloženie KBÚ ku všetkým ponúkaným prípravkom. Z dôvodu spôsobu komunikácie aj realizácie súťaže cez portál JOSEPHINE, prosíme o prehodnotenie možnosti vloženia uvedených výsledkov ako online prílohu na uvedený portál.

Odpoveď:

Uvedený návrh vítame a akceptujeme.

Otázka:

Časť I. a Časť II.:

- V tabuľke časti I. a II. obstarávateľ udáva, že bude akceptovať aj dvojjazýkový dezinfekčný prostriedok spĺňajúci podmienky antimikrobiálnej účinnosti a expozičnej doby (možnosť zmesi), preto prosím o potvrdenie, že sa môže jednať o prostriedok na báze etanolu a isopropanolu.
- V časti I. požaduje verejný obstarávateľ prostriedok s plne virucídnym účinkom do 60 s, na rozdiel od časti II., kde požaduje prostriedok s virucídnym účinkom do 60 s. O aký stupeň virucídnej účinnosti sa má v časti II. jednať? Jedná sa o účinnosť proti obaleným vírusom + vybraným vírusom neobaleným podľa EN 14476?
- Bude v prípade možnosti VO akceptovať aj viskózný dvojjazýkový alkoholový dezinfekčný prostriedok na báze etanolu a isopropanolu?

Odpoveď:


Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj prostriedok na báze etanolu a isopropanolu pri zachovaní požadovanej antimikrobiálnej účinnosti, výhradne len pre dezinfekčné prípravky požadované v časti II., ale nie dezinfekčné prípravky požadované v časti I.. Zdravotnícke zariadenia potrebujú aj alkoholový prípravok na dezinfekciu rúk čisto na báze etanolu z dôvodu preukázanej lepšej účinnosti na malé neobalené vírusy.

Otázka:

Časť IV.:

Z akého konkrétneho dôvodu požaduje verejný obstarávateľ účinnosť A, (B), T, M, (V)/ 60 s? U prostriedkov tohoto typu nie sú požadované parametre obvyklé. Chceme požiadať VO o prehodnotenie expozície pri účinnosti T a M do 180 s.

Odpoveď:



Verejný obstarávateľ na zadani trvá.

Otázka:

Časť V.:

Nakoľko VO požaduje prostriedky kompatibilné s posteľami výrobcu posteľí Linet, prečo rovnako obstarávateľ nepožaduje dezinfekciu na plošnú dezinfekciu (malé plochy) kompatibilnú so zdravotníckymi prostriedkami napr. s pumpami, ktoré sú dodané na vybratých oddeleniach? VO požaduje expozície max. do 2 min. Chceme požiadať VO o prehodnotenie expozície pri účinnosti T podľa EN14348 max. do 3 minút.

Odpoveď:

Obstarávateľ uviedol požiadavku kompatibility dezinfekčných prostriedkov s posteľami výrobcu Linet z dôvodu, že ide o požiadavku výrobcu v rámci záručnej doby posteľí. V prípade poškodenia posteľí nevhodnou dezinfekciou by došlo k ukončeniu záručnej doby posteľí. Čo sa týka expozičnej doby, verejný obstarávateľ na zadani trvá.

Otázka:

Časť IX.:

VO uvádza v technických parametroch rozmer utierky 20 x 20 cm (+/- 3). Uvedený parameter je limitujúcim faktorom pre účasť dodávateľa, ktorý spĺňa ostatné parametre VO. Chceme preto požiadať VO o úpravu daného parametra na: rozmery utierky minimálne 20x20 cm (+/-3) z čoho jasne vyplynie požiadavka na minimálny rozmer utierky 17x17 cm a väčšej. VO tým získa väčšiu možnosť získania najlepšej cenovej ponuky

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ trvá na svojej špecifikácii - rozmery utierok: 20x20 cm +/- 3 cm.

Otázka:

Časť XII.:

VO požaduje balenie prostriedku v rozsahu 1,5kg -2kg do 6kg. Na trhu sú však aj iné dostupné balenia a vzhľadom na hygroskopické vlastnosti prostriedku požadovaného typu je výhodou menšie balenie. Môže obstarávateľ upraviť svoju požiadavku tak, aby zodpovedala ponuke na trhu (tým nebude nijako dotknuté porovnanie cenovej výhodnosti ponuky) 0,5kg – 2kg a do 6kg, prípadne bude akceptovať veľkosť balenia 0,8kg?

Odpoveď:

Veľkosti balenia sú prioritne požadované s tým, že verejný obstarávateľ bude akceptovať aj podobnú veľkosť balenia a potreba na 24 mesiacov uvedená v ks, kg alebo litroch zostáva zachovaná.

Otázka:

Časť XIII.:

VO požaduje podľa zadania prostriedok v práškovej podobe, čo koliduje s priamou technickou špecifikáciou v tabuľke, kde VO udáva veľkosti balení v ml a litroch.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje v špecifikácii veľkosť balenia do 2 l a do 6 l, resp. do 2 kg a do 6 kg.


Otázka:

Časť XVIII.:

VO udáva expozičný čas prostriedku 15 s pred vpichom, pre dezinfekciu operačného poľa, punkcie kĺbov a pod. do 120 s. Môže obstarávateľ upraviť svoju požiadavku zo 120 s na 150 s s ohľadom na prostriedok, ktorý nemocnica doteraz štandardne používala a disponuje skúsenosťami s ním? Tým, že obstarávateľ udáva 120 s veľmi obmedzuje podanie ponuky, je možné rozšírenie aspoň na 150 s, čo má viac prostriedkov a je možnosť získania lepšej cenovej ponuky.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upravuje svoju požiadavku na 150 sekúnd.



Otázka:

Časť XIX.:

VO udáva expozičný čas prostriedku 15 s pred vpichom, pre dezinfekciu operačného poľa, punkcie kĺbov a pod. do 120 s. Môže obstarávateľ upraviť svoju požiadavku zo 120s na 150 s s ohľadom na prostriedok, ktorý nemocnica doteraz štandardne používala a disponuje skúsenosťami s nim? Tým, že obstarávateľ udáva 120 s veľmi obmedzuje podanie ponuky, je možné rozšírenie aspoň na 150 s, čo má viac prostriedkov a je možnosť získania lepšej cenovej ponuky.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upravuje svoju požiadavku na 150 sekúnd.

Otázka:

Časti XVIII. a XIX.:

VO uvádza až 5násobne menšie množstvo farebného alkoholového dezinfekčného prípravku na kožu bez obsahu PVP- jódu. Pre dezinfekciu operačného poľa sa odporúča práve farebná varianta. Prosíme o preverenie oboch zadaní a celkového množstva odberov.

Odpoveď:

Ide o predpokladané množstvá tovaru. Verejný obstarávateľ si vyhradil, že skutočne odobraté množstvá môžu byť vyššie alebo aj nižšie.

Otázka:

Vzorky

VO uvádza: „Dodávateľ sa zaväzuje predložiť bezplatné vzorky celej sady (okrem 5.000ml a väčších balení) a príslušenstva špecifikovaného v časti č. 1 a 2.“ Chápe dodávateľ správne, že VO nepožaduje vzorky iných častí súťaže, požaduje vzorky iba k častiam I. a II. okrem 5000ml a väčších balení?

Odpoveď:

Áno chápete to správne.

Avšak v prípade sporných prípadov, komisia verejného obstarávateľa môže uchádzača v rámci vysvetľovania predloženej ponuky, požiadať o predloženie vzorky aj na ponúkaný tovar v inej časti (výnimočný prípad).