

Posúdenie dezinfekčnej účinnosti dezinfekčného prostriedku**Suprachlor BT****Baktericídna aktivita v oblasti zdravotníctva ČSN EN 13727+A1, STN EN 1040, STN EN 1276**

Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, MRSA

Výsledok:

1. Bez bielkovinovej záťaže: baktericídny účinok 0,5% roztoku po expozícii 30 minút s vysokou bezpečnostnou rezervou
2. S bielkovinovou záťažou 5% : baktericídny účinok 0,5% roztoku po expozícii 30 minút s vysokou bezpečnostnou rezervou

Fungicídna a protikvasinková aktivita v oblasti zdravotníctva ČSN EN 13624, STN EN 1275 Candida albicans, Aspergillus niger, Aspergillus brasiliensis**Výsledok:**

3. Bez bielkovinovej záťaže: fungicídny a proti kvasinkový účinok 0,5% roztoku po expozícii 30 minút s vysokou bezpečnostnou rezervou
4. S bielkovinovou záťažou 5% : fungicídny a protikvasinkový účinok 0,5% roztoku po expozícii 30 minút s vysokou bezpečnostnou rezervou

Virucídna účinnosť prípravku podľa EN 14476**Výsledok:**

5. Adenovírus typ 5 roztok 0,5% riedený v tvrdej vode v čase pôsobenia 30 minút inaktivoval Adenovírus typ 5 kmeň Adenoid 75
6. Poliovírus typ 1 roztok 0,5% riedený v tvrdej vode v čase pôsobenia 30 minút inaktivoval Poliovírus typ 1 LSc 2ab
7. v koncentrácii 0,5% roztok riedený v tvrdej vode v čase pôsobenia 30 minút inaktivoval Murine norovírus

Tuberkulocídna a mykobactericídna účinnosť podľa STN EN 14348

Mycobacterium tuberculosis komplex, Mycobacterium avium, Mycobacterium bovis

Výsledok:

8. Produkt je účinný pri koncentrácii 0,5% roztoku počas expozície 30 minút alebo pri koncentrácii 1% počas 15 minút

Vypracoval dňa: 7.3.2019

RNDr. Slavomír Štubňa

Organizácie ktoré vypracovali vyššie uvedené posudky:

Chemila s.r.o., Hodonín

- Zdravotní ústav Ostrava
- Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o. Nitra
- Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
- HPL s.r.o., Bratislava

TATRA BANKA a.s. Bratislava
č.ú. 26 222 50 118/1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2611000000002622250118SZU Praha
IČO: 31 381 481
DIČ: 2020 353 874
IČ pre DPH: SK2020353874Tel: +421-2-63834 665
+421-2-63838 329
Fax: +421-2-63835 902
Email: atani@atani.skAtani s.r.o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
Slovenská Republika